

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1678704907451</b> din <b>18/03/2023</b>						
Obiectul achiziției : <b>Mentenanța dispozitivelor medicale conform necesităților pentru anul 2023</b>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lot 4</b>						
Sistem de diagnostic radiologic mobil	<b>XFM</b>	<b>Italia</b>	<b>Italray</b>	<p>Lucrările de mentenanță la necesitate/corectivă se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului și va include următoarele operațiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>—Inspekția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia;</li> <li>—Curățarea părților de lucru;</li> <li>—Dezinfectarea și curățarea părților funcționale;</li> <li>—Diagnosticarea defecțiunilor tehnice și software;</li> <li>—Efectuarea inspekțiilor conform manualului de service;</li> <li>—Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor;</li> <li>—Înlăturarea tuturor defectelor depistate tehnice cât și cele de program;</li> <li>—Calibrarea dispozitivului;</li> <li>—Predarea actelor de efectuare a lucrărilor și punere în funcțiune a dispozitivului;</li> <li>—Training pentru utilizatori, la necesitate.</li> </ul> <p><b>Producător:</b> ItalRay <b>Model:</b> XFM <b>Numărul de servicii per an- 2 ori</b></p>	<p>Lucrările de mentenanță la necesitate/corectivă se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului și va include următoarele operațiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>—Da, Inspekția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia;</li> <li>—Da, Curățarea părților de lucru;</li> <li>—Da, Dezinfectarea și curățarea părților funcționale;</li> <li>—Da, Diagnosticarea defecțiunilor tehnice și software;</li> <li>—Da, Efectuarea inspekțiilor conform manualului de service;</li> <li>—Da, Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor;</li> <li>—Da, Înlăturarea tuturor defectelor depistate tehnice cât și cele de program;</li> <li>—Da, Calibrarea dispozitivului;</li> <li>—Da, Predarea actelor de efectuare a lucrărilor și punere în funcțiune a dispozitivului;</li> <li>—Da, Training pentru utilizatori, la necesitate.</li> </ul> <p><b>Producător:</b> ItalRay <b>Model:</b> XFM <b>Da, Numărul de servicii per an- 2 ori</b></p>	CE, ISO, Autoriz. Radiologică Certificat de instruire
<b>TOTAL</b>						

Semnat:

Numele, Prenumele: Lungu Ion

În calitate de : Administrator

Ofertantul: Health Medical Solutions SRL

Adresa: str. Grenoble 128, of. 011