

Specificații de preț

Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1722602379495 din 21 sept 2024, 9:32

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3		5	6			9	10
14	Căpăcele - dopuri pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare	Bucată	13750	0,576	0,6912	7 920,00	9504,00	Conform declarației de livrare anexată	
19	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, reutilizabil	Bucată	1211	328,00	393,60	397 208,00	476649,60	Conform declarației de livrare anexată	
20	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de unică utilizare	Bucată	23330	15,64	18,768	364 881,20	437857,44	Conform declarației de livrare anexată	
25	Electrod neutral monoutilizabil maturi	Bucată	1860	29,18	35,016	54 274,80	65129,76	Conform declarației de livrare anexată	
28	Electrod sterizabil tip lama	Bucată	1020	59,85	71,82	61 047,00	73256,40	Conform declarației de livrare anexată	
75	Filtre pentru circuite de respirație antiviral antibacterian	Bucată	11490	9,80	11,76	112 602,00	135122,40	Conform declarației de livrare anexată	
76	Filtru antibacterian antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP	Bucată	12798	26,50	31,80	339 147,00	406976,40	Conform declarației de livrare anexată	
78	1. Filtru pentru circuite de respirație de tip HME	Bucată	8000	12,64	15,168	101 120,00	121344,00	Conform declarației de livrare anexată	
81	Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala adulti	Bucată	31230	7,27	8,724	227 042,10	272450,52	Conform declarației de livrare anexată	
82	Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala neonatali	Bucată	2720	16,78	20,136	45 641,60	54769,92	Conform declarației de livrare anexată	
83	Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala pediatrie	Bucată	8020	15,60	18,72	125 112,00	150134,40	Conform declarației de livrare anexată	
85	Filtru cu filtrare eficienta si cu returnarea optima a umiditatii si caldurii	Bucată	31750	10,20	12,24	323 850,00	388620,00	Conform declarației de livrare anexată	
164	Manșetă pentru infuzie rapida, dublă	Bucată	5	1520,00	1824	7 600,00	9120,00	Conform declarației de livrare anexată	
165	Manșetă pentru infuzie rapida, simplă	Bucată	18	1330,00	1596	23 940,00	28728,00	Conform declarației de livrare anexată	
174	Pencete pentru electrocoagulatorare monopolară	Bucată	3040	16,89	20,268	51 345,60	61614,72	Conform declarației de livrare anexată	

194	Set electrocauter	Bucată	84	335,00	402	28 140,00	33768,00	Conform declarației de livrare anexată	
201	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Nihon	Bucată	150	720,00	864	108 000,00	129600,00	Conform declarației de livrare anexată	
203	Test-indicator sterilizare 120/45 min extern	Test	31000	0,2455	0,2651	7 610,50	8218,10	Conform declarației de livrare anexată	
203	REGISTRU	Bucată	31	-	-	-	-	Conform declarației de livrare anexată	
204	Test-indicator sterilizare 120/45 min intern	Test	25000	0,2432	0,2627	6 080,00	6567,50	Conform declarației de livrare anexată	
204	REGISTRU	Bucată	25	-	-	-	-	Conform declarației de livrare anexată	
208	Test-indicator sterilizare 121/20 min	Test	69000	0,1160	0,1253	8 004,00	8645,70	Conform declarației de livrare anexată	
208	REGISTRU	Bucată	69	-	-	-	-	Conform declarației de livrare anexată	
209	Test-indicator sterilizare 132°	Test	269000	0,1160	0,1253	31 204,00	33705,70	Conform declarației de livrare anexată	
209	REGISTRU	Bucată	269	-	-	-	-	Conform declarației de livrare anexată	
210	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern	Test	402000	0,1285	0,1388	51 657,00	55797,60	Conform declarației de livrare anexată	
210	REGISTRU	Bucată	402	-	-	-	-	Conform declarației de livrare anexată	
211	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern	Test	1309000	0,1285	0,1388	168 206,50	181689,20	Conform declarației de livrare anexată	
211	REGISTRU	Bucată	1309	-	-	-	-	Conform declarației de livrare anexată	
219	Test-indicator sterilizare 180° intern	Test	566000	0,1295	0,1399	73 297,00	79183,40	Conform declarației de livrare anexată	
219	REGISTRU	Bucată	566	-	-	-	-	Conform declarației de livrare anexată	
220	Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern	Test	1145000	0,1295	0,1399	148 277,50	160185,50	Conform declarației de livrare anexată	
220	REGISTRU	Bucată	1145	-	-	-	-	Conform declarației de livrare anexată	
	TOTAL					2 873 207,80	3 388 638,26		

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL

Adresa: MD-3801, mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații tehnice

Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1722602379495 din 21 sept 2024, 9:32							
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025							
	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
14	Căpăcele - dopuri pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare	Combi Stopper	China	SUZHOU HEALTH PLASTIC PRODUCTS CO., LTD	Căpăcele pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare. steril, ambalaj individual, male - female.	Căpăcele pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare. steril, ambalaj individual, male - female.	DM0006 54163
19	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, reutilizabil	F4141	Italia	FIAB SPA	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, reutilizabil, cu conector cu 3 contacte	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, reutilizabil, cu conector cu 3 contacte	DM0004 66393
20	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de unică utilizare	CPB07C	China	CHANGZHOU INNOVATE MEDICAL INSTRUMENT AND TECHNOLOGY CO., LTD	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de unică utilizare cu conector cu 3 contacte	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de unică utilizare cu conector cu 3 contacte	DM0004 67630
25	Electrod neutral monoutilizabil maturi	F7820W/V	Italia	FIAB SPA	Electrod neutral monoutilizabil maturi, suprafața pînă la 500 cm2, cu cablu 3m. Compatibil cu BOWA Arc 303.	Electrod neutral monoutilizabil maturi, suprafața pînă la 500 cm2, cu cablu 3m. Compatibil cu BOWA Arc 303.	DM0006 57803
28	Electrod sterizabil tip lama	F4065	Italia	FIAB SPA	Electrod sterizabil tip lama, pentru coagulare monopolară în adîncime. Lungimea 15cm. Compatibil cu BOWA Arc 303.	Electrod sterizabil tip lama, pentru coagulare monopolară în adîncime. Lungimea 15cm. Compatibil cu BOWA Arc 303.	DM0004 59475
75	Filtre pentru circuite de respirație antiviral antibacterian	GZ-GL-3	China	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	Filtre pentru circuite de respirație antiviral antibacterian electrostatic pentru protecția pacienților cu mecanism antiocluzional, cu lame interne difuzoare pentru distribuirea fluxului 22F/15M-2M/15F eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0.9cm H2O, volum compresibil ≤ 60 ml, timp efectiv de utilizare 24 ore. material polipropilen, acril, ceramică. Ambalaj individual	Filtre pentru circuite de respirație antiviral antibacterian electrostatic pentru protecția pacienților cu mecanism antiocluzional, cu lame interne difuzoare pentru distribuirea fluxului 22F/15M-2M/15F eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0.9cm H2O, volum compresibil ≤ 60 ml, timp efectiv de utilizare 24 ore. material polipropilen, acril, ceramică. Ambalaj individual	DM0006 59289

76	Filtru antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP	GZ-GL-3(A)	China	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMEN T CO., LTD.	Filtru (formă pătrată) respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare,eficienta de filtrare bacteriana si virala 99,9999%,resistenta fluxului la 30 L/min-1,0 cmH2O,la 60 L/min-2,6 cmH2O,volum compresibil ≤ 60 ml,volum Tidal minimal 200 ml.	Filtru (formă pătrată) respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare,eficienta de filtrare bacteriana si virala 99,9999%,resistenta fluxului la 30 L/min-1,0 cmH2O,la 60 L/min-2,6 cmH2O,volum compresibil ≤ 60 ml,volum Tidal minimal 200 ml.	DM0006 59288
78	1. Filtru pentru circuite de respirație de tip HME	GZ-GL-5	China	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMEN T CO., LTD.	1. Filtru de tip HME 2. Rata de filtrare ≥ 99,99% 3. Rezistență la inspirație (mbar la 30 l/min) ≤ 1,4 mbari 4. Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 10 mg/l 5. Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 30 mg/l	1. Filtru de tip HME 2. Rata de filtrare ≥ 99,99% 3. Rezistență la inspirație (mbar la 30 l/min) ≤ 1,4 mbari 4. Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 10 mg/l 5. Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 30 mg/l	DM0006 59291
81	Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala adulti	140 201 ELITE		PLASTİME D Plastik Medikal Ürünler Sanayi Ticaret Limited Şirketi	Adulti, volumul minimal la inspire 200 ml, efectivitatea filtrării bacteriene si virale 99,99%, tipul filtrării mecanic, durata utilizării 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.	Adulti, volumul minimal la inspire 200 ml, efectivitatea filtrării bacteriene si virale 99,99%, tipul filtrării mecanic, durata utilizării 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.	DM0003 71414
82	Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala neonatali	GZ-GL-19	China	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMEN T CO., LTD.	Pentru neonatali, “nas artificial”, volumul minimal la inspire 30 ml, efectivitatea filtrării bacteriene si virale 99,99%, tipul filtrării mecanic, durata utilizării 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.	Pentru neonatali, “nas artificial”, volumul minimal la inspire 30 ml, efectivitatea filtrării bacteriene si virale 99,99%, tipul filtrării mecanic, durata utilizării 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.	DM0006 59297
83	Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala pediatrice	GZ-GL-18	China	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMEN T CO., LTD.	Pediatrice, volumul minimal la inspire 75 ml, efectivitatea filtrării bacteriene si virale 99,99%, tipul filtrării mecanic, durata utilizării 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.	Pediatrice, volumul minimal la inspire 75 ml, efectivitatea filtrării bacteriene si virale 99,99%, tipul filtrării mecanic, durata utilizării 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.	DM0006 59298
85	Filtru cu filtrare eficienta si cu returnarea optima a umidității si caldurii	GZ-GL-5	China	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMEN T CO., LTD.	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic pentru protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului , 22F/15M-22M/15F, eficacitatea	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic pentru protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului , 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel	DM0006 59291

					filtrării cel puțin 99.999%, return H2O cel puțin 32,0 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volumul Tidal minim 150 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, steril. Port Luer p/proba de CO2.	puțin 99.999%, return H2O cel puțin 32,0 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volumul Tidal minim 150 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, steril. Port Luer p/proba de CO2.	
164	Manșetă pentru infuzie rapida, dublă	58-08-100	Germania	VBM MEDIZINT ECHNIK GMBH	Dispozitiv cu manșeta și bulb cu manometru integrat 0-400mmHg, ce poate fi folosit cu una sau două pungi de soluție perfuzabilă succesiv sau alternativ. Cu robinet de 3 cai integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranța pentru suprapresiune. Capacitate 500mlx2	Dispozitiv cu manșeta și bulb cu manometru integrat 0-400mmHg, ce poate fi folosit cu una sau două pungi de soluție perfuzabilă succesiv sau alternativ. Cu robinet de 3 cai integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranța pentru suprapresiune. Capacitate 1000ml	DM0006 57924
165	Manșetă pentru infuzie rapida, simplă	58-08-050	Germania	VBM MEDIZINT ECHNIK GMBH	Dispozitiv cu manșeta și bulb cu manometru integrat 0-400mmHg, cu robinet de 3 cai integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranța pentru suprapresiune. Capacitate 500ml.	Dispozitiv cu manșeta și bulb cu manometru integrat 0-400mmHg, cu robinet de 3 cai integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranța pentru suprapresiune. Capacitate 500ml.	DM0006 57923
174	Pencete pentru electrocoagula toare monopolară	CPB07C	China	CHANGZH OU INNOVATE MEDICAL INSTRUMENT AND TECHNOLOGY CO.,LTD	Pencete pentru electrocoagula toare monopolară, de o singură folosință, sterile, lungimea firului ≥ 3,0 m. Priza să fie cu 3 conectoare	Pencete pentru electrocoagula toare monopolară, de o singură folosință, sterile, lungimea firului ≥ 3,0 m. Priza să fie cu 3 conectoare	DM0004 67630
194	Set electrocauter	F4141	Italia	FIAB SPA	Mâner autoclavabil min. 30 cicluri, cu 2 taste, cablu L = 3 m (+-20cm), 3 contacte, și electrod tip cuțit L = 70 mm (+-5mm), compatibil cu mânerul, accesoriu detașabil.	Mâner autoclavabil min. 30 cicluri, cu 2 taste, cablu L = 3 m (+-20cm), 3 contacte, și electrod tip cuțit L = 70 mm (+-5mm), compatibil cu mânerul, accesoriu detașabil.	DM0004 66393
201	Sisteme pentru măsurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2 linii p/u monitor Nihon	225-FT-A001	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Cu 2 linii, Diapazonul de măsurare 50 mmHg - 300 mmHg 5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea și fixarea senzorilor de presiune arterială și venoasă. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).	Cu 2 linii, Diapazonul de măsurare 50 mmHg - 300 mmHg 5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea și fixarea senzorilor de presiune arterială și venoasă. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).	Notificare D8975
203	Test-indicator sterilizare 120/45 min extern	STERILAN 120/45	Ucraina	NORMA LLC	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 120 grade 45 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 120 grade 45 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai	DM0003 76501

					valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	
203	REGISTRU	Registru	Ucraina	NORMA LLC	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	DM0003 76501
204	Test-indicator sterilizare 120/45 min intern	STERILAN UP 120/45	Ucraina	NORMA LLC	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 120 grade 45 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 120 grade 45 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	DM0003 76506
204	REGISTRU	Registru	Ucraina	NORMA LLC	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	DM0003 76506
208	Test-indicator sterilizare 121/20 min	STERILAN UP 121/20/ STERILAN 121/20	Ucraina	NORMA LLC	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	DM0003 76507 DM0003 76502
208	REGISTRU	Registru	Ucraina	NORMA LLC	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	DM0003 76507 DM0003 76502
209	Test-indicator sterilizare 132°	STERILAN UP 132/20/ STERILAN 132/20	Ucraina	NORMA LLC	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	DM0003 76508 DM0003 76503
209	REGISTRU	Registru	Ucraina	NORMA LLC	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	DM0003 76508 DM0003 76503
210	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern	STERILAN 132/20	Ucraina	NORMA LLC	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	DM0003 76503
210	REGISTRU	Registru	Ucraina	NORMA LLC	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	DM0003 76503
211	Test-indicator sterilizare	STERILAN UP 132/20	Ucraina	NORMA LLC	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000	DM0003 76508

	132°/ 20 min intern				1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	
211	REGISTRU	Registru	Ucraina	NORMA LLC	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	DM0003 76508
219	Test-indicator sterilizare 180° intern	STERILAN UP 180/60	Ucraina	NORMA LLC	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Intern, nr.de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Intern, nr.de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	DM0003 76509
219	REGISTRU	Registru	Ucraina	NORMA LLC	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	DM0003 76509
220	Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern	STERILAN 180/60	Ucraina	NORMA LLC	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	DM0003 76505
220	REGISTRU	Registru	Ucraina	NORMA LLC	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	DM0003 76505

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL

Adresa: MD-3801, mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia