

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	LP nr. <u>ocds-b3wdp1-MD-1659013693951</u>	Data: „14” septembrie 2022	Alternativa nr.: Nu se oferă
Denumirea licitației:	Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2023		Pagina: 1 din 4

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Halat chirurgical steril ranforsat L	NMN 2022-3333 REINFORCED STERILE SURGICAL GOWN L	Turcia	Nurel Medical	Halat chirurgical steril ranforsat L 1.mărimea: L 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 132 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;	Halat chirurgical steril ranforsat L 1. Mărimea: L 2. Material nețesut, 3 straturi, SMS, rezistența la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3. Cu manșete elastice, tricotate 4. Steril 5. Ambalat individual 6. Ajustare la nivelul gâtului 7. Închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungimea de 132 cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795 sau echivalentul.	CE, ISO
33100000-1	53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Halat chirurgical steril ranforsat M	NMN 2022-3332 REINFORCED STERILE SURGICAL GOWN M	Turcia	Nurel Medical	Halat chirurgical steril ranforsat M 1.mărimea: M 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 125 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;	Halat chirurgical steril ranforsat M 1. Mărimea: M 2. Material nețesut, 3 straturi, SMS, rezistența la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3. Cu manșete elastice, tricotate 4. Steril 5. Ambalat individual 6. Ajustare la nivelul gâtului 7. Închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungimea de 125 cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795 sau echivalentul.	CE, ISO
33100000-1	54	Halat chirurgical steril ranforsat S	Halat chirurgical steril ranforsat S	NMN 2022-3331 REINFORCED STERILE SURGICAL GOWN S	Turcia	Nurel Medical	Halat chirurgical steril ranforsat S 1.mărimea: S 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 117 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;	Halat chirurgical steril ranforsat S 1. Mărimea: S 2. Material nețesut, 3 straturi, SMS, rezistența la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3. Cu manșete elastice, tricotate 4. Steril 5. Ambalat individual 6. Ajustare la nivelul gâtului 7. Închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungimea de 117 cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795 sau echivalentul.	CE, ISO

33100000-1	55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Halat chirurgical steril ranforsat XL	NMN 2022-3334 REINFORCED STERILE SURGICAL GOWN XL	Turcia	Nurel Medical	Halat chirurgical steril ranforsat XL1.mărimea: XL 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 140 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;	<u>Halat chirurgical steril ranforsat XL</u> 1. Mărimea: XL 2. Material neșesut, 3 straturi, SMS, rezistența la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3. Cu manșete elastice, tricotate 4. Steril 5. Ambalat individual 6. Ajustare la nivelul gâtului 7. Închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungimea de 140 cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795 sau echivalentul.	CE, ISO
33100000-1	56	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	NMN 2022-3335 REINFORCED STERILE SURGICAL GOWN XXL	Turcia	Nurel Medical	Halat chirurgical steril ranforsat XXL1.mărimea: L 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 150 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;	<u>Halat chirurgical steril ranforsat XXL</u> 1. Mărimea: XXL 2. Material neșesut, 3 straturi, SMS, rezistența la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3. Cu manșete elastice, tricotate 4. Steril 5. Ambalat individual 6. Ajustare la nivelul gâtului 7. Închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungimea de 150 cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795 sau echivalentul.	CE, ISO

33100000-1	82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	NMN 2022-3322 UNIVERSAL SURGICAL SET STERILE	Turcia	Nurel Medical	"Camp pentru masa de instrumente cu Zona reinforsata din SMS 150x190cm (+/-10cm) - 1 buc Camp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS 80x140 cm (+/-10 cm) - 1 buc Servetel pentru absorbtie- sa nu lase scame- 30x35 cm (+/- 10 cm) - 2 buc Camp in forma de U. 200x310 cm (+/-10cm) - 1 buc • Zona de incizie-10x110 cm (+/-5 cm); • Banda de pozitionare - pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de >5cm; • Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H20/cm2 • Fixatoare pentru tuburi - 4 buc. din SMS; • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide > 50 cm H20/cm2 Camp parte superioara. 150x270 cm (+/- 10 cm) - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichine de 150 cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide min. 150 cm H20/cm2 Banda de pozitionare 10*50 (+/-5cm) - 1 buc *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril <u>1. Câmp pentru masa de instrumente cu Zonă reinforsată din SMS 150x190cm (± 5 cm) - 1 bucată</u> <u>2. Câmp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS 78x145cm (± 5 cm) - 1 bucată</u> <u>3. Servetel pentru absorbtie ce nu lasă scame 38x38cm (± 5 cm) - 2 bucăți</u> <u>4. Câmp în formă de U. 200x310cm (± 5 cm) - 1 bucată</u> <u>• Zona de incizie-10x110cm (± 5 cm);</u> <u>• Banda de pozitionare pe toată suprafata zonei de incizie, impregnate in tesătură, lățimea de >5cm;</u> <u>• Zona absorbantă pe toată suprafata de incizie; rezistentă la penetrare lichide de min. 150 cm de H20/cm2</u> <u>5. Fixatoare pentru tuburi, din SMS - 4 bucăți</u> <u>• Material SMS pe toată suprafata câmpului, cu rezistentă la lichide > 50 cm H20/cm2</u> <u>6. Câmp parte superioară. 160x270cm (± 5 cm) - 1 bucată</u> <u>• Bandă de pozitionare pe toată suprafata zonei de incizie, impregnate in tesătură, lățimea de > 5 cm;</u> <u>• Zona absorbantă pe toată suprafata de incizie; rezistentă la penetrare lichine de 150 cm de H20/cm2</u> <u>• Material SMS pe toată suprafata câmpului, cu rezistentă lichide min. 150 cm H20/cm2</u> <u>7. Câmp parte laterală. 100x105cm (± 5 cm) - 2 bucăți</u> <u>• Banda de pozitionare - pe toată suprafata zonei de incizie, impregnate in tesătură, latimea de >5 cm;</u> <u>• Zona absorbantă - pe toata suprafata de incizie; rezistentă la penetrare lichide de min 150 cm de H20/cm2</u> <u>• Material SMS pe toată suprafata câmpului, cu rezistentă la lichide min. 150 cm H20/cm2</u> <u>8. Bandă de pozitionare 10x50cm (± 5 cm) - 1 bucată</u>	CE, ISO
33100000-1	83	Set chirurgical standard steril	Set chirurgical standard steril	NMN 2022-3323 STANDART STERILE SURGICAL SET	Turcia	Nurel Medical	Camp pentru masa de instrumente cu Zona reinforsata din SMS 150x190cm (+/-10cm) - 1 buc Camp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS 80x140 cm (+/-10 cm) - 1 buc Servetel pentru absorbtie - sa nu lase scame - 30x35 cm (+/- 10 cm) - 2 buc Camp parte inferioara. 190 x 195 cm (+/-10cm) - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide > 50 cm H20/cm2 Camp parte superioaraS. 150x270 cm (+/- 10 cm) - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichine de min 150 cm de H20/cm2 • Material SMMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide min. 150 cm H20/cm2 Banda de pozitionare 10*50 (+/-5cm) - 1 buc *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;	Set chirurgical standard steril <u>1. Câmp pentru masa de instrumente cu Zonă reinforsată din SMS 150x190cm (± 5 cm) - 1 bucată</u> <u>2. Câmp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS 78x145 cm (± 5 cm) - 1 bucată</u> <u>3. Servetel pentru absorbtie ce nu lase scame - 38x38 cm (± 5 cm) - 2 bucăți</u> <u>4. Câmp parte inferioară. 190 x 200 cm (± 5 cm) - 1 bucată</u> <u>• Bandă de pozitionare pe toată suprafata zonei de incizie, impregnate în tesătură, lățimea de > 5 cm;</u> <u>• Zona absorbantă pe toată suprafata de incizie; rezistentă la penetrare lichide de min. 150 cm de H20/cm2</u> <u>• Material SMS pe toată suprafata câmpului, cu rezistenta la lichide > 50 cm H20/cm2</u> <u>5. Câmp parte superioară. 160x270 cm (± 5 cm) - 1 bucată</u> <u>• Banda de pozitionare pe toată suprafata zonei de incizie, impregnate în tesatură, lățimea de > 5 cm;</u> <u>• Zona absorbantă pe toată suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min 150 cm de H20/cm2</u> <u>• Material SMMS pe toată suprafata câmpului, cu rezistență la lichide min. 150 cm H20/cm2</u> <u>6. Bandă de pozitionare 10*50 (± 5 cm) - 1 bucată</u>	CE, ISO

33100000-1	87	Set pentru cezariana	Set pentru cezariana	NMN 2022-3325 SET FOR CAESAREAN SECTION	Turcia	Nurel Medical	I. 1. cerșaf pentru masa de instrumente 2. material: SMMS 3. mărime: ~150 x 200 cm - 1 buc. II. 1.cearșaf pentru cezariană cu buzunar colector 2.mărime: ~ 200 x 300 cm - 1 buc. III. 1.cearșaf pentru nou-nascut 2.mărime: ~ 75 x 90 cm. 1 buc. IV.1. clamă ombilicală - 1 buc. V.1.halat chirurgical (material SMS) ranforsat 2. mărime: L (universală) - 2buc. VI.1. prosop pentru mâini 2.mărime: 40 x 40 cm - 2 buc. VII.1. cearșaf 2.mărime: 100 x 100 cm - 1 buc. *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;	Set pentru cezariana <u>1. Cersaf pentru masa de instrumente din material: SMMS, mărime: 150 x 200 cm (± 5 cm) - 1 bucată</u> <u>2. Cearșaf pentru cezariană cu buzunar colector, mărime: 200 x 300 cm (± 5 cm) - 1 bucată</u> <u>3. Cearșaf pentru nou-nascut, mărime: 80 x 90 cm (± 5 cm) - 1 bucată</u> <u>4. Clamă ombilicală - 1 bucată</u> <u>5. Halat chirurgical (material SMS) ranforsat, mărime: L (universală) – 2 bucăți</u> <u>6. Prosop pentru mâini, mărime: 40 x 40 cm (± 5 cm) - 2 bucăți</u> <u>7. Cearșaf, mărime: 100 x 100 cm (± 5 cm) - 1 bucată</u>	CE, ISO
------------	----	----------------------	----------------------	---	--------	---------------	--	--	---------

Semnat: Numele, Prenumele: **Andrei Ionașcu** În calitate de: **Director vânzări și marketing**
Ofertantul: „**LifeMed Group” SRL** Adresa: **MD-3733, mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor, 9**