

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1743516133310 din 17.04.2025									
Obiectul de achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale (analizator) conform necesităților IMSP Centrul de Sănătate Hrușova (repetat)									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	3	Analizator semi-automat de urină	Analizator semi-automat de urină	Mission® U500 Urine Analyzer (U211-101)	SUA	ACON LABORATORIES INC.	"Descriere: Analizator semi-automat de urină pentru efectuarea analizelor chimice ale urinei, care determină prezența anumitor substanțe și estimează concentrațiile lor într-o probă de urină. Productivitate în regim normal: ≥ 45 teste/oră Teste chimice: Bilirubin, Sânge (hematii), Glucoză, Corpi cetonici, Leucocite, Nitrați, pH, Proteine, Greutatea specifică, Urobilinogen, Albumina, Creatina, culoare claritate, Opțional Rezultate calculate automat- raport albumina: creatinine, Opțional Unități de măsură: convenționale, SI Programare probe: manuală, coduri de bare sau descărcate de la LIS Corecție de culoare a probei: automat Calibrare: automata, Opțional Diapazonul temperaturii de operare: +15°C to +32°C +2 grade Umiditatea de operare în diapazonul de: 20-80 % Timer inclus, Opțional - Cititor de barcod Timpul de măsurare a tuturor parametrilor constituie în suma <70 secunde Interfață LIS bidirecțională Memorie internă ≥ 1000 rezultate/măsurări Monitor LCD sau LED Imprimantă incorporată Alimentarea 220 V, 50 Hz Consumabile: Să fie inclus benzi pentru teste cu toți parametrii solicitați mai sus și toate consumabilele, reagenți, calibratori necesari pentru efectuarea analizei ≥ 1000 benzi Garanție deplină, inclusiv manopera, și oricare piesă ieșită din funcțiune în perioada de garanție sau kit de mentenanță. da 5 ani Mentenanță preventivă gratuită pe toata perioada de garanție Suport științific, consultanță necondiționată (prin telefon, acces prin internet, direct la fața locului), se va oferi gratis. Pe toata perioada de garanție, preturile la reactivi vor rămâne neschimbate, cu excepția ratei de inflație stabilite de BNM."	"Descriere: Analizator semi-automat de urină pentru efectuarea analizelor chimice ale urinei, care determină prezența anumitor substanțe și estimează concentrațiile lor într-o probă de urină. Productivitate în regim normal: = 500 teste/oră (p.50, Anexa 1) Teste chimice: Bilirubin, Sânge (hematii), Glucoză, Corpi cetonici, Leucocite, Nitrați, pH, Proteine, Greutatea specifică, Urobilinogen, Albumina, Creatina - da (p.51-53, Anexa 1), Culoare, claritate. Opțional - da (p.36, Anexa 1, se introduce manual) Rezultate calculate automat- raport albumina: creatinine, Opțional - da (p.55, Anexa 1, A:C - Albumina:Creatinină, p. 69, Anexa 1, exemplu de raport) Unități de măsură: convenționale, SI - da (p.4, 18, 54-55, 56, Anexa 1) Programare probe: manuală, coduri de bare - da (p.35, Anexa 1) Corecție de culoare a probei: manuală (culoarea și claritate a probei se introduce manual, p.36, Anexa 1) Calibrare: automata, Opțional - da (p.50, Anexa 1) Diapazonul temperaturii de operare: 0 – 40 °C (p.50, Anexa 1) Umiditatea de operare în diapazonul de: 0-85% (p.50, Anexa 1) Timer inclus, Opțional - da (p.4, Anexa 1, timer de incubare) Cititor de barcod - da, va fi instalat la livrarea analizatorului (p. 50, 57, Anexa 1) Timpul de măsurare a tuturor parametrilor constituie în suma - 67 sec (60 sec. de incubare + 7 sec. măsurarea testului) (p.50, Anexa 1) Interfață LIS unidirecțională (p.62, Anexa 1) Memorie internă = 2000 rezultate/măsurări (p.50, Anexa 1) Monitor LCD (p. 63, Anexa 1) Imprimantă incorporată - da, imprimantă termică incorporată (p.50, Anexa 1). Totodată, poate fi conectată imprimanta externă (p.5, Anexa 1) Alimentarea 100 - 240 V, 50-60 Hz - da (p.50, Anexa 1) Consumabile: Vor fi incluși benzi pentru teste cu toți parametrii solicitați mai sus și toate consumabilele, reagenți, calibratori necesari pentru efectuarea analizei = 1000 benzi - da Garanție deplină, inclusiv manopera, și oricare piesă ieșită din funcțiune în perioada de garanție sau kit de mentenanță. da 5 ani - da Mentenanță preventivă gratuită pe toata perioada de garanție - da Suport științific, consultanță necondiționată (prin telefon, acces prin internet, direct la fața locului), se va oferi gratis. - da Pe toata perioada de garanție, preturile la reactivi vor rămâne neschimbate, cu excepția ratei de inflație stabilite de BNM." - da. Broșura și manualul de operare se anexează (Anexa 1)	Nr. de Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale - DM000400235
		Expres test p/u analiza de rutina a urinei	Expres test p/u analiza de rutina a urinei	MISSION® URINALYSIS (U031-131)	SUA	ACON LABORATORIES INC.	-	Expres test p/u analiza de rutina a urinei, compatibil cu analizatorul Mission® U500 Urine Analyzer (U211-101). Ambalaj 1 set =100 teste. Broșura și instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr. de Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale - DM000358198

		Soluție de control la urina	Soluție de control la urina	Mission® Liquid Urine Control (U021-011)	SUA	ACON LABORATORIES INC.	-	Soluție de control la urina, compatibil cu analizatorul Mission® U500 Urine Analyzer (U211-101). Amablaj 1 set = 2fl.x10ml. Broșura și instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr. de Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale - DM000395548
--	--	-----------------------------	-----------------------------	--	-----	------------------------	---	---	---

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9