

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1707912763339 din 14.02.2024
Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță a utilajelor tehnico criminalistice

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Mentenanță. Deservire Gaz Cromatograf Agilent 7890B cu massdetector 5977A/5977B	7890B 5977A/5977B	SUA	Agilent	<p>Cerințe generale: Deservirea urmează a fi efectuată: - pentru 3(trei) sisteme GC/MS Agilent 7890B cu massdetector 5977A și - 1 (un) sistem GC/MS Agilent 7890B cu massdetector 5977B. - Serviciile se vor efectua la solicitarea beneficiarului/clientului pe parcursul anului 2024. - Serviciile urmează a fi prestate la sediile beneficiarului. - Serviciile urmează a fi efectuate conform ghidului de mentenanță recomandat de producător. - Deținerea certificatului de conformitate conform standardului ISO 9001 va fi un avantaj. Serviciile includ: - diagnostica sistemelor GC/MS prin verificarea parametrilor funcționali a părților componente și accesoriilor acestora (coloană, injector, detector, sistemul de vid, presiune și flux de gaze, filtru, produs program, conexiuni fizice a</p>	<p>Cerințe generale: Deservirea urmează a fi efectuată: - pentru 3(trei) sisteme GC/MS Agilent 7890B cu massdetector 5977A și - 1 (un) sistem GC/MS Agilent 7890B cu massdetector 5977B. - Serviciile se vor efectua la solicitarea beneficiarului/clientului pe parcursul anului 2024. - Serviciile urmează a fi prestate la sediile beneficiarului. - Serviciile urmează a fi efectuate conform ghidului de mentenanță recomandat de producător. - Prestatorul de servicii deține Certificatului de conformitate conform standardului ISO 9001. Serviciile includ: - diagnostica sistemelor GC/MS prin verificarea parametrilor funcționali a părților componente și accesoriilor acestora (coloană, injector, detector, sistemul de vid, presiune și flux de</p>	

				<p>hardului (PC+UPS+GC-MS, generator de hidrogen, etc.);</p> <p>- reparația și/sau înlocuirea părților componente sau a accesoriilor pentru toate sistemele GC/MS.</p> <p>Costul:</p> <p>Costul pentru servicii trebuie să fie fixat în funcție de complexitatea lucrărilor efectuate și tipul deservirii</p>	<p>gaze, filtru, produs program, conexiuni fizice a hardului (PC+UPS+GC-MS, generator de hidrogen, etc.);</p> <p>- reparația și/sau înlocuirea părților componente sau a accesoriilor pentru toate sistemele GC/MS.</p> <p>Costul:</p> <p>Costul pentru servicii trebuie să fie fixat în funcție de complexitatea lucrărilor efectuate și tipul deservirii</p> <p>- Prestatorul de servicii este Autorizat oficial de producătorul echipamentului.</p> <p>- Mentenanța va fi efectuată de ingineri instruiți la uzina producătorului.</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat Numele, prenumele: Nicolai Iasîbaș În calitate de: **Director**

Ofertantul Lokmera SRL Adresa: str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chișinău, MD-2028, Republica Moldova