

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

**IMSP AMT Rîșcani.**

|                                                                                                                                                                                                 |         |                                          |                     |                 |              |                                                                           |                                                        |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Numărul achiziției comerciale: 21054596, ocds-b3wdp1-MD-1649244878706</b>                                                                                                                    |         |                                          |                     |                 |              |                                                                           | <b>Data: 12.05.2022</b>                                | Alternativa nr.        |
| <b>Denumirea obiectului achiziției: achiziționarea reagenților, accesorii și consumabile pentru laboratoarele diagnostice, conform necesităților IMSP AMT Riscani pentru anul 2022, repetat</b> |         |                                          |                     |                 |              |                                                                           | <b>Lot:</b>                                            | pag. 1 din 1           |
| № d/o                                                                                                                                                                                           | Cod CPV | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| -                                                                                                                                                                                               | 1       | 2                                        | 3                   | 4               | 5            | 6                                                                         | 7                                                      | 8                      |

**Lot 3. Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatorul COATRON M 1.**

|   |            |                                                        |                                                     |          |                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |          |
|---|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | 33696500-0 | Tromboplastină p/u COATRON M 1                         | Prothrombin-DAC-ISI                                 | Moldova  | Dac-SpectroMed | tromboplastină cu activ. 14 -18 sec. și ISI nu mai mic de 1,1 fl. până la 5 ml, să fie compatibil cu materialul de control, de la același producător. | Tromboplastină p-u Coatron M 1, tromboplastină cu activ. 14 -18 sec. și ISI nu mai mic de 1,1. fl până la 5ml, compatibil cu materialul de control, de la acelaș producător. | ISO, CE. |
| 2 | 33696500-0 | Plasmă de control (normal+patologic), p/u COATRON M 1  | Control Plasma L1 + Control Plasma L2               | Moldova  | Dac-SpectroMed | fl. până la 2 ml, să fie compatibil cu reagentul de lucru, de la același producător                                                                   | Plasmă de control (normal+patologic), fl. până la 2ml, p-u Coatron M1, de la acelaș producător.                                                                              | ISO, CE. |
| 3 | 33696500-0 | Fibrinogen + imidazol compatibil, cantitate suficientă | Fibrinogen-DAC                                      | Moldova  | Dac-SpectroMed | fl. până la 2 ml, să fie compatibil cu materialul de control, de la același producător                                                                | Fibrinogen, fl. până la 2ml + cantitate suficientă de diluant, compatibil cu materialul de control, de la acelaș producător.                                                 | ISO, CE. |
| 4 | 33696500-0 | Imidazol, compatibil cu reagentul de lucru fibrinogen  | Imidazol-DAC                                        | Moldova  | Dac-SpectroMed | fl. până la 125 ml , să fie compatibil cu materialul de control, de la același producător.                                                            | Imidazol, fl. până la 15ml, compatibil cu materialul de control, de la acelaș producător.                                                                                    | ISO, CE. |
| 5 | 33696500-0 | Cuve p/u COATRON M1                                    | Colorimetric cup, German TECO 1Hole, 2000pcs*17bags | Germania | Teco           | cuve pentru probe, compatibil cu COATRON M1, din polisterol, amb. până la 1000 buc.                                                                   | Cuve din polistiroil compatibile cu Coatron M1, set 1000buc.                                                                                                                 | ISO, CE. |
| 6 | 33696500-0 | Eprubete pentru reagent COATRON M 1                    | Sample cups                                         | Germania | Teco           | compatibil cu COATRON M 1                                                                                                                             | Eprubete pentru reagent, specifice pentru Coatron M1.                                                                                                                        | ISO, CE. |

**Lot 4. Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul Cybow Reader 720**

|   |            |                                          |                    |       |     |                                           |                                          |          |
|---|------------|------------------------------------------|--------------------|-------|-----|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| 1 | 33696500-0 | CR 720-16 Print - lever                  | Print - lever      | Corea | DFI | compatibil cu analizator Cybov Reader 720 | CR 720-16 Print - lever.                 | ISO, CE. |
| 2 | 33696500-0 | Lampă p/u Cybow Reader 720               | CIS Module         | Corea | DFI | compatibil cu analizator Cybov Reader 720 | Lampă p/u Cybow Reader 720.              | ISO, CE. |
| 3 | 33696500-0 | Modul p/u p/u Cybow Reader 720           | Printer Module     | Corea | DFI | compatibil cu analizator Cybov Reader 720 | Modul p/u Cybow Reader 720.              | ISO, CE. |
| 4 | 33696500-0 | Mechanism Assembly for Cybow Reader 720. | Mechanism assembly | Corea | DFI | compatibil cu analizator Cybov Reader 720 | Mechanism Assembly p/u Cybow Reader 720. | ISO, CE. |

Semnăt:\_\_\_\_\_

Numele, prenumele: **Roman Virschi**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2025, Moldova, or. Chișinău, str. N. Testemițanu, 37**

**Data: 12.05.2022**  
**Valabilitatea ofertei - 60 zile.**