

## Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1719226094127 din 09.07.2024						
Obiectul de achiziției: REACTIVI CHIMICI SI CONSUMABILE DE LABORATOR						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri:</b>						
<b>Lotul 8.</b> Set p/u determinarea TEC Clot Pt -S(protrombin leofiolizat)compatibil cu coagulometru Cotron X Pro Mic numai mult 1,1,activitatea tromboplastinica mai mic14sec .Ambalaj in set din 10fl*~4ml	A230-040	Germania	TECO MEDICAL INSTRUMENT S PRODUCTION TRADING GMBH	Ambalaj in set din 10fl*~4ml	Ambalaj in set din 10fl*4ml. <b>Instrucțiunea de la producător se anexează.</b>	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
<b>Lotul 9.</b> Set pentru determinarea TEClot FIB (fFibrinogenleofilezat)compatibil cu coagulometrul"Coatron X Pro"ambalaj set din 10 fl *~2ml	A0511-020	Germania	TECO MEDICAL INSTRUMENT S PRODUCTION TRADING GMBH	set din 10 fl *~2ml	set din 10 fl *2ml. <b>Instrucțiunea de la producător se anexează.</b>	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
<b>Lotul 10.</b> Plazma de control Normala cu parametri IP,INR,TTPA,PT dupa quik,FB. Acelas producator ca si tromboplastin compatibil cu coagulometru" COATRON X Pro"Ambalaj cite ~1ml	P6001-010	Germania	TECO MEDICAL INSTRUMENT S PRODUCTION TRADING GMBH	cite ~1ml, ml	fl. de 1ml, ml. <b>Instrucțiunea de la producător se anexează.</b>	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
<b>Lotul 11.</b> Plazma de control Patologica cu parametri IP,INR,TTPA,PT dupa quik,FB. Acelas producator ca si tromboplastin compatibil cu coagulometru" COATRON X Pro"Ambalaj cite~ 1ml.	P6101-010	Germania	TECO MEDICAL INSTRUMENT S PRODUCTION TRADING GMBH	cite~ 1ml	fl. de 1ml. <b>Instrucțiunea de la producător se anexează.</b>	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație

<b>Lotul 12.</b> Calibrator Universal la IP,INR,TTPA fibrinogen,protrombin dupa Qiuck,compatibil cu coagulomtru 'Coatron X pro Ambalaj ~1ml	P8001-005	Germania	TECO MEDICAL INSTRUMENT S PRODUCTION TRADING GMBH	~1ml	fl.1ml. <b>Instrucțiunea de la producător se anexează.</b>	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
<b>Lotul 13.</b> Cuve pentru "Coatron"cuvețe cu cod de bare (set ~500 cuvețe)	24 100 00	Germania	TECO MEDICAL INSTRUMENT S PRODUCTION TRADING GMBH	cuvețe cu cod de bare (set ~500 cuvețe)	cuvețe cu cod de bare (set = 500 cuvețe)	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
<b>Lotul 18.</b> Eprubete cu Citrat Na 3,8% pentru coagulogramă volum sânge~ 2.5 ml, capac de cauciuc cuvalvă, cu etichetă cite ~1000 in set,	318614	Italia	SYNTESYS S.R.L.	cu Citrat Na 3,8% pentru coagulogramă volum sânge ~2.5 ml, capac de cauciuc cuvalvă, cu etichetă cite ~1000 in set,	Eprubete cu Citrat de Sodiu 0.25ml * 12x86mm, (2.5ml) cu capac roz, 1000 buc. în set	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
<b>Lotul 20.</b> Teste pentru determinarea singelui ocult in mase fecale	GEFOB-602b	China	ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO.,LTD	Teste rapide	Teste rapide, set 20 teste. <b>Instrucțiunea de la producător se anexează.</b>	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
<b>Lotul 26.</b> Material control urina	U021-011	SUA	ACON LABORATORI ES INC.	fl	2 nivele: normal si patologic, ambalaj - flacoane a cite 10 ml. <b>Instrucțiunea și broșura de la producător se anexează.</b>	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9