



CMAC

Comisia de
Aplicare și
Certificare

CH 0008519

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

(denumirea organismului de evaluare a conformității care a efectuat verificarea periodică)

BULETIN DE VERIFICARE PERIODICĂ A DISPOZITIVELOR MEDICALE

Nr. 3.2.37-1789

Dispozitiv medical: Dispozitiv de masurare a presiunii arteriale

(denumirea și tipul dispozitivului medical)

ATBIOTOP nr. 19081413651, Federația Rusă

(numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant : SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform PS 05DM:2018

(indicativul documentului din domeniul metrologiei)

și în baza rezultatelor

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul : -

Data eliberării : 22 martie 2019

Valabil până la : 22 martie 2021

Șeful subdiviziunii

Pelin Ilia

(semnatura)

(prenumele, numele)

Executant

Isac Irina

(semnatura)

(prenumele, numele)

L.Ș.

Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.

Duplicate nu se eliberează.



CMAC

Comisia de
Aplicare și
Certificare

CH 0008524

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

(denumirea organismului de evaluare a conformității care a efectuat verificarea periodică)

BULETIN DE VERIFICARE PERIODICĂ A DISPOZITIVELOR MEDICALE

Nr. 3.2.37-1794

Dispozitiv medical: Dispozitiv de masurare a presiunii arteriale

(denumirea și tipul dispozitivului medical)

Accumed, nr. 181359, Taiwan

(numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant : SPB CONSTRUCTORUL

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform PS 05DM:2018

(indicativul documentului din domeniul metrologiei)

și în baza rezultatelor

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul : -

Data eliberării : 22 martie 2019

Valabil până la : 22 martie 2021

Șeful subdiviziunii

Pelin Ilia

(semnatura)

(prenumele, numele)

Executant

Isac Irina

(semnatura)

(prenumele, numele)

L.Ș.

Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.

Duplicate nu se eliberează.