

***Nomenclatorul dispozitivelor medicale  
existente în "SPB Constructorul" ÎS,  
inclusiv celor supuse verificării metrologice  
anul 2020***

Nr d/o	Denumirea utilajului	Caracteristica tehnică	Numărul de înregistrare	Locul de amplasare nr.cab.	Anul fabricării	Anul punerii în exploatare	Starea funcțională	Control metrologic din valabil pînă la : certificat metrologic nr :	Urmatorul control metrologic preconizat
1	Ap. Ecran 2	220V 50Hz	6643	105	1989	2002	funcționează	nu necesită	
2	Ap. UZT 101	0,05-1 BTcm <sup>2</sup>	1955	105	1987	1987	funcționează	nu necesită	
3	Ap. UZT Med.teco	220 V-50 Hz	K2181	105	2006	2006	funcționează	nu necesită	
4	Ap. Luci 3	220V-2,5-20 wt	122233	105	1989	1999	funcționează	nu necesită	
5	Ap.UVC 66	220V 70 wt	111029	105	1982	1998	funcționează	nu necesită	
6	Ingalator Vulcan -1	220 V-50 Hz	222035	109	1991	1998	funcționează	nu necesită	
7	Ingalator Vulcan-3	220 V- 50 Hz	220421	109	2007	2008	funcționează	nu necesită	
8	Ingalator Vulcan -1	220 V – 50 Hz	0891045	109	2010	2010	funcționează	nu necesită	
9	Compresor AU 1	220 V – 50 Hz	6200	109	1991	1998	funcționează	nu necesită	
10	Ingalator uleișos	220 V – 50 Hz	022049	109	1991	1998	funcționează	nu necesită	
11	UFO CUF UGN-1 (YTH-1)	220 V -	4160	109	1978	1994	funcționează	nu necesită	
12	Electrosomn – 4T	0-10 MA	42	107	1988	1993	funcționează	nu necesită	
14	Amplipuls 4	30-150 Hz	24948	105	1990	1994	funcționează	nu necesită	
15	Amplipuls 6	220 V – 50 Hz	191	105	1994	1994	funcționează	nu necesită	
16	Ap.Amplipuls -5	220 V – 50 Hz	0324	105	1990	2011	funcționează	nu necesită	
17	Ap.Amplipuls 5	220 V – 50 Hz	101	105	2010	2010	funcționează	nu necesită	
18	Ap.Amplipuls 5	220 V – 50 Hz	5895	105	1991	1999	funcționează	nu necesită	
19	Ap. Potoc 1	220 V – 50 Hz	202402	105	1989	1991	funcționează	nu necesită	
20	Ap. Potoc 1	220 V – 50 Hz	80497	105	1985	1993	funcționează	nu necesită	
21	Ap. Potoc 1	220 V – 50 Hz	22727	105	1989	1996	funcționează	nu necesită	
22	Ap. Potoc 1	220 V – 50 Hz	23848	105	1989	2008	funcționează	nu necesită	