

Specificații de preț

| |
|--|
| Numărul ocds-b3wdp1-MD-1726227245956 din 15 octombrie 2024 |
| Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” |

| Nr. Lot | Denumirea bunurilor | U/M | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
|--------------|--------------------------------|--------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | | | 9 | 10 |
| 10 | Aspirator chirurgical portabil | Bucată | 1 | 8249,00 | 9898,80 | 8249,00 | 9898,80 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | |
| 12 | Tensiometru adult cu fonoscop | Bucată | 12 | 148,00 | 177,60 | 1776,00 | 2131,20 | | |
| 20 | Oftalmoscop indirect | Bucată | 1 | 64506,00 | 77407,20 | 64506,00 | 77407,20 | | |
| 50 | Saltea antiescare | Bucată | 24 | 735,28 | 882,34 | 17646,72 | 21176,06 | | |
| TOTAL | | | | | | 92177,72 | 110613,26 | | |

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații tehnice

Numărul ocde-b3wdp1-MD-1726227245956 din 15 octombrie 2024

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

| | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referință |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---|--|---|--|
| 10 | Aspirator chirurgical portabil | ASKIR 36BR RE.410200 /09 | Italia | CA-MI S.R.L. | Aspirarea (vacuum) reglabilă de la minim la maximum. Aspirarea (vacuum) minim necesară 600 mmHg. Rata de flux, l/min. maxim 40 l/min. Indicator aspirare (vacuum) Nivelul de zgomot, dBA minim 61 dBA Vas colector - autoclavabil cu capacitatea minim 1 litru Protecție la umplere pentru vas. Bine fixat de dispozitiv, ușor detașabil la necesitate. Numărul vaselor - 1 buc. Mâner pentru transportare. "Accesorii: - vas colector de rezervă cu protecție la umplere 1 bucată - Hepa filtre minim 5 bucăți - tub din silicon 6x10 mm pentru aspirație minim 1,4 m." Garanția minim 24 luni. | Aspirarea (vacuum) reglabilă de la minim la maximum. Aspirarea (vacuum) minim necesară 600 mmHg. Rata de flux, l/min. maxim 36 l/min. Indicator aspirare (vacuum) Nivelul de zgomot, dBA minim 61 dBA Vas colector - autoclavabil cu capacitatea minim 1 litru. Model: 210351/01 Protecție la umplere pentru vas. Bine fixat de dispozitiv, ușor detașabil la necesitate. Numărul vaselor - 1 buc. Mâner pentru transportare. "Accesorii: - vas colector de rezervă cu protecție la umplere 1 bucată - Hepa filtre minim 5 bucăți. SP 0121 - tub din silicon 6x10 mm pentru aspirație minim 1,4 m." Garanția minim 24 luni. | DM000 089055 |
| 12 | Tensiometru adult cu fonoendoscop | MC-20(- 50) ZY1002 | China | WUXI EXANOV O MEDICAL INSTRUM ENT CO., LTD. | Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracteristici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă integrată din cauciuc tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscop da, separat de manșetă | Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracteristici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă integrată din cauciuc tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscop da, separat de manșetă | DM000 571831 DM000 571833 |

| | | | | | | | |
|----|----------------------|---|------------------|---|---|---|-----------------|
| 20 | Oftalmoscop indirect | OMEGA5 00 Nr. catalog C- 008.33.502 | Germania | HEINE OPTOTEC HNIK GMBH & CO. KG | <p>Mărimi spot: mică, medie/intermediar și mare; Filtre: albastru, verde, lumină difuză; Reglarea distanței interpupilare, diapazonul minim necesar 48 – 74 mm; Timpul minim de lucru de la acumulator: 2h; "Montat pe cap ce permite: - reglarea mărimii benzii de fixare pe cap; - reglarea înălțimii benzii de fixare pe cap; - reglare unghi oftalmoscop ar fi un avantaj." Iluminare xenon sau LED cu temperatura culorii : 3800K ± 200K. "Accesorii: • Încărcător și sursă de alimentare de la 220V – 1 set. • Acumulator – 2 bucăți. • Lampă xenon – 3 bucăți (daca iluminarea de tip LED, nu necesită accesoriul dat)." Garanția minim 24 luni.</p> | <p>Mărimi spot: mică, medie/intermediar și mare; Filtre: albastru, verde, lumină difuză; Reglarea distanței interpupilare, diapazonul minim necesar 48 – 74 mm; Timpul minim de lucru de la acumulator: 2h; "Montat pe cap ce permite: - reglarea mărimii benzii de fixare pe cap; - reglarea înălțimii benzii de fixare pe cap; - reglare unghi oftalmoscop ar fi un avantaj." Iluminare xenon sau LED cu temperatura culorii : 3800K ± 200K. "Accesorii: • Încărcător și sursă de alimentare de la 220V – 1 set. • Acumulator – 2 bucăți. • Lampă xenon – 3 bucăți (daca iluminarea de tip LED, nu necesită accesoriul dat)." Garanția minim 24 luni.</p> | DM000 048783 |
| 50 | Saltea antiescare | 28564+285 65 | China/ Italia | Guangdong Yuehua Medical Instrument Factory Co., Ltd/Distri butor: GIMA | <p>Saltea: • Dimensiune: 200-220 x 90-100 x 7-9 cm • înălțimea celulelor: 7-10 cm • Material: PVC • grosimea: minim 0.32 mm • număr de celule: minim 130 • greutatea maxima suportată: minim 130 kg Pompa: • Tensiunea de alimentare: 220 V, 50 Hz • presiunea de lucru: 40-100 mmHg • Debitul de aer la ieșire: minim 6l/min • cu posibilitatea de a fi atașată de patul pacientului.</p> | <p>Saltea: • Dimensiune: 200-220 x 90-100 x 7-9 cm • înălțimea celulelor: 7-10 cm • Material: PVC • grosimea: minim 0.32 mm • număr de celule: minim 130 • greutatea maxima suportată: minim 130 kg Pompa: • Tensiunea de alimentare: 220 V, 50 Hz • presiunea de lucru: 40-100 mmHg • Debitul de aer la ieșire: minim 6l/min • cu posibilitatea de a fi atașată de patul pacientului.</p> | DM000 148048 |

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,

mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia