

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție	MTenderID ocids-b3wdp1-MD-1769592236856
Obiectul achiziției:	“Servicii de mentenanță a dispozitivelor radiologice”

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Serviciide mentenață pentru dispozitiv radiologic KAIGEN 65R Producător: Listem Corporation Țara de origine: Coreea de Sud LOT 1.1	KAIGEN 65R	Coreea de Sud	Listem Coporation	În mod urgent să răspundă la telefon la întrebările privind exploatarea, deservirea tehnică, controlul și orice altă deservire a unității de radiografie mobilă; Să efectueze lucrările de deservire tehnică a unității de radiografie mobilă la sediul Beneficiarului, ceea ce presupune efectuarea deservirii tehnice periodice a unității de radiografie mobilă în volum, 4 vizite trimestrial; Să efectueze măsurarea parametrilor unității de radiografie mobilă cu întocmirea procesului-verbal de control din contul Beneficiarului, perfectând un act separat al lucrărilor îndeplinite; Executorul asigură funcționarea continuă a unității de radiografie mobilă, deservirea tehnică a căruia se efectuează, și poartă răspunderea pentru încălcarea funcționalității lui normale; În cazul reparării, aceasta va fi efectuată contra cost, inclusiv piesele de schimb	În mod urgent să răspundă la telefon la întrebările privind exploatarea, deservirea tehnică, controlul și orice altă deservire a unității de radiografie mobilă; Să efectueze lucrările de deservire tehnică a unității de radiografie mobilă la sediul Beneficiarului, ceea ce presupune efectuarea deservirii tehnice periodice a unității de radiografie mobilă în volum, 4 vizite trimestrial; Să efectueze măsurarea parametrilor unității de radiografie mobilă cu întocmirea procesului-verbal de control din contul Beneficiarului, perfectând un act separat al lucrărilor îndeplinite; Executorul asigură funcționarea continuă a unității de radiografie mobilă, deservirea tehnică a căruia se efectuează, și poartă răspunderea pentru încălcarea funcționalității lui normale; În cazul reparării, aceasta va fi efectuată contra cost, inclusiv piesele de schimb	Autorizatie ANRA NR
Serviciu de control al calității echipament radiologic staționar LOT 1.2				Serviciu de control al calității echipament radiologic staționar	Serviciu de control al calității echipament radiologic staționar	Autorizatie ANRA NR
Servicii de mentenață a unității mobile pentru nula 2026 Model:Simply DR Producător:IBIS	SIMPLY DR	Italia	IBIS	În mod urgent să răspundă la telefon la întrebările privind exploatarea, deservirea tehnică, controlul și orice altă deservire a unității mobile; Să efectueze lucrările de deservire tehnică a unității mobile la sediul Beneficiarului, ceea ce	În mod urgent să răspundă la telefon la întrebările privind exploatarea, deservirea tehnică, controlul și orice altă deservire a unității mobile; Să efectueze lucrările de deservire tehnică a unității mobile la sediul Beneficiarului, ceea ce	Autorizatie ANRA NR

Țara de origine:Italia LOT 2.1				presupune efectuarea deservirii tehnice periodice a unității mobile în volum, 2 vizite semestriale; Să efectueze măsurarea parametrilor unității mobile cu întocmirea procesului-verbal de control din contul Beneficiarului, perfectând un act separat al lucrărilor îndeplinite; Executorul asigură funcționarea continuă a unității mobile, deservirea tehnică a căruia se efectuează, și poartă răspunderea pentru încălcarea funcționalității lui normale; În cazul reparării, aceasta va fi efectuată contra cost, inclusiv piesele de schimb;	ce presupune efectuarea deservirii tehnice periodice a unității mobile în volum, 2 vizite semestriale; Să efectueze măsurarea parametrilor unității mobile cu întocmirea procesului-verbal de control din contul Beneficiarului, perfectând un act separat al lucrărilor îndeplinite; Executorul asigură funcționarea continuă a unității mobile, deservirea tehnică a căruia se efectuează, și poartă răspunderea pentru încălcarea funcționalității lui normale; În cazul reparării, aceasta va fi efectuată contra cost, inclusiv piesele de schimb;	
Serviciu de control al calității unitate de radiografie mobilă LOT 2.2				Serviciul de control al calității unitate de radiografie mobilă	Serviciul de control al calității unitate de radiografie mobilă	Autoriz atie ANRA NR

Semnat: _____

Nume: Andrei MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)