

## QUALITY CONTROL DATA SHEET – FICHE DE CONTROLE QUALITE

### ID Screen® Capripox Double Antigen Multi-species

Product code/ Code produit : CPVDA

Batch n° / N° de lot: K65

Insert / Mode d'emploi : 0117

Manufacturing date / Date de fabrication: 2022/10

Expiry date / Date d'expiration: 2024/10

#### KIT COMPONENTS / COMPOSITION DU KIT

Components / Composants	Batch n° / N° de lot
Coated Microplate / Microplaque sensibilisée	6136-007
Positive Control / Contrôle positif	3136-008
Negative Control / Contrôle négatif	39-3,5-010
Dilution buffer 19/ Tampon de dilution 19	19-600
Freeze-dried concentrated conjugate (10 X) / Conjugué concentré (10 X) lyophilisé	4136-3-008
Dilution buffer 12/ Tampon de dilution 12	12-202
Wash concentrate 20 X / Solution de lavage concentrée 20 X	15-102
Substrate solution / Solution de révélation	7-202
Stop solution / Solution d'arrêt	10-103

#### QUALITY CONTROL / CONTROLE QUALITE

Tested parameters / Paramètres testés	Acceptation criteria/Critère d'acceptation	Results/Résultats
Mean OD <sub>PC</sub> / Moyenne DO <sub>CP</sub>	> 0.350	0.861*
Mean OD <sub>NC</sub> / Moyenne DO <sub>CN</sub>	Should enable validation of the parameter below/ Doit permettre la validation du paramètre suivant	0.057*
Mean OD <sub>PC</sub> / OD <sub>NC</sub> ratio Ratio Moyenne DO <sub>CP</sub> / DO <sub>CN</sub>	> 3	PASSED / CONFORME
Analytical sensitivity was evaluated with a reference serum provided by Innovative Diagnostics Sensibilité analytique évaluée avec un sérum de référence fourni par Innovative Diagnostics	S/P% values should remain similar between batches, runs and operators. Les valeurs de %S/P devraient rester similaires entre lots, cycles d'analyses et opérateurs.	PASSED / CONFORME
Sensitivity Sensibilité	All samples of the Innovative Diagnostics QC panel must be found positive Tous les échantillons du panel CQ d'Innovative Diagnostics doivent être trouvés positifs.	PASSED / CONFORME
Specificity Spécificité	All samples of the Innovative Diagnostics QC panel must be found negative Tous les échantillons du panel CQ d'Innovative Diagnostics doivent être trouvés négatifs	PASSED / CONFORME
Intra-plate repeatability CV% %CV répétabilité intraplaque	<10%	PASSED / CONFORME
Inter-plate homogeneity CV% %CV homogénéité interplaque	<15%	PASSED / CONFORME

QC = quality control; PC = positive control; NC = negative control; CV = coefficient of variation / CP = contrôle positif; CN = contrôle négatif; CV = coefficient de variation

\* These values were obtained in our Quality Control laboratory in our conditions. Laboratories may obtain slightly different values under their own conditions / Valeurs obtenues dans notre laboratoire de Contrôle Qualité, données à titre indicatif. Les laboratoires peuvent obtenir des valeurs légèrement différentes selon leurs propres conditions.

**CONCLUSION: THE AFOREMENTIONED BATCH MEETS REQUIREMENTS FOR RELEASE**

**CONCLUSION : LE LOT MENTIONNE SATISFAIT AUX EXIGENCES DE LIBERATION DE LOT**

VALIDATED BY / VALIDE PAR

ANAIIS AGNEL

QUALITY CONTROL MANAGER / RESPONSABLE CONTROLE QUALITE



## QUALITY CONTROL DATA SHEET – FICHE DE CONTROLE QUALITE

### ID Screen<sup>®</sup> Capripox Double Antigen Multi-species

Product code/ Code produit : CPVDA

Batch n° / N° de lot: K65

Insert / Mode d'emploi : 0117

Manufacturing date / Date de fabrication: 2022/10

Expiry date / Date d'expiration: 2024/10

#### KIT COMPONENTS / COMPOSITION DU KIT

Components / Composants	Batch n° / N° de lot
Coated Microplate / Microplaque sensibilisée	6136-007
Positive Control / Contrôle positif	3136-008
Negative Control / Contrôle négatif	39-3,5-010
Dilution buffer 19/ Tampon de dilution 19	19-600
Freeze-dried concentrated conjugate (10 X) / Conjugué concentré (10 X) lyophilisé	4136-3-008
Dilution buffer 12/ Tampon de dilution 12	12-202
Wash concentrate 20 X / Solution de lavage concentrée 20 X	15-102
Substrate solution / Solution de révélation	7-202
Stop solution / Solution d'arrêt	10-103

#### QUALITY CONTROL / CONTROLE QUALITE

Tested parameters / Paramètres testés	Acceptation criteria/Critère d'acceptation	Results/Résultats
Mean OD <sub>PC</sub> / Moyenne DO <sub>CP</sub>	> 0.350	0.861*
Mean OD <sub>NC</sub> / Moyenne DO <sub>CN</sub>	Should enable validation of the parameter below/ Doit permettre la validation du paramètre suivant	0.057*
Mean OD <sub>PC</sub> / OD <sub>NC</sub> ratio Ratio Moyenne DO <sub>CP</sub> / DO <sub>CN</sub>	> 3	PASSED / CONFORME
Analytical sensitivity was evaluated with a reference serum provided by Innovative Diagnostics Sensibilité analytique évaluée avec un sérum de référence fourni par Innovative Diagnostics	S/P% values should remain similar between batches, runs and operators. Les valeurs de %S/P devraient rester similaires entre lots, cycles d'analyses et opérateurs.	PASSED / CONFORME
Sensitivity Sensibilité	All samples of the Innovative Diagnostics QC panel must be found positive Tous les échantillons du panel CQ d'Innovative Diagnostics doivent être trouvés positifs.	PASSED / CONFORME
Specificity Spécificité	All samples of the Innovative Diagnostics QC panel must be found negative Tous les échantillons du panel CQ d'Innovative Diagnostics doivent être trouvés négatifs	PASSED / CONFORME
Intra-plate repeatability CV% %CV répétabilité intraplaque	<10%	PASSED / CONFORME
Inter-plate homogeneity CV% %CV homogénéité interplaque	<15%	PASSED / CONFORME

QC = quality control; PC = positive control; NC = negative control; CV = coefficient of variation / CP = contrôle positif; CN = contrôle négatif; CV = coefficient de variation

\* These values were obtained in our Quality Control laboratory in our conditions. Laboratories may obtain slightly different values under their own conditions / Valeurs obtenues dans notre laboratoire de Contrôle Qualité, données à titre indicatif. Les laboratoires peuvent obtenir des valeurs légèrement différentes selon leurs propres conditions.

**CONCLUSION: THE AFOREMENTIONED BATCH MEETS REQUIREMENTS FOR RELEASE**

**CONCLUSION : LE LOT MENTIONNE SATISFAIT AUX EXIGENCES DE LIBERATION DE LOT**

VALIDATED BY / VALIDE PAR

ANAIS AGNEL

QUALITY CONTROL MANAGER / RESPONSABLE CONTROLE QUALITE

