

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție - ocds-b3wdp1-MD-1743165358259
Obiectul achiziției: “<u>Serviciilor de mentenanță și deservire a dispozitivelor medicale (anul 2025)</u>”

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Servicii de mentenanță și deservire tehnică pentru instalația radiodiagnostică SIMPLY DR, producător IBIS (ITALIA) Lotul 2	SIMPLY DR	Italia	IBIS SRL	<p>Servicii de mentenanță și deservire tehnică pentru instalația radiodiagnostică SIMPLY DR, producător IBIS (ITALIA) – Profilaxia dispozitivelor conform manualului de utilizare;</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventii la cerere ori de cite ori este nevoie. -verificarea si masurarea parametrilor functionali; -revizia tehnica, cu efectuarea reglajelor si calibrarilor; -curățarea părților componente ale echipamentului; -curatarea tubului; -verificarea mA si kV; - verificarea timpului de scanare; -performanta imaginii; -auto calibrarea; -lubrifierea suportului principal; -controlul și eventual o noua reglare a aparatului; -eliminarea jocurilor la părțile mecanice; -curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare; -verificarea tensiunilor de alimentare; -verificarea conexiunilor electrice; -verificarea cablurilor de masă; 	<p>Servicii de mentenanță și deservire tehnică pentru instalația radiodiagnostică SIMPLY DR, producător IBIS (ITALIA) – Profilaxia dispozitivelor conform manualului de utilizare;</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventii la cerere ori de cite ori este nevoie. -verificarea si masurarea parametrilor functionali; -revizia tehnica, cu efectuarea reglajelor si calibrarilor; -curățarea părților componente ale echipamentului; -curatarea tubului; -verificarea mA si kV; - verificarea timpului de scanare; -performanta imaginii; -auto calibrarea; -lubrifierea suportului principal; -controlul și eventual o noua reglare a aparatului; -eliminarea jocurilor la părțile mecanice; -curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare; -verificarea tensiunilor de alimentare; -verificarea conexiunilor electrice; -verificarea cablurilor de masă; -curățarea plăcilor electronice, precum și a altor componente; 	CE, ISO

				<p>-curățarea plăcilor electronice, precum și a altor componente; -verificarea funcționării motoarelor; -verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc; -verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul).</p> <p>Piese depistate a fi defecte se achiziționează separat Inginerul de servis, va deține certificat de pregătire tehnică și atestare de la producătorul utilajului.</p> <p>Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate; Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor;</p>	<p>-verificarea funcționării motoarelor; -verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc; -verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul).</p> <p>Piese depistate a fi defecte se achiziționează separat Inginerul de servis, va deține certificat de pregătire tehnică și atestare de la producătorul utilajului.</p> <p>Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate; Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor;</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Nume: Andrei MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)