

SPECIFICATII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: *nr.ocds-b3wdp1-MD-1677655863867, ID:21074846 din 22.03.2023*

Obiectul achiziției: *Piese de schimb pentru dispozitive medicale pentru anul 2023*

<i>Cod CPV</i>	<i>Nr.lot</i>	<i>Denumirea bunurilor</i>	<i>Modelul bunului</i>	<i>Țara de origine</i>	<i>Producătorul</i>	<i>Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</i>	<i>Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant</i>	<i>Standarde de referință</i>
33100000-1	87	Lot 87: Ulei pentru întreținerea instrumentelor chirurgicale	JG598	Germania	Aesculap AG	Ulei pentru întreținerea instrumentelor chirurgicale, cu dozator, pentru joncțiuni și părțile mobile ale instrumentelor, fără silicon, fără colorare sau formare de cruste pe suprafețele instrumentului, potrivit metodelor de sterilizare conform standardului EN ISO 17665, ambalaj 50ml. *Certificat CE și declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit – copie – confirmată prin ștampila Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat	Ulei pentru întreținerea instrumentelor chirurgicale, cu dozator, pentru joncțiuni și părțile mobile ale instrumentelor, fără silicon, fără colorare sau formare de cruste pe suprafețele instrumentului, potrivit metodelor de sterilizare conform standardului EN ISO 17665, ambalaj 50ml. Documente anexate: *Certificat CE și declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit *Catalogul producătorului/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat	CE, ISO 17665, ISO 13485, Declarație de conformitate
33100000-1	90	Lot 90: Saltea de silicon tip plasa	JF941	Germania	Aesculap AG	536x250 Silicon JF941, compatibile cu containerele în dotare	536x250 Silicon JF941, compatibile cu containerele în dotare	CE, ISO 13485, Declarație de conformitate
33100000-1	91	Lot 91: Saltea de silicon tip plasa	JF938	Germania	Aesculap AG	240x250 Silicon JF938 compatibile cu containerele în dotare	240x250 Silicon JF938 compatibile cu containerele în dotare	CE, ISO 13485, Declarație de conformitate
33100000-1	92	Lot 92: Filtru pentru container cu instrumentar chirurgical	JK090	Germania	Aesculap AG	Politetrafluoretilen, PTFE pentru 1000 cicluri sterilizare, JK090, compatibile cu containerele în dotare	Politetrafluoretilen, PTFE pentru 1000 cicluri sterilizare, JK090, compatibile cu containerele în dotare	CE, ISO 13485, Declarație de conformitate