

Specificații de preț

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1677485574885 23.03.2023									
Denumirea procedurii de achiziție: Reactivi și consumabile pentru LCCM microbiologie									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasific ație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108	Halate de unică folosință	buc	100	14,000	16,800	1400,00	1680,00	Livrarea va fi efectuată în decurs de 45 zile după înregistrarea ciontractului la Trezorerie	
131	Măști, triple chirurgicale pe elastic	buc	1500	0,36	0,3888	540,00	583,20		
132	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi 132°C 20 min	buc	1000	1,638	1,76904	1638,00	1769,04		
135	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi 121°C 20 min, interni	buc	1000	1,84	1,9872	1840,00	1987,20		
137	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi 121°C 15 min	buc	1000	1,84	1,9872	1840,00	1987,20		
138	Bowie-Dick Test Pack, 121°C-132°C 20 min	buc	50	48,00	51,84	2400,00	2592,00		
139	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aer uscat 180°C 60 min interni	buc	1000	1,84	1,9872	1840,00	1987,20		
	TOTAL					13338,00	14573,04		

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia**

Specificații tehnice

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1677485574885 23.03.2023

Denumirea procedurii de achiziție: **Reactivi și consumabile pentru LCCM microbiologie**

	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
108	Halate de unică folosință	Halate de unică folosință	Turcia	Almi	Halate de unică folosință medicale mărimea XL, material neșut, manjetă elastică, 25gsm, 115x140 cm Certificat de conformitate	Halate de unică folosință medicale mărimea XL, material neșut, manjetă elastică, 25gsm, 115x140 cm	CE/ISO
131	Măști, triple chirurgicale pe elastic	Surgical masks Mumu	Turcia	My Ticaret Ve Medical	Pe elastic, 50 de bucăți per set, din fibră. Cu certificat de calitate pe lot.	Pe elastic, 50 de bucăți per set, din fibră.	CE/ISO
132	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi 132°C 20 min	Sterilan 121/20	Ucraina	NORMA LLC	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune și temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate.	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune și temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani	Înregistrat DM0003 76502
135	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi 121°C 20 min, interni	Sterilan UP 121/20	Ucraina	NORMA LLC	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune și temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate.	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune și temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani.	Înregistrat DM0003 76507
137	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi 121°C 15 min	Sterilan 121/20	Ucraina	NORMA LLC	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune și temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate.	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi 121°C 20 min. Extern. Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune și temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani.	Înregistrat DM0003 76502

138	Bowie-Dick Test Pack, 121°C-132°C 20 min	Steriway Bowie – Dik BDK 400	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.S AN.TIC.L TD.STI.	pentru verificarea funcționării autoclavelor cu aburi– simulează un pachet de material moale conform ISO 11140-1:2014; Cu certificat de conformitate	pentru verificarea funcționării autoclavelor cu aburi– simulează un pachet de material moale conform ISO 11140-1:2014;	Înregistrat M000363025
139	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aer uscat 180°C 60 min interni	Sterilan UP 180/60	Ucraina	NORMA LLC	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aer uscat interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate.	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aer uscat interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani.	Înregistrat DM000376509

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia**