

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1690178836507 din: 3 aug 2023, 16:00 - 28 aug 2023, 14:00

Obiectul achiziției: Servicii de deservire și reparație a dispozitivelor medicale a.2023

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
50420000-5	14. Videogastroscoop GIF-H185, S/N: 2400831	-	-	-	<p>Defect depistat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spargerea canalului de biopsie; - Uzura tubului de inserție; - Uzura capului distal; - Lipsa unghiurilor. <p>Lucrări necesare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schimbarea capului distal; - Schimbarea canalului de biopsie; - Schimbarea canalului de apă/aer; - Schimbarea cauciucului capului distal; - Schimbarea părții de inserție; - Schimbarea fibrei de lumină; - Schimbarea porțiunii de angulație. <p>Oferirea garanției lucrărilor îndeplinite minim 6 luni.</p>	<p>Reparatie capitala a endoscopului</p> <p style="text-align: center;">Garanție – 6 luni</p>	-
50420000-5	15. Videogastroscoop GIF-HQ190, S/N: 2612292	-	-	-	<p>Reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute, schimbarea cauciucului distal și ale altor componente.</p> <p>Oferirea garanției lucrărilor îndeplinite minim 6 luni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Schimbarea cauciucului distal - Inlaturarea reactiei intarziate - Setarea unghiurilor <p style="text-align: center;">Garanție – 6 luni</p>	-
50420000-5	17. Sursa de lumina Olympus, Model CLV-190	-	-	-	<p>Defect depistat:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Coroziunea placilor electrice -Defectarea conectorului la endoscop -Numarul de ore a lampei este depasit <p>Lucrări necesare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inlocuirea conectorului pentru endoscop -Eliminarea coroziunii de pe placi -Inlocuirea lampii <p>Oferirea garanției lucrărilor îndeplinite minim 6 luni.</p>	<p>Reparatie capitala a sursei de lumina</p> <p style="text-align: center;">Garanție – 6 luni</p>	-
50420000-5	25. Sistemă centralizată de monitorizare a monitoarelor de pacient model BT-770, Bistos, Coreea.	Central monitoring system	Coreea	Bistos	<p>Sistem de monitorizarea parametrilor afișați de monitoarele de pacienți.</p> <p>Software cu licență nelimitată – da.</p> <p>Calculator cu procesor minim intel i3 sau analogic, RAM minim 8 Gb, HDD minim 1 Tb, SSD minim 256 Gb, minim Windows licențiat, USB minim 4 unități, DVD-RW o unitate, conexiune LAN, maus, tastatura, difuzoare, UPS minim 400W.</p> <p>Două monitoare min. 21 inch fiecare.</p> <p>Imprimantă pentru printarea datelor la necesitate – da.</p> <p>Sistem de fixare a monitoare de pendant – 14 buc.</p>	<p>Sistem de monitorizarea parametrilor afișați de monitoarele de pacienți.</p> <p>Software cu licență nelimitată – da.</p> <p>Calculator cu procesor minim intel i3 sau analogic, RAM minim 8 Gb, HDD minim 1 Tb, SSD minim 256 Gb, minim Windows licențiat, USB minim 4 unități, DVD-RW o unitate, conexiune LAN, maus, tastatura, difuzoare, UPS minim 400W.</p> <p>Două monitoare min. 21 inch fiecare.</p> <p>Imprimantă pentru printarea datelor la necesitate – da.</p> <p>Sistem de fixare a monitoare de pendant – 14 buc.</p>	-

				Cablu LAN Cat5E min. 500 metri. Router 16 canale – 2 buc. Conectori RJ45 – 100 buc. Conectori mama-mama RJ45 – 25 buc. Garanție a sistemului de monitorizare și lucrărilor îndeplinite de minim 24 luni.	Cablu LAN Cat5E min. 500 metri. Router 16 canale – 2 buc. Conectori RJ45 – 100 buc. Conectori mama-mama RJ45 – 25 buc. Garanție a sistemului de monitorizare și lucrărilor îndeplinite - 24 luni.	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**