

Палочка стеклянная

ТУ 4320-012-29508133-2009

Предназначена для перемешивания.


Размеры, мм - $(220 \pm 5,0) \times (5 \pm 0,5)$.

Изготовлена из стекла ТС по ГОСТ 21400-75.

Упаковка 100 шт.

Артикул 12005601

Производитель: ООО «МиниМед», Россия



Пикнометры с одной меткой

ГОСТ 22524-77

Тип ПЖ2, класс точности 2



Н — «наливные», вымеряемые «по наполнению»

Применяются для измерения удельного веса вещества в жидком состоянии. Принцип действия основан на взвешивании веществ, заполняющих пикнометр до метки на горловине, что соответствует номинальной вместимости пикнометра. Изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75.

Артикул	Наименование	Вместимость, мл	Допустимая погр., мл	Конус, мм	Высота, мм	Уп., шт
10006902	ПЖ2-1-КШ 5/13	1	$\pm 0,2$	5/13	$69 \pm 1,0$	10
10006905	ПЖ2-2-КШ 5/13	2	$\pm 0,3$	5/13	$81 \pm 1,0$	10
10006906	ПЖ2-3-КШ 5/13	3	$\pm 0,4$	5/13	$85 \pm 2,0$	10
10006909	ПЖ2-5-КШ 7/16	5	$\pm 0,5$	7/16	$99 \pm 2,0$	10
10006901	ПЖ2-10-КШ 7/16	10	$\pm 1,0$	7/16	$108 \pm 2,0$	10
10006903	ПЖ2-25-КШ 10/19	25	$\pm 2,0$	10/19	$132 \pm 3,0$	10
10006904	ПЖ2-25-КШ 7/16	25	$\pm 2,0$	7/16	$132 \pm 3,0$	10
10006907	ПЖ2-50-КШ 10/19	50	$\pm 3,0$	10/19	$147 \pm 3,0$	15
10006908	ПЖ2-50-КШ 7/16	50	$\pm 3,0$	7/16	$147 \pm 3,0$	15
10006900	ПЖ2-100-КШ 10/19	100	$\pm 5,0$	10/19	$180 \pm 4,0$	10

Производитель: ООО «МиниМедПром», Россия



Пипетки к СОЭ-метру ПС/СОЭ-0,1 (Панченкова)

ТУ 9443-005-52876351-2002

РУ № ФСР 2011/11702 от 17.08.2011 г.

Предназначены для определения скорости оседания эритроцитов от 0 до 90 мм в СОЭ-метре (арт. 12005403, 21000802). Цена деления шкалы, мм - 1,0. Шкала коричневого цвета. Изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75, медицинского стекла по ГОСТ 19808-86. Упаковка 100 шт.

Артикул	Размеры, мм	Внутренний диаметр, мм
10002001	$(174,5 \pm 1,0) \times (5 \pm 1,0)$	1,4-1,6

Производитель: ООО «МиниМедПром», Россия

