

Anexa 24 Analizator automat ale gazelor si electroliților în sange

Caracteristici solicitate	Caracteristici oferite Stat Profile Prime+ Nova Biomedical, SUA
Analizator automat ale gazelor si electroliților în sange Cod 150700 Descriere Analizator de gaze si electroliților în sange complet automat, utilizat în secția de reanimare pentru diagnosticarea rapidă a stării pacienților în stare critică Parametrul Specificația Tip analizator sistem de tip deschis da complet automat da Tip probă Ser da Plasmă da Sînge arterial da venos da capilar da mixt da Volum probă Seringă $\leq 200 \mu\text{L}$ Capilar $\leq 100 \mu\text{L}$ Tip analize Gaze in sange pH da pCO₂ da pO₂ da HCO₃ da HCO₃ act da HCO₃ std da BE(B) da BE(ecf) da TCO₂ / ctCO₂ da Electroliti Na⁺ da K⁺ da Ca⁺⁺ da Ca⁺⁺(7.4) da Cl⁻ da Anion gap da Metaboliți Glucoza da Lactat da CO-oximetrie Hct da tHb da sO₂ da O₂Hb da COHb da MetHb da HHb da Spălare automată da Detector de cheag de sange da "Calibrare pentru toți parametrii măsurați" Automat da Manual da "Printarea rezultatelor de calibrare la necesitate" da "Controlul intern (QC)" Automat da Manual da Analiza Durata analizei ≤ 2 min. Stocarea datelor Date analize "min. 1000 înregistrări" Date calibrări Reagenți Forma de reagenți cartuș Valabilitatea de la deschidere min. 27 zile Numarul de teste disponibile într-un singur cartuș ≥ 450 teste Display Touchscreen da LCD sau LED da Cititor de bar cod da Imprimantă termică da Data management da Interfața PC da Conexiune la rețea informațională / Comunicare cu LIS da UPS inclus, pentru menținerea funcționării analizatorului în	Analizator automat ale gazelor si electroliților în sange Cod 150700 Descriere Analizator de gaze si electroliților în sange complet automat, utilizat în secția de reanimare pentru diagnosticarea rapidă a stării pacienților în stare critică Parametrul Specificația Tip analizator sistem de tip deschis da complet automat da Tip probă Ser da Plasmă da Sînge arterial da venos da capilar da mixt da Volum probă Seringă $\leq 200 \mu\text{L}$ Capilar $\leq 100 \mu\text{L}$ Tip analize Gaze in sange pH da pCO₂ da pO₂ da HCO₃ da HCO₃ act da HCO₃ std da BE(B) da BE(ecf) da TCO₂ / ctCO₂ da Electroliti Na⁺ da K⁺ da Ca⁺⁺ da Ca⁺⁺(7.4) da Cl⁻ da Anion gap da Metaboliți Glucoza da Lactat da CO-oximetrie Hct da tHb da sO₂ da O₂Hb da COHb da MetHb da HHb da Spălare automată da Detector de cheag de sange da "Calibrare pentru toți parametrii măsurați" Automat da Manual da "Printarea rezultatelor de calibrare la necesitate" da "Controlul intern (QC)" Automat da Manual da Analiza Durata analizei ≤ 2 min. Stocarea datelor Date analize "min. 1000 înregistrări" Date calibrări Reagenți Forma de reagenți cartuș Valabilitatea de la deschidere min. 27 zile Numarul de teste disponibile într-un singur cartuș - 450 teste Display Touchscreen da LCD sau LED da Cititor de bar cod da Imprimantă termică da Data management da Interfața PC da Conexiune la rețea informațională / Comunicare cu LIS da UPS inclus, pentru menținerea funcționării analizatorului în

caz de întrerupere accidentată a luminii cît și protejare în cazul fluctuației de lumină ≥ 30 min. Reagenți Cartușe necesare pentru ≥ 1500 teste / pacienți Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrării. $\geq$ 3 luni Hirtie termică 5 buc.	caz de întrerupere accidentată a luminii cît și protejare în cazul fluctuației de lumină ≥ 30 min. Reagenți Cartușe necesare pentru ≥ 1500 teste / pacienți Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrării. $\geq$ 3 luni Hirtie termică 5 buc.
---	---