

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA REOFERTARE

În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...39620 din 28.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1716985539620 din 29.05.2024 privind Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie pentru anii 2025-2027, necesar pentru anul 2027

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; www.capcs.md;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV : 33100000-1

Nr. lot	Denumire lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Unitate de Măsură	Cantitatea	Suma estimată fără TVA
1-39620	Adaptor cardioplegic de tip Y cu vent pentru adulti si copii (004328)	Lungime integrală (cm) - 19,1 Lungime piciorului comun (cm) - 7,6	Bucată	300,00	32200,92
2-39620	Adaptor cardioplegic pentru cardioplegia selectiva coronara (004329)	Lungime piciorului comun (cm) - 8,9 Lungimea picioarelor separate (cm) -25,4	Bucată	100,00	12776,6
3-39620	Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr (004330)	Lungimea canulei – 31-34 cm dimensiunile interne 7 Fr Introducer- da Diametrul intern -7 Fr	Bucată	52,00	16453,32
4-39620	Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 9 FR (004331)	Lungimea canulei – 31- 34 cm, dimensiunile interne 9 Fr Introducer- da Diametrul intern -9 Fr	Bucată	30,00	12928,5
5-39620	Canula arteriala periferica femorala 17F (004332)	marimea interna (Fr) - 17 Introducător - da Forma canulelor - Dreaptă	Bucată	22,00	156156

		alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Cu dilatatoare vasculare in kit			
6-39620	Canula arteriala periferica femorala 19F (004333)	marimea interna (Fr) - 19 Introducător - da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Cu dilatatoare vasculare in kit	Bucată	23,00	163254
7-39620	Canula arteriala periferica femorala 21F (004334)	mărimea interna (Fr) - 21 Introducător - da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Cu dilatatoare vasculare in kit	Bucată	22,00	156156
9-39620	Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru intervenții cardiace minimal invazive (MICS) (004336)	Diametrul 23/25 Fr. Lungimea minim 66cm. Conexiunea este 3/8 si 1/2 inch (adater anexat). Canula dublu-stage pentru drenarea venei cave superioare si venei cave inferioare. Găurile destinate pentru vena cava superioara sunt multiple, care cuprinde doar regiunea terminala a canulei, pe un parcurs de pana la 4cm.Cu dilatatoare vasculare in kit Canula fiind compatibila cu sistemul VAC-Asist.	Bucată	12,00	104019,6
10-39620	Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave pentru intervenții cardiace minimal invazive (MICS) (004337)	Lungimea minim 66cm 21/23 Fr. Conectarea este 3/8 si 1/2 Adaptor anexat. Canula dublu-stage pentru drenarea venei cave superioare si venei cave inferioare. Găurile destinate pentru vena cava superioara sunt multiple, care cuprinde doar regiunea terminala a canulei, pe un parcurs de pana la 4cm. Cu dilatatoare vasculare in kit Canula fiind compatibila cu sistemul VAC-Asist.	Bucată	5,00	43341,5
11-39620	Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti, Mărimea internă (Fr) - 32-40 (004338)	Mărimea internă (Fr) - 32-40 Forma canulei - Dreaptă, cu lumen aplatizat Rezistente la răsucire, flexibil - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Mărimea conectorului incorporat (inch) - 1/2	Bucată	35,00	14077,7
12-39620	Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru	Mărimea internă (Fr) - 36-46 Forma canulei - Dreaptă, cu	Bucată	170,00	68377,4

	adulti, Mărimea internă (Fr) - 36-46 (004339)	lumen aplatizat Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½			
13-39620	Canula venoasa bilumen pentru adulți, mărimea internă (Fr) - 36-51 (004340)	Mărimea internă (Fr) - 36-51 Forma canulei - Dreaptă Rezistente la răsucire, flexibil - Armată, flexibile cu kinking rezistentă ,și perete subțire Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½	Bucată	130,00	50544
14-39620	Canula venoasa bilumen pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 34/46 (004341)	Mărimea internă (Fr) - 34/46 Forma canulei - Dreaptă Lungimea canulei , cm -36-40 Introducer – Da Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 Mărimea conectorului incorporat(nu anexat!) (inch) - ½	Bucată	130,00	57495,88
15-39620	Canula venoasa bilumen pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 32/40 (004342)	Mărimea internă (Fr) - 32/40 Forma canulei - Dreaptă Lungimea canulei , cm -36-40 Introducer – Da Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 Mărimea conectorului incorporat(nu anexat!) (inch) - ½	Bucată	40,00	17691,04
17-39620	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 14 (004344)	Mărimea internă (Fr) - 14 Mărimea conectorului (inch) -1/4 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subțire	Bucată	20,00	9379,6
18-39620	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 16 (004345)	Mărimea internă (Fr) - 16 Mărimea conectorului (inch) -1/4 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente, elastice, cu perete subțire	Bucată	20,00	9379,6
19-39620	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru	Mărimea internă (Fr) - 18 Mărimea conectorului (inch) -1/4	Bucată	20,00	9379,6

	copii, Mărimea internă (Fr) - 18 (004346)	și 3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armata,kinking rezistente, elastice, cu perete subțire			
20-39620	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 20 (004347)	Mărimea internă (Fr) - 20 Mărimea conectorului (inch) -1/4 și 3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armata,kinking rezistente, elastice, cu perete subțire	Bucată	20,00	8655,35
21-39620	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 22 (004348)	Mărimea internă (Fr) - 22 Mărimea conectorului (inch) -1/4 și 3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armata,kinking rezistente, elastice, cu perete subțire	Bucată	20,00	9379,6
22-39620	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii, Mărimea internă (Fr) - 24 (004349)	Mărimea internă (Fr) - 24 Mărimea conectorului (inch) -1/4 și 3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armata,kinking rezistente,elastice, cu perete subțire	Bucată	17,00	7972,66
23-39620	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii,Mărimea internă (Fr) - 26 (004350)	Mărimea internă (Fr) - 26 Mărimea conectorului (inch) -3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armata,kinking rezistente,elastice, cu perete subțire	Bucată	10,00	4143,18
24-39620	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 28 (004351)	Mărimea internă (Fr) - 28 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid.cu multiple orificii de intrare (nu mai puțin de 3/8) Rezistente la răsucire - Armata, kinking rezistente,elastice,cu perete subțire	Bucată	20,00	8131,2
25-39620	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 30 (004352)	Mărimea internă (Fr) - 30 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului -	Bucată	50,00	20328

		Polivinilclorid.cu multiple orificii de intrare (nu mai puțin de 3/8) Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente,elastice,cu perete subțire			
26-39620	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă (004353)	Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid Lungimea canulei cm – 36-40 Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litr /min, mm Hg – nu mai mare de 27 Mărimea conectorului incorporat (inch) - 3/8	Bucată	210,00	83160
27-39620	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă (004354)	Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid Lungimea canulei cm – 36-40 Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litr /min, mm Hg – nu mai mare de 22 Mărimea conectorului incorporat (inch) - 3/8	Bucată	220,00	87120
29-39620	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico”pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 31 (004356)	Mărimea internă (Fr) - 31 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 20 Mărimea conectorului (inch) - 3/8	Bucată	110,00	63020,1
30-39620	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico”pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 28 (004357)	Mărimea internă (Fr) - 28 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 25 Mărimea conectorului (inch) - 3/8	Bucată	90,00	51561,9
31-39620	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico”pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 24 (004358)	Mărimea internă (Fr) - 24 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 25 Mărimea conectorului (inch) - 3/8	Bucată	40,00	22916,4
32-39620	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico”pentru adulți, Mărimea internă (Fr) - 22 (004359)	Mărimea internă (Fr) - 22 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40 Mărimea conectorului (inch) - 3/8	Bucată	5,00	2864,55
33-39620	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip	Mărimea (Fr) - 20. Mărimea conectorului integrat -	Bucată	5,00	3302,24

	„Pacífico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 20 (004360)	¼. Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subțire			
34-39620	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 18 (004361)	Mărimea (Fr) - 18. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subțire	Bucată	10,00	6918,05
35-39620	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 16. (004362)	Mărimea (Fr) - 16. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subțire	Bucată	10,00	6695,37
36-39620	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 14 (004363)	Mărimea (Fr) - 14. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subțire	Bucată	20,00	13518,93
37-39620	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico”pentru copii, Mărimea (Fr) - 12 (004364)	Mărimea (Fr) - 12. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subțire	Bucată	10,00	6082,51
38-39620	Canule aortica pentru copii. Mărimea internă (Fr) - 16 (004365)	Mărimea internă (Fr) - 16 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subțire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼	Bucată	10,00	10900,5
39-39620	Canule aortica pentru copii. Mărimea internă (Fr) - 14 (004366)	Mărimea internă (Fr) - 14 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subțire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼	Bucată	10,00	10900,5
40-39620	Canule aortica pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 18 (004367)	Mărimea internă (Fr) - 18 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subțire si “materialul vârfului - smooth plastic / plastic neted” Rezistente la răsucire - Armată. Cu capac de purjare lentă la capăt. Mărimea conectorului (inch) -	Bucată	26,00	26169

		3/8. Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 4 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 70. Lungimea canulei ,cm 35-36			
41-39620	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm 27,9-30 cm (004368)	Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei , 27,9-30 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - cu vârful curbat (cliuv) Vârful este tăiat oblic -Da Unghiul cliuvului grade- 90 Flansa rotundă ce se află deodată la sfîrșitul cliuvului cu 2 urechiuse semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 4 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 45 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	Bucată	50,00	22398,3
42-39620	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm - 30,5 (004369)	Mărimea internă (Fr) - 20 Forma canulelor -Dreaptă alungită Lungimea canulei ,cm- 30,5 Introducător - Da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 4 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 50 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	Bucată	40,00	41574
43-39620	Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei , 27,9-30 cm (004370)	Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9-30 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - Cu vârful curbat (cliuv) Unghiul cliuvului grade- 90 Cliuvul este tăiat oblic -Da Flansa rotundă ce se află deodată la sfîrșitul cliuvului cu 2 urechiuse semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 4,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	Bucată	60,00	26877,96

44-39620	Canule aortica pentru adulti Mărima internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm (004371)	Mărima internă (Fr) - 22 Forma canulelor -Dreapta alungita Lungimea canulei, 30,5 cm Introducător - da Capac protectorul al conectorului - Da Forma canulei - dreapta alungita Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 55 Mărima conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	Bucată	100,00	103935
45-39620	Canule aortica pentru adulti Mărima internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 27,9-30 cm (004372)	Mărima internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, . – 27,9-30 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului - Da Forma canulei - Cu vârful curbat (cliuv) Unghiul cliuvului , grade - 90 Cliuvul este taiat oblic -Da Flansa rotunda ce se afla deodata la sfirsitul cliuvului cu 2 urechiuse semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40 Mărima conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	Bucată	120,00	53755,92
46-39620	Canule aortica pentru adulti Mărima internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 30,5 cm (004373)	Mărima internă (Fr) - 24 Forma canulelor -Dreapta alungita Lungimea canulei, 30,5 cm Introducător - da Capac protectorul al conectorului - Da Forma canulei - dreapta alungita Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 55 Mărima conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8	Bucată	120,00	124722
48-39620	Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărima internă(Fr) - 7 (004375)	Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărima internă(Fr) - 7	Bucată	400,00	93253,57

Valoarea estimativă fără TVA: 10 458 382 lei

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:

Potrivit prevederilor pct. 45 al Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020, *elementele care pot face obiectul reofertării în cadrul acordului cadru, se vor referi la:*

- **preț care poate fi modificat numai în sensul îmbunătățirii acestuia (spre micșorare);**
- **caracteristici tehnice, nivel calitativ și de performanță fără modificarea producătorului și țării de origine menționate în Acord.**

Notă: Ca răspuns la INVITAȚIA DE PARTICIPARE LA REOFERTARE, nu vor fi luate în considerare pentru atribuirea contractelor subsecvente:

- ofertele transmise de operatorii economici care nu au semnat acordul-cadru;
- ofertele transmise de operatorii economici semnatari ai acordului-cadru cu prețul unitar mai mare decât cel din Anexa 1 – Lista cu tarifele unitare - la Acordul cadru.

Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului.

9. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2027

10. Documente OBLIGATORII care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea sau completarea neconformă a documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligativitatea
2	Specificația tehnică	SE VA PREZENTA DOAR ÎN CAZUL ÎN CARE SE MODIFICĂ MODELUL CONTRACTAT ÎNICIAL- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	DA
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
5	Declarație privind valabilitatea ofertei (45 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.	DA
6	Garanția pentru ofertă	- 2 % din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 45 zile, - de 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA

		Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (45 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor	
7	Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice	DECLARAȚIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, conform modelului atașat-original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire	DA

11. Garanția pentru ofertă va fi solicitată în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA,

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor la etapa de reofertare în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

12. Garanția de bună execuție a contractului subsecvent, cuantumul 5% din suma totală a contractului subsecvent.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 15.01.2028

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică pasul minim 0.01%

14. Ofertele se prezintă: în lei.

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.

16. Modalitatea evaluării ofertelor: per lot la cu corespunderea tuturor cerințelor.

17. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

18. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

19. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 de zile

20. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

21. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

Data publicării anunțului de intenție 15.07.2024, Buletinul Achizițiilor Publice nr. 45

https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_45.pdf

În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

24. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):
da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

/semnat electronic/

Gheorghe GORCEAG