

**Certificat de calitate №1781  
pentru oxygen medicinal in stare gazoasa  
GOST 5583-78**

**Beneficiarul: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

**Numarul de butelii 763 (5 lit)**

<b>№</b>	<b>Denumirea indicatorilor</b>	<b>Document normativ GOST 5583-78</b>	<b>Rezultatele analizei</b>
<b>1</b>	Concentratia de O <sub>2</sub> , in %, nu mai putin de	99.5	99.91
<b>2</b>	Concentratia vaporilor de apa, in %, nu mai mult de	0.009	0.007
<b>3</b>	Concentratia de H <sub>2</sub> , in %, nu mai mult de	nu se testeaza	-
<b>4</b>	Concentratia de CO <sub>2</sub> , nu mai mare	0.01	0.003
<b>5</b>	Continutul de CO	retinut conform aliniatului 3.6	retinut
<b>6</b>	Continutul de acizi	retinut conform aliniatului 3.7	retinut
<b>7</b>	Continutul de O <sub>3</sub> si alte gaze oxidante	retinut conform aliniatului 3.8	retinut
<b>8</b>	Continutul de baze	nu se testeaza	-
<b>9</b>	Prezenta mirosului	absent	abs

**Calitatea oxigenului medicinal corespunde conform GOST 5583-78**

**Inginer superior,**

**Bulban V.**



**Data: 16.10.2023**