

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1715947563697 din 04.06.2024						
Obiectul de achiziției: Materiale de sutură (lista suplimentară) pentru anul 2024						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri:						
Lot 8. Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace USP 2/0	ESTERLUS (LS6874)	India	LOTUS SURGICALS Pvt. Ltd.	<p>USP 2/0; Lungimea suturii (cm.) – 75; Lungimea acului (mm.) – 20 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper; Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie, sau sutura sintetică, neabsorbabilă, multifilament, poliester cu acoperire din polibutilat, care asigură reducerea fricțiunii la trecerea prin țesuturi dense. Firul trebuie să fie colorat pentru a îmbunătăți vizualizarea. Acele fabricate dintr-un aliaj de înaltă rezistență la coroziune, tratate cu silicon pentru a reduce fricțiunea. Materialul acului trebuie să fie rezistent la deformarea ireversibilă (îndoire) mai mult decât acele din oțel inoxidabil obișnuit, ceea ce previne necesitatea înlocuirii acului, îmbunătățește controlul asupra acului și reduce traumatizarea țesuturilor. Construcție specială a acului asigură fixarea pe portac prin creștături la locul de fixare. Prezența plasării ovale a firului pe insertul intern, ce asigura dreptatea firului după extracție, minimizând apariția efectului de „memorie a formei,, și înodare. Acul trebuie să fie fixat pe insertul intern fără atingerea vîfului. Acces rapid la insertul intern cu o singură mișcare pentru a minimiza timpul de manipulare cu firul.</p>	<p>USP 2/0; Lungimea suturii (cm.) – 75; Lungimea acului (mm.) – 20; Curbura acului – ½ Taper; Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie, sau sutura sintetică, neabsorbabilă, multifilament, poliester împletit. Firul colorat - verde, pentru a îmbunătăți vizualizarea. Acele fabricate dintr-un aliaj de înaltă rezistență la coroziune, tratate cu silicon pentru a reduce fricțiunea. Materialul acului trebuie să fie rezistent la deformarea ireversibilă (îndoire) mai mult decât acele din oțel inoxidabil obișnuit, ceea ce previne necesitatea înlocuirii acului, îmbunătățește controlul asupra acului și reduce traumatizarea țesuturilor. Construcție specială a acului asigură fixarea pe portac prin creștături la locul de fixare. Prezența plasării ovale a firului pe insertul intern, ce asigura dreptatea firului după extracție, minimizând apariția efectului de „memorie a formei,, și înodare. Acul trebuie să fie fixat pe insertul intern fără atingerea vîfului. Acces rapid la insertul intern cu o singură mișcare pentru a minimiza timpul de manipulare cu firul. Catalogul (pagina 3, hășurat cu verde) și instrucțiunea de la producător se anexează.</p>	Certificat CE, Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO

Lot 9. Suture cardiovasculară atraumatică cu 2 ace USP 3/0	ESTERLUS (LS6949)	India	LOTUS SURGICALS Pvt. Ltd.	USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 20± 2%; Curbura acului – ½ Taper; Suture cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 3/0	USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 20; Curbura acului – ½ Taper; Suture cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 3/0. Catalogul (pagina 3, hășurat cu verde) și instrucțiunea de la producător se anexează.	Certificat CE, Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO
Lot 10. Suture cardiovasculară atraumatică cu 2 ace USP 4/0	ESTERLUS (LS6892XS)	India	LOTUS SURGICALS Pvt. Ltd.	USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 45; Lungimea acului (mm) – 13± 2%; Curbura acului – ½ Taper; Suture cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 4/0	USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 45; Lungimea acului (mm) – 13; Curbura acului – ½ Taper; Suture cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 4/0. Catalogul (pagina 3, hășurat cu verde) și instrucțiunea de la producător se anexează.	Certificat CE, Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A. Corobceanu 7A, ap.9