

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1780476697703 din 03.06.2026
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 23)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 - Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii						
Lotul nr. 1 - Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii	Pat multifuncțional pentru adulți WANS 4050 AMDM DM000670134	Turcia	SCHRODER MEDIKAL TICARET A.S.	Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii Cod 140391 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 5-6 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Poziționare Trendelenburg ≥ 16 grade Anti-trendelenburg ≥ 16 grade Poziționare CPR electric (auto-CPR) Transparență la razele X-ray (radiografie) obligatoriu Sectiunea spine să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic ≥ 35 x 43 cm Spătarul reglabil ≥ 70 grade Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da, inclus	Parametrul Specificația Paturi motorizate (4 motoare) pentru secții de ATI și secții de reanimare (pag.8 manual de utilizare); Tip multifuncțional cu 8 poziții (pag.2 brochura); Tip pacient adult – Da ; Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice (pag.2 brochura); Funcționalități poziționare sedentară (pag.2 brochura); poziționare Trendelenburg (pag.2 brochura); poziționare anti-Trendelenburg (pag.2 brochura); Poziționare Trendelenburg 17° (pag.2 brochura); Anti-trendelenburg 17° (pag.2 brochura); Poziționare CPR electric (auto-CPR) (pag.2 brochura); Transparență la razele X-ray (radiografie) -	

				Greutatea maximă admisă de încărcare Cadru pentru etichetă pe spetează ≥ 250 kg Înălțime Ajustabilă diapazon min. 45-80cm, ± 2 cm Rotile Diametru ≥ 15 cm Sistem de blocare central pentru toate roțile blocarea roților în o singură direcție Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică da, baterie inclusă Bampere/rotile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator Alimentare 220 V, 50 Hz Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice codul produsului oferit grosimea min. 14 cm husă cu fermoar da, să se indice codul produsului oferit Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da, să se indice codul produsului oferit	DA (pag.2 brochura); Secțiunea spate aibă cadru pentru casetă/ detector radiologic 43*55 cm(pag.2 brochura); Spătarul reglabil - 70° (pag.2 brochura); Controlul de către asistentă (pag.2 brochura); Blocarea control pacient (pag.20 manual de utilizare); Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe spetează 270 kg; Înălțime Ajustabilă diapazon 39-80 cm (pag.10 manual de utilizare); Rotile Diametru 15cm, roată dublă 15cm, roată dublă (pag.10 manual de utilizare); Sistem de blocare central pentru toate roțile (pag.23 manual de utilizare); blocarea roților în o singură direcție (pag.23 manual de utilizare); Parapete de protecție laterale formate din 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) (image la pag.16 manual de utilizare); Reglare manuală părților importante în caz de lipsă de energie electrică(pag.20 manual de utilizare); baterie inclusă (pag.11 manual de utilizare); Bampere/rotile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc amortizator (image la pag.1 man de utilizare); Alimentare 210-220 V, 50-60 Hz (pag.11 manual de utilizare); Saltele MT01, lavabile visco ortopedică grosimea 14 cm (brosuraMT01); husă cu fermoar (în set cu MT 01, (brosuraMT01); Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime (codul: IVP pag.24 manual de utilizare).	
Lotul nr. 2 - Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) caracteristici avansate cu cântar						

<u>Lotul nr. 2 -</u> Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) caracteristici avansate cu cântar	Pat multifunctional pentru adulți WANS 4050 AMDM DM000670134	Turcia	SCHRODER MEDIKAL TICARET A.S.	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) caracteristici avansate cu cântar Cod 140402 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Poziționare Trendelenburg ≥ 16 grade Anti-trendelenburg ≥ 16 grade Poziționare CPR electric (auto-CPR) Spătarul reglabil electric ≥ 70 grade Cîntar încorporat obligatoriu Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥250 kg Înălțime Ajustabilă diapazon min. 45 - 80 cm, ± 2 cm Rotile Diametru ≥ 15 cm A cincea roată la mijlocul patului obligatoriu Sistem de blocare central pentru toate roțile blocarea roților în o singură direcție Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stînga, dreapta) Sectiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic ≥ 35 x 43 cm Bampere/roțile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică da, baterie inclusă Alimentare 220 V, 50 Hz Comenzi de picior pentru reglarea înălțimii obligatoriu	<u>Parametrul Specificația</u> Paturi motorizate (4 motorii) pentru secții de ATI și secții de reanimare (pag.2 brochura); Tip multifuncțional cu 8 poziții (pag.2 brochura); Tip pacient adult – Da; Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice (pag.18-19 manual de utilizare); Funcționalități poziționare sedentară (pag.19 manual de utilizare); poziționare Trendelenburg (pag.2 brochura); poziționare anti-Trendelenburg (pag.2 brochura); Poziționare Trendelenburg 17° (pag.2 brochura); Anti-trendelenburg 17° (pag.2 brochura); Poziționare CPR electric (auto-CPR) (pag.2 brochura); Spătarul reglabil - 70° (pag.2 brochura); Cîntar încorporat Da (pag.2 brochura; instrucțiuni pentru IWS) Controlul de către asistentă (pag.18 man de utilizare); Blocarea control pacient (pag.20 manual de utilizare); Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe spetează 270 kg; Înălțime Ajustabilă diapazon 43-82 cm (pag.2 brochura); Rotile Diametru 15cm, roată dublă 15cm, roată dublă (pag.10 manual de utilizare); A cincea roată la mijlocul patului obligatoriu Da (pag.10 manual de utilizare); Sistem de blocare central pentru toate roțile (pag.23 manual de utilizare); blocarea roților în o singură direcție (pag.23 manual de utilizare);	
--	--	---------------	---	--	--	--

				Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice codul produsului oferit fabricat din spumă poliuritanică obligatoriu grosimea min. 14 cm husă cu fermoar da, să se indice codul produsului oferit Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da, să se indice codul produsului oferit	Parapete de protecție laterale formate din 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) (imagina la pag.16 manual de utilizare); Secțiunea spate aibă cadru pentru casetă/detector radiologic 43*55 cm(pag.2 brochura); Bampere/roțile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc amortizator (imagina la pag.1 manual de utilizare); Reglare manuală părților importante în caz de lipsă de energie electrică : baterie inclusă ((pag.2 brochura); Alimentare 210-220 V, 50-60 Hz (pag.11 manual de utilizare); Comenzi de picior pentru reglarea înălțimii (pag.2 brochura); Saltele MT02, lavabile visco ortopedică grosimea 14 cm (broșura MT02); husă cu fermoar (în set cu MT 02, broșura MT02); Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime (codul: IVP pag.24 manual de utilizare).	
Lotul nr. 3 - Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții)						
<u>Lotul nr. 3 -</u> Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții)	Pat multifunctional pentru adulți WANS 4060 AMDM DM000670135	Turcia	SCHRODER MEDIKAL TICARET A.S.	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții) Cod Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da Greutatea maximă a pacientului Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm	Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Da (pag 2 brochura) Tip pacient adult Da (pag 2 brochura) Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Da (pag 2 brochura) Funcționalități: poziționare sedentară Da (pag 2 brochura) poziționare Trendelenburg Da (pag 2 brochura) poziționare anti-Trendelenburg Da (pag 2 brochura) Controlul de către asistentă Da (pag 2 brochura) Blocarea control pacient Da (pag 2 brochura)	

				Rutile Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale da Extensia lungimii patului opțională Secțiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic $\geq 43 \times 43$ cm Cantar electronic pacient da Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltea lavabila ortopedică inclusă	Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat 270 kg (pag 7 brochura) Înălțime Ajustabilă 39-80cm (pag 7 brochura) Rutile: Diametru 15cm (pag 7 brochura) Sistem de blocare la minim 2 rotile Da (pag 7 brochura) Parapete de protecție laterale Da (pag 4 brochura) Secțiunea spate aibă cadru pentru detector radiologic 43 x 55 cm (pag 7 brochura) Căntar electronic pacient Da Alimentare 220 V, 50 Hz (pag 7 brochura) Saltele lavabile ortopedică MT 02 + IV-pole (pag 7 brochura)	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: Aelo Grup SRL
Adresa: Mun. Chișinău, str. Ialoveni 107, bl. 6