

CERERE DE PARTICIPARE

Către CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
(MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd. Grigore Vieru, 22/2)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 66 din 26.08.2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Achiziționarea dispozitivelor medicale (Turn laparoscopic) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului** (denumirea contractului de achiziție publică), noi “Denolga Medical” SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 19.09.2025

Cu stimă,
Ofertant/candidat
„Denolga Medical” SRL
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard
nr. ocde-b3wdp1-MD-1756210519307
din “26” august 2025

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
(MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd. Grigore Vieru, 22/2)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind Achiziționarea dispozitivelor medicale (Turn laparoscopic) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului prin procedura de achiziție Licitație deschisă**, pentru o durată de 160 zile, (o sută șaizeci), respectiv până la data de 27.02.2026 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 19.09.2025

Cu stimă,
Ofertant/candidat
“Denolga Medical” SRL
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1756210519307 din 26.08.2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale (Turn laparoscopic) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
<i>Turn laparoscopic</i>	TC201EN/ TC304/ TH121/ TL400/ FM-A5504DG/ UI500S1/ UG230/ UG609/ 26003ARA/ 31160MP sau 31103MP sau 31108MP – unul la alegere/ 495TIP/ 031122-25/ 031210-10/ UI004	Germania/ SUA	Karl Storz/ FORESEEN CUSTOM DISPLAYS INC	Nume Turn laparoscopic Descriere Set pentru pentru endoscopia rigidă pentru efectuarea operațiilor chirurgicale minim invazive. Video procesor Semnale video de ieșire Compatibil cu monitorul oferat, indiferent de tehnologia de transmitere utilizată, să nu afecteze calitatea imaginii	Nume Turn laparoscopic Descriere Set pentru pentru endoscopia rigidă pentru efectuarea operațiilor chirurgicale minim invazive. <u>TC201EN/ TC304, Catalog KS, pag. 1, 2</u> Video procesor Semnale video de ieșire - da Compatibil cu monitorul oferat, indiferent de tehnologia de transmitere utilizată, nu afectează calitatea imaginii - da	CE, ISO

				Port USB pentru stocarea imaginilor înregistrate Da Posibilitate de înregistrare a imaginilor video Da Rezolutia imaginii stocate Minim FullHD Efectuarea White Balance Da, cu buton pe unitatea de procesare și pe cameră Accentuarea culorilor structurilor pe suprafața organelor Da Ajustarea contrastului pentru diferențierea structurilor anatomice - Da Vizualizare a imaginii fluorescente NIR/ICG - Da Rezolutia imaginii procesată de sistem Minim UltraHD Tehnologie de vizualizare a imaginilor 2D Camera 2D Surse de lumină compatibile Lumină albă și NIR/ICG Rezoluția imaginii vizualizate Ultra HD Focusare manuală sau automată a camerei Da	Port USB pentru stocarea imaginilor înregistrate – Da, <i>Instructions for use IMAGE1 S, pag. 11, 12, 29</i> Posibilitate de înregistrare a imaginilor video – Da, <i>Instructions for use IMAGE1 S, pag. 33, 39</i> Rezolutia imaginii stocate Ultra FullHD, <i>Catalog KS, pag. 1</i> Efectuarea White Balance - Da, cu buton pe unitatea de procesare și pe cameră, <i>Instructions for use IMAGE1 S, pag. 30</i> Accentuarea culorilor structurilor pe suprafața organelor – Da, <i>Instructions for use IMAGE1 S, pag. 35</i> Ajustarea contrastului pentru diferențierea structurilor anatomice – Da, <i>Instructions for use IMAGE1 S, pag. 35</i> Vizualizare a imaginii fluorescente NIR/ICG – Da, <i>Instructions for use IMAGE1 S, pag. 35</i> Rezolutia imaginii procesată de sistem Ultra FullHD, <i>Catalog KS, pag. 1</i> Tehnologie de vizualizare a imaginilor 2D <u>TH121, Catalog KS, pag. 3</u> Camera 2D Surse de lumină compatibile Lumină albă și NIR/ICG Rezoluția imaginii vizualizate Ultra HD Focusare manuală, <i>Instructions for use IMAGE1 S 4U Rubina OPAL1 NIR/ ICG Camera Head, pag. 10, 14</i> și automată a	
--	--	--	--	---	---	--

				Zoom optic sau digital Da Butoane pe camera Funcționalități minime: Înregistrare video/foto, balans alb Lungime cablu Minim 3 m Camera imersibilă în substanțe de curățare și dezinfectare Da Sursa de lumină Tehnologia sursei de lumină LED Durata de viață a sursei de lumină Minim 30000 h., în caz că sursa de lumină are o durată de viață mai mică, să se livreze surse de lumină de schimb, care în sumă să garanteze durata de lucru a dispozitivului de minim 30000 h Reglaj al intensității luminoase Da Reglaj automat a intensității luminoase Da Monitor Diagonala Minim 55 ± 1 inch Rezoluție Minim UltraHD, compatibil cu procesorul video	camerei, prin sistemul HIVE, <i>Catalog KS, pag. 1</i> Zoom digital – Da, <i>Catalog KS, pag. 4</i> Butoane pe camera – DA, <i>Catalog KS, pag. 3</i> Funcționalități minime: Înregistrare video/foto, balans alb, <i>Instructions for use IMAGE1 S, pag. 30, 33</i> Lungime cablu - 3 m, <i>Catalog KS, pag. 3</i> Camera imersibilă în substanțe de curățare și dezinfectare - Da, <i>Catalog KS, pag. 3</i> <u>TL400, Catalog KS, pag. 5, 6</u> Sursa de lumină Tehnologia sursei de lumină LED Durata de viață a sursei de lumină – 30 000 h Reglaj al intensității luminoase – Da, <i>Catalog KS, pag. 5</i> Reglaj automat a intensității luminoase – Da, prin sistemul HIVE, <i>Catalog KS, pag. 5</i> <u>FM-A5504DG, Catalog KS, pag. 7, 8</u> Monitor Diagonala Minim 55 inch Rezoluție Ultra FULLHD, compatibil cu procesorul video	
--	--	--	--	---	---	--

				Unghi de vedere Minim 178 grade Canale de intrare pentru semnale video Compatibil cu monitorul ofertat, indiferent de tehnologia de transmitere utilizată, să nu afecteze calitatea imaginii Insuflator electronic Debit de insuflare 2 - 45 L/min Presiune de insuflare 3 - 25 mmHg Ajustare a debitului de insuflare Da Evacuare automată a fumului Da Afișarea parametrilor presetati (debit, presiune, gaz consumat) Da Incalzirea gazului insuflat Da Troleu Număr de polițe Minim 3 Mâner pentru transportare Da Suport pentru fixarea buteliei cu CO2 Da Roți cu frâne Da Sistem centralizat de alimentare cu stabilizator de tensiune Da Suport pentru fixarea camerei Da	Unghi de vedere - 178 grade Canale de intrare pentru semnale video Compatibil cu monitorul ofertat, indiferent de tehnologia de transmitere utilizată, să nu afecteze calitatea imaginii <u>UI500S1, Catalog KS, pag. 9, 10, 11</u> <u>INSTRUCTION MANUALUI 500</u> <u>ENDOFLATOR® 50, pag. 32, 33, 3556, 66</u> Insuflator electronic Debit de insuflare 1 - 50 L/min Presiune de insuflare 1 – 30 mmHg Ajustare a debitului de insuflare - Da Evacuare automată a fumului - Da Afișarea parametrilor presetati (debit, presiune, gaz consumat) - Da Incalzirea gazului insuflat - Da <u>UG230, Catalog KS, pag. 12</u> Troleu Număr de polițe - 3 Mâner pentru transportare - Da <u>UG609, Catalog KS, pag. 17</u> Suport pentru fixarea buteliei cu CO2 - Da Roți cu frâne - Da Sistem centralizat de alimentare cu stabilizator de tensiune - Da Suport pentru fixarea camerei – Da, <i>inclus in UG230</i>	
--	--	--	--	---	---	--

				În caz că producătorul prevede ca monitorul să fie montat pe troleu aparte pentru o stabilitate mai bună, atunci acesta să fie livrat Da Sursa de alimentare Tensiune de alimentare 220V, 50 Hz Conector ale cablurilor de alimentare Schuko Consumabile și accesorii Telescop, diametru 10 mm, lungime 300 - 400 mm, unghi de vizualizare 0 grade, compatibil cu sursa de lumină NIR, cu protecție antiaburire, compatibil cu camera 2D Da Set trocar cu teacă de multiplă utilizare, vârf piramidal, cu port de insuflare și evacuare compatibil cu telescopul, lungime de lucru minim 150 mm, cu capace de etanșare de rezervă minim 10 buc - da	În caz că producătorul prevede ca monitorul să fie montat pe troleu aparte pentru o stabilitate mai bună, atunci acesta să fie livrat - Da Sursa de alimentare Tensiune de alimentare 220V, 50 Hz Conector ale cablurilor de alimentare Schuko - da Consumabile și accesorii <u>26003ARA, Catalog KS, pag. 18</u> Telescop, diametru 10 mm, lungime 310 mm, unghi de vizualizare 0 grade, compatibil cu sursa de lumină NIR, cu protecție antiaburire, compatibil cu camera 2D - Da <u>31160MP/ 31103MP/ 31108MP – unul la alegere, Catalog KS, pag. 19</u> Set trocar cu teacă de multiplă utilizare, vârf piramidal, cu port de insuflare și evacuare compatibil cu telescopul, lungime de lucru 150 mm, cu capace de etanșare de rezervă -10 buc - da <i>Notă: s-au oferit trocare la alegere, cu diametru de 6/ 11/ 13.5 mm și lungimea de 150 mm, deoarece în răspunsul clarificărilor nu s-a dat nici o informație referitor la diametru. Răspuns: "În specificație este indicat ca setul dat trebuie să fie compatibil cu telescopul oferit de 10 mm, astfel diametrul lui trebuie să permită penetrarea ușoară a telescopului în interiorul tecii fără să opună rezistență la introducerea telescopului sau să permită scurgeri de gaz. Totodată este necesar ca trocarul optic să prezinte o lungime efectivă de 15 cm pentru a satisface majorității cazurilor</i>	
--	--	--	--	---	---	--

				Fibră optică, Lungime minim 3 m, compatibil cu sursa de lumină și telescop Da Filtru pentru portul de insuflare a insuflatorului Minim 5 buc Filtru pentru port evacuare a fumului dacă e aplicabil Minim 5 buc Furtun pentru insuflare CO2, cu încălzire cu conexiune la portul de insuflare a tecii trocarului Minim 5 buc Furtun pentru evacuarea fumului Minim 5 buc Furtun medical pentru alimentare cu CO2 a insuflatorului, lungime minim 6 m Da Reductor pentru butelie cu CO2, conector standart sovietic Da Cerință față de furnizori În caz că nu s-au solicitat careva consumabile și accesorii, dar acestea sunt necesare pentru funcționarea propriu zisă a dispozitivului, atunci acestea trebuie să fie incluse în preț Da	<i>abordate in clinica noastra chiar și atunci cand sunt expuși intervențiilor endoscopice pacienri obeji cu grosimea considerabila a peretelui abdominal anterior.” Prin urmare, confirmăm că trocarele oferite (6/ 11/ 13.5 mm) sunt compatibile cu telescopul ofertat.</i> <u>495TIP, Catalog KS, pag. 21</u> Fibră optică, Lungime 3 m, compatibil cu sursa de lumină și telescop Da <u>031122-25, Catalog KS, pag. 23</u> Filtru pentru portul de insuflare a insuflatorului - 5 buc Filtru pentru port evacuare a fumului dacă e aplicabil Minim 5 buc – <i>nu este aplicabil</i> <u>031210-10, Catalog KS, pag. 13, 23</u> Furtun pentru insuflare CO2, cu încălzire cu conexiune la portul de insuflare a tecii trocarului - 5 buc Furtun pentru evacuarea fumului - 5 buc, <i>inclus in UI500S1</i> <u>UI004, Catalog KS, pag. 23</u> Furtun medical pentru alimentare cu CO2 a insuflatorului, lungime 2.5 m, cu extensie până la 6 m - Da Reductor pentru butelie cu CO2, conector standart sovietic Da Cerință față de furnizori În caz că nu s-au solicitat careva consumabile și accesorii, dar acestea sunt necesare pentru funcționarea propriu zisă a dispozitivului, atunci acestea trebuie să fie incluse în preț Da	
--	--	--	--	---	---	--

				Instruire Training pentru utilizatori Prezentare generală, pregătire de lucru, operarea cu dispozitivul, întreținere Da Training pentru personal tehnic Modul de efectuare a mentenanței periodice, modul de testare a funcționalității Da Documentație Manualul de utilizare română sau engleză, tipărit și în format electronic Da Manualul de service Engleză Da Minim 3 ani, cu efectuarea lucrărilor de mentenanță conform recomandărilor producătorului, Da	Instruire Training pentru utilizatori – da Prezentare generală, pregătire de lucru, operarea cu dispozitivul, întreținere - Da Training pentru personal tehnic – da Modul de efectuare a mentenanței periodice, modul de testare a funcționalității - Da Documentație Manualul de utilizare română sau engleză, tipărit și în format electronic - Da Manualul de service Engleză - Da 3 ani, cu efectuarea lucrărilor de mentenanță conform recomandărilor producătorului - Da	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Gherman Irina** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **“Denolga Medical” SRL** Adresa: **Mun. Chișinău, str. Grenoble, 149A**

Anexa nr.23
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1756210519307
din “26” august 2025

Specificații de preț

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1756210519307 din 26.08.2025
	Obiectul de achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale (Turn laparoscopic) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 1									
33100000-1	<i>Turn laparoscopic</i>	buc	1	1 507 372,50	1 808 847,00	1 507 372,50	1 808 847,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS		
	TOTAL					1 507 372,50	1 808 847,00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Gherman Irina** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **“Denolga Medical” SRL** Adresa: **Mun. Chișinău, str. Grenoble, 149A**