



BIOSISTEM MLD

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd. Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1783074635530 din 25.08.2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea investigațiilor urinare și hematologice pentru analizoare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2027

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 24.08.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld

(semnătura autorizată)



BIOSISTEM MLD

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 8
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "Achiziționarea investigațiilor urinare și hematologice pentru analizoare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2027"

prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1783074635530 din 25.08.2026

pentru o durată de 160 (una sută șaizeci) zile, respectiv până la data de 01.02.2027, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 24.08.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:						ocds-b3wdp1-MD-1783074635530 din 25.08.2026		
Obiectul achiziției:						Achiziționarea investigațiilor urinare și hematologice pentru analizoare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2027		
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Cybow, Reader 720, Urine Analyzer)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Cybow, Reader 720, Urine Analyzer)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 - pozitie de referinta care exprima pretul mediu al unei investigatii. Pozitia va fi prezenta in contract doar pentru referinta. In facturile fiscale vor figura doar denumirile marfurilor indicate in acest lot mai jos.	-	-	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Cybow, Reader 720, Urine Analyzer, sau cu analizator în comodat. Minim 11 parametri examinați: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO) și sânge (Blood, BLO). Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Cybow, Reader 720, Urine Analyzer, sau cu analizator în comodat. Minim 11 parametri examinați: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO) și sânge (Blood, BLO). Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	-
		Dirui H11 urine strips 100 strips/btl (Expres teste p/u urina 11 parametre)	DIRUI H11 urine strips	China	DIRUI	-	Dirui H11 urine strips 100 strips/btl (Expres teste p/u urina 11 parametre) Compatibil cu analizatorul H-500	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000860168

	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat H-500 Urine Analyzer	Urinalis control (Negative) 8ml/bottle	Urine control (Negative)	China	DIRUI	-	Urinalis control (Negative) 8ml/bottle Compatibil cu analizatorul H-500	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000860172
		Urinalis control (Positive) 8ml/bottle	Urine control (Positive)	China	DIRUI	-	Urinalis control (Positive) 8ml/bottle Compatibil cu analizatorul H-500	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000860171
3	Analizator în comodat	Analizator în comodat	H-500 Urine Analyzer	China	DIRUI	Analizator de ultima generația, nou sau recondiționat cu anul producerii nu mai vechi de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină (semi-automat) Metoda de analiză Reflectometrică, cu sursă de lumină LED și senzor fotometric Parametri analizați 11–14 parametri: LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLD, SG, KET, BIL, GLU, VC, Ca, Cr. (în funcție de tipul benzii) Capacitate de lucru Până la 720 teste/oră (automat, cu alimentare continuă a benzilor) Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată Interfață / Ecran LCD color, navigare prin butoane; porturi USB, RS-232 Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) Greutate ≤ 10 kg Calibrare Automată, la pornire și înainte de fiecare serie de teste Imprimantă Termică integrată Conectare LIS Suport (RS-232 sau LAN) Memorie rezultate Stocare internă pentru cel puțin 2000 rezultate testate.	"H-500_Brochure.pdf"; "teste H11.pdf" Analizator de ultima generația, nou cu anul producerii nu mai vechi de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină (semi-automat) Metoda de analiză Reflectometrică, cu sursă de lumină LED și senzor fotometric Parametri analizați 11 parametri: LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLD, SG, KET, BIL, GLU, VC, Ca, Cr. (în funcție de tipul benzii) Capacitate de lucru Până la 720 teste/oră (automat, cu alimentare continuă a benzilor) Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată Interfață / Ecran LCD color, navigare prin butoane; porturi USB, RS-232 Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) Greutate ≤ 10 kg Calibrare Automată, la pornire și înainte de fiecare serie de teste Imprimantă Termică integrată Conectare LIS Suport (RS-232 sau LAN) Memorie rezultate Stocare internă pentru cel puțin 2000 rezultate testate.	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000371884

4	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-100, Urine Analyzer) 11 parametri	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-100, Urine Analyzer) 11 parametri	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 - poziție de referință care exprimă prețul mediu al unei investigații. Poziția va fi prezentă în contract doar pentru referință. În facturile fiscale vor figura doar denumirile marfurilor indicate în acest lot mai jos.	-	-	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Dirui, H-100, Urine Analyzer, sau cu analizator în comodat. Minim 11 parametri examinați: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO) Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Dirui, H-100, Urine Analyzer, sau cu analizator în comodat. Minim 11 parametri examinați: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO) Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	-
		Dirui H11 urine strips 100 strips/btl (Expres teste p/u urina 11 parametre)	DIRUI H11 urine strips	China	DIRUI	-	Dirui H11 urine strips 100 strips/btl (Expres teste p/u urina 11 parametre) Compatibil cu analizatorul H-100	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000860168
	Reactiv compatibil cu analizatorul H-100 Urine Analyzer	Urinalis control (Negative) 8ml/bottle	Urine control (Negative)	China	DIRUI	-	Urinalis control (Negative) 8ml/bottle Compatibil cu analizatorul H-100	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000860172

		Urinalis control (Positive) 8ml/bottle	Urine control (Positive)	China	DIRUI	-	Urinalis control (Positive) 8ml/bottle Compatibil cu analizatorul H-100	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000860171
4	Analizator în comodat	Analizator deja existent în cadrul IMSP	Analizator H-100 existent în cadrul laboratorului	China	DIRUI	Analizator de ultima generația, nou sau recondiționat cu anul producerii nu mai vechi de 2023. Tip dispozitiv Analizator biochimic de urină (semi-automat) Tehnologie, metoda de analiză Reflectometrică (fotometrie cu LED) Parametri analizați 11–14 parametri: LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLD, SG, KET, BIL, GLU, VC. Capacitate de lucru Aproximativ 60–120 teste/oră Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată Interfață / Ecran LCD color, butoane tactile; porturi RS-232 și USB Reagenți utilizați Benzi de test (strip) Greutate ≤ 5,0 kg Caracteristici speciale Calibrare automată; imprimantă termică integrată; conectare LIS; memorie internă pentru 1000 rezultate.	Analizator H-100 existent în cadrul laboratorului	-
	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-500, Urine Analyzer)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-500, Urine Analyzer)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 - pozitie de referinta care exprima pretul mediu al unei investigatii. Pozitia va fi prezenta in contract doar pentru referinta. In facturile fiscale vor figura doar denumirile marfurilor indicate in acest lot mai jos.	-	-	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Dirui, H-500, Urine Analyzer, sau cu analizator în comodat. Minim 11 parametri examinați: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO) Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Dirui, H-500, Urine Analyzer, sau cu analizator în comodat. Minim 11 parametri examinați: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO) Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.	-



5	Reactiv compatibil cu analizatorul H-500 Urine Analyzer	Dirui H11 urine strips 100 strips/btl (Expres teste p/u urina 11 parametre)	DIRUI H11 urine strips	China	DIRUI	-	Dirui H11 urine strips 100 strips/btl (Expres teste p/u urina 11 parametre) Compatibil cu analizatorul H-500	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000860168
		Urinalis control (Negative) 8ml/bottle	Urine control (Negative)	China	DIRUI	-	Urinalis control (Negative) 8ml/bottle Compatibil cu analizatorul H-500	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000860172
		Urinalis control (Positive) 8ml/bottle	Urine control (Positive)	China	DIRUI	-	Urinalis control (Positive) 8ml/bottle Compatibil cu analizatorul H-500	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000860171



5	Analizator în comodat	Analizator deja existent în cadrul IMSP	Analizator H-500 existent în cadrul laboratorului	China	DIRUI	Analizator de ultima generația, nou sau recondiționat cu anul producerii nu mai vechi de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină semi-automat Metoda de analiză Reflectometrică (fotometric cu sursă LED și senzor de culoare de înaltă precizie) Parametri analizați 11–14 parametri (LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLD, SG, KET, BIL, GLU, VC.), în funcție de tipul benzii utilizate Capacitate de lucru Până la 500–600 teste/oră (flux automat de benzi și probe) Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată Interfață / Ecran color LCD; porturi USB, RS-232; opțiune de coduri de bare pentru identificarea probelor Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) Greutate ≤ 10 kg Calibrare Calibrare automată Imprimantă Termică integrată, Conectare LIS Suport (RS-232 sau LAN) Memorie rezultate Memorie internă pentru cel puțin 3000 rezultate testate, cu identificare pacient și control calitate	Analizator H-500 existent în cadrul laboratorului	-
8	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Roche, URISYS 1100, Urine Analyzer)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Roche, URISYS 1100, Urine Analyzer)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 - pozitie de referinta care exprima pretul mediu al unei investigatii. Pozitia va fi prezenta in contract doar pentru referinta. In facturile fiscale vor figura doar denumirile marfurilor indicate in acest lot mai jos.	-	-	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Roche, URISYS 1100, Urine Analyzer , sau cu analizator în comodat. Minim 10 parametri verificați: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO). Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Roche, URISYS 1100, Urine Analyzer , sau cu analizator în comodat. Minim 10 parametri verificați: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO). Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.	-
		Dirui H11 urine strips 100 strips/btl (Expres teste p/u urina 11 parametre)	DIRUI H11 urine strips	China	DIRUI	-	Dirui H11 urine strips 100 strips/btl (Expres teste p/u urina 11 parametre) Compatibil cu analizatorul H-100	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000860168

v	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit în comodată H-100 Urine Analyzer	Urinalis control (Negative) 8ml/bottle	Urine control (Negative)	China	DIRUI	-	Urinalis control (Negative) 8ml/bottle Compatibil cu analizatorul H-100	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000860172
		Urinalis control (Positive) 8ml/bottle	Urine control (Positive)	China	DIRUI	-	Urinalis control (Positive) 8ml/bottle Compatibil cu analizatorul H-100	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000860171
8	Analizator în comodată	Analizator în comodată	H-100 Urine Analyzer	China	DIRUI	Analizator de ultima generație, nou sau recondiționat cu anul producerii nu mai vechi de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină (semi-automat) Metoda de analiză Reflectometrică (fotometric cu LED și senzor de culoare de înaltă precizie) Parametri analizați 10 parametri: LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLD, SG, KET, BIL, GLU (în funcție de banda utilizată) Capacitate de lucru Până la 50–70 teste/oră Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată Interfață / Display LED sau LCD; navigare cu butoane; port RS-232 pentru conectare la PC sau LIS Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) Greutate ≤ 5,0 kg Calibrare Calibrare automată la pornire; verificare automată a sistemului optic înainte de fiecare test Imprimantă Imprimantă termică integrată; posibilitate conectare la imprimantă externă Conectare LIS Conectivitate RS-232; compatibil cu protocoale LIS standard Memorie rezultate 1000 rezultate stocate	"H-100_Brochure.pdf"; "teste H11.pdf" Analizator de ultima generație, nou cu anul producerii nu mai vechi de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină (semi-automat) Metoda de analiză Reflectometrică (fotometric cu LED și senzor de culoare de înaltă precizie) Parametri analizați 11 parametri: LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLD, SG, KET, BIL, GLU (în funcție de banda utilizată) Capacitate de lucru Până la 50–70 teste/oră Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată Interfață / Display LED sau LCD; navigare cu butoane; port RS-232 pentru conectare la PC sau LIS Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) Greutate ≤ 5,0 kg Calibrare Calibrare automată la pornire; verificare automată a sistemului optic înainte de fiecare test Imprimantă Imprimantă termică integrată; posibilitate conectare la imprimantă externă Conectare LIS Conectivitate RS-232; compatibil cu protocoale LIS standard Memorie rezultate 1000 rezultate stocate	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000371883

9	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-100, Urine Analyzer)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-100, Urine Analyzer)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 - pozitie de referinta care exprima pretul mediu al unei investigatii. Pozitia va fi prezenta in contract doar pentru referinta. In facturile fiscale vor figura doar denumirile marfurilor indicate in acest lot mai jos.	-	-	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Dirui, H-100, Urine Analyzer, achiziționat prin contractului nr.250990707-0023-0170 Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Minim 11 parametri examinați: Leucocite, Nitriți, Urobilinogen, Proteine, pH, Sânge / Hemoglobină, Densitate specifică (SG), Cetone, Bilirubină, Glucoză și Acid ascorbic (Vitamina C) Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Dirui, H-100, Urine Analyzer, achiziționat prin contractului nr.250990707-0023-0170 Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Minim 11 parametri examinați: Leucocite, Nitriți, Urobilinogen, Proteine, pH, Sânge / Hemoglobină, Densitate specifică (SG), Cetone, Bilirubină, Glucoză și Acid ascorbic (Vitamina C) Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.	-
		Dirui H11 urine strips 100 strips/btl (Expres teste p/u urina 11 parametre)	DIRUI H11 urine strips	China	DIRUI	-	Dirui H11 urine strips 100 strips/btl (Expres teste p/u urina 11 parametre) Compatibil cu analizatorul H-100	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000860168
	Reactiv compatibil cu analizatorul H-100 Urine Analyzer	Urinalis control (Negative) 8ml/bottle	Urine control (Negative)	China	DIRUI	-	Urinalis control (Negative) 8ml/bottle Compatibil cu analizatorul H-100	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000860172

		Urinalis control (Positive) 8ml/bottle	Urine control (Positive)	China	DIRUI	-	Urinalis control (Positive) 8ml/bottle Compatibil cu analizatorul H-100	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000860171
9	Analizator în comodă pentru ofertele alternative	Analizator deja existent în cadrul IMSP	Analizator H-100 existent în cadrul laboratorului	China	DIRUI	Analizator de ultima generația, nou sau recondiționat cu anul producerii nu mai vechi de 2023. Descriere: Analizator semi-automat de urină pentru efectuarea analizelor chimice ale urinei, care determină prezența anumitor substanțe și estimează concentrațiile lor într-o probă de urină. ParametrulSpecificatia Productivitate în regim normal:≥ 45 teste/oră Teste chimice: Bilirubin Sânge (hematii) Glucoză Corpi cetonici Leucocite Nitrați pH Proteine Greutatea specifică Urobilinogen Albumina Creatina culoare, claritate, Opțional Rezultate calculate automatraport albumina: creatinine, Opțional Unități de măsurăconvenționale, SI Programare probemanuală, coduri de bare sau descărcate de la LIS Calibrareautomată, Opțional Diapazonul temperaturii de operare(+15°C to +32°C +-2 grade) Umiditatea de operare în diapazonul de: 20-80 % Timer inclusOpțional Cititor de barcod (Posibilitatea de conectare (integrare) a unui cititor de coduri de bare)da Timpul de măsurare a tuturor parametrilorconstituie în suma ≤ 70 secunde Interfață LIS unidirecțională Memorie internă≥ 1000 rezultate/măsurări MonitorLCD sau LED Imprimantăincorporată Alimentarea220 V, 50 Hz Reagenți : Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare≥ 50 analize (pentru testare/insturire) Note: Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar. Furnizorul va asigura: Instruirea personalului. "Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe o perioadă contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare)." "Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe o perioadă contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă)." "Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioadă contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială." Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.	Analizator H-100 existent în cadrul laboratorului	-



						Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.Operatorul Economic va include în prețului dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: Efectuarea controlului calității ori de câte ori este necesar în conformitate cu recomandările producătorului Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității). Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada a contractului. Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului "Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului."		
	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Analyticon, Urilyzer 100 Pro, Urine Analyzer)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Analyticon, Urilyzer 100 Pro, Urine Analyzer)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 - pozitie de referinta care exprima pretul mediu al unei investigatii. Pozitia va fi prezenta in contract doar pentru referinta. In facturile fiscale vor figura doar denumirile marfurilor indicate in acest lot mai jos.	-	-	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Analyticon, Urilyzer 100 Pro, Urine Analyzer , sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Minim 11 parametri verificați: Bilirubină, Urobilinogen, Cetone, Acid ascorbic, Glucoză, Proteine (Albumină), Sânge (Hemoglobină), pH, Nitriți, Leucocite, Greutate specifică Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Analyticon, Urilyzer 100 Pro, Urine Analyzer , sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Minim 11 parametri verificați: Bilirubină, Urobilinogen, Cetone, Acid ascorbic, Glucoză, Proteine (Albumină), Sânge (Hemoglobină), pH, Nitriți, Leucocite, Greutate specifică Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.	-
	Dirui H11 urine strips 100 strips/btl (Expres teste p/u urina 11 parametre)	Dirui H11 urine strips 100 strips/btl (Expres teste p/u urina 11 parametre)	DIRUI H11 urine strips	China	DIRUI	-	Dirui H11 urine strips 100 strips/btl (Expres teste p/u urina 11 parametre) Compatibil cu analizatorul H-100	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000860168

	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat H-100 Urine Analyzer	Urinalis control (Negative) 8ml/bottle	Urine control (Negative)	China	DIRUI	-	Urinalis control (Negative) 8ml/bottle Compatibil cu analizatorul H-100	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000860172
		Urinalis control (Positive) 8ml/bottle	Urine control (Positive)	China	DIRUI	-	Urinalis control (Positive) 8ml/bottle Compatibil cu analizatorul H-100	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000860171
10	Analizator în comodat	Analizator în comodat	H-100 Urine Analyzer	China	DIRUI	Analizator de ultima generația, nou sau recondiționat cu anul producerii nu mai vechi de 2023. Tip analizator Analizor semi-automat pentru citirea benzilor de test de urină Metoda de analiză Fotometru de reflexie (reflectance photometer) cu patru lungimi de undă: 505 nm, 530 nm, 620 nm, 660 nm dau tehnologie echivalentă. Parametri analizați Bilirubină, Urobilinogen, Cetone, Glucoză, Proteine (albumină), Creatinină, Sânge (hemoglobină), pH, Nitriți, Leucocite, Gravitate specifică. Capacitate de lucru ≥ 50 teste/oră în mod normal, până la 120 teste/oră în mod rapid Tip probă Urină proaspătă Interfață / Ecran tactil (touchscreen); porturi: RS-232, USB, Ethernet Reagenți utilizați Benzi de test pentru urină (Strip) Greutate ≤ 5,0 kg Calibrare Măsurare automată după aplicarea benzii Imprimantă Termică integrată Conectare LIS Memorie rezultate 3000 de rezultate	"H-100_Brochure.pdf"; "teste H11.pdf" Analizator de ultima generația, nou cu anul producerii nu mai vechi de 2023. Tip analizator Analizor semi-automat pentru citirea benzilor de test de urină Metoda de analiză Fotometru de reflexie (reflectance photometer) cu patru lungimi de undă: 505 nm, 530 nm, 620 nm, 660 nm dau tehnologie echivalentă. Parametri analizați Bilirubină, Urobilinogen, Cetone, Glucoză, Proteine (albumină), Creatinină, Sânge (hemoglobină), pH, Nitriți, Leucocite, Gravitate specifică. Capacitate de lucru ≥ 50 teste/oră în mod normal, până la 120 teste/oră în mod rapid Tip probă Urină proaspătă Interfață / Ecran tactil (touchscreen); porturi: RS-232, USB, Ethernet Reagenți utilizați Benzi de test pentru urină (Strip) Greutate ≤ 5,0 kg Calibrare Măsurare automată după aplicarea benzii Imprimantă Termică integrată Conectare LIS Memorie rezultate 3000 de rezultate	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000371883



	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Abbott, CELL-DYN Emerald 22, Haematology Analyser)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Abbott, CELL-DYN Emerald 22, Haematology Analyser)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 - pozitie de referinta care exprima pretul mediu al unei investigatii. Pozitia va fi prezenta in contract doar pentru referinta. In facturile fiscale vor figura doar denumirile marfurilor indicate in acest lot mai jos.	-	-	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Abbott, CELL-DYN Emerald 22, Haematology Analyser, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Abbott, CELL-DYN Emerald 22, Haematology Analyser, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.	-
		M-52D Diluent	105-004045-A0 M-52D Diluent	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-5150: M-52D Diluent volum ambalaj: 20 L cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 27.48	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-5150: M-52D Diluent volum ambalaj: 20 L cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 27.48	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429566
		M-52DIFF Lyse	105-003724-A0 M-52DIFF Lyse	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-5150: M-52DIFF Lyse volum ambalaj: 500 mL x 4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 1	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-5150: M-52DIFF Lyse volum ambalaj: 500 mL x 4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 1	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429567

Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-5150	M-52LH Lyse	105-004307-A0 M-52LH Lyse	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-5150: M-52LH Lyse volum ambalaj: 100 mL x 4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 0.2	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-5150: M-52LH Lyse volum ambalaj: 100 mL x 4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 0.2	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429568
	Probe Cleanser	105-002225-00 Probe Cleanser	China/Turcia	Mindray/Arche m	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-5150: Probe Cleanser volum ambalaj: 50 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 11	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-5150: Probe Cleanser volum ambalaj: 50 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 11	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429560 / DM000661218 / DM000429548 / DM000429569
	BC-5D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H)	105-003233-00 BC-5D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H)	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-5150: BC-5D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H) volum ambalaj: 3 x 3 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 6	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-5150: BC-5D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H) volum ambalaj: 3 x 3 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 6	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429572

13	Analizator în comodat	Analizator în comodat	BC-5150	China	Mindray	Analizator de ultima generația, nou sau recondiționat cu anul producerii nu mai vechi de 2023. Tip dispozitiv / mod de operareAnalizator hematologic automat, cu operare semi-automată sau complet automată, în funcție de configurație. Tehnologie, metoda de detecțieCitometrie în flux (optică) combinată cu impedanță electronică pentru numărarea WBC/RBC/PLT și spectrofotometrie de absorbție pentru Hgb. InterfațaEcran tactil color (LCD), tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate≥ 55 probe/oră. Volum probă≤ 10 μL. Parametri analizați (diferențial 5 diff)WBC, RBC, PLT, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV, LYM #/%, MONO #/%, NEU #/%, EOS #/%, BASO #/%, Stocare date≥ 1500 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calitățiiObligatoriu – sistem de QC integrat cu grafice Levey-Jennings și fișiere de control intern.	Brosura"BC-5150.pdf" Analizator de ultima generația, nou cu anul producerii nu mai vechi de 2023. Tip dispozitiv / mod de operareAnalizator hematologic automat, cu operare semi-automată sau complet automată, în funcție de configurație. Tehnologie, metoda de detecțieCitometrie în flux (optică) combinată cu impedanță electronică pentru numărarea WBC/RBC/PLT și spectrofotometrie de absorbție pentru Hgb. InterfațaEcran tactil color (LCD), tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate 60 probe/oră. Volum probă≤ 15 μL. Parametri analizați (diferențial 5 diff) WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC, 24 research parameters including LIC%, LIC#, ALY%, ALY#,PLT Clump#, PLT Clump%, Lip#, Lip%, NRBC#, NRBC%, Blast#, Blast%, PDW-SD,NLR,PLR, Neu-X, Neu-Y, Neu-Z, Lym-X, Lym-Y, Lym-Z, Mon-X, Mon-Y, Mon-Z Stocare date 250000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calitățiiObligatoriu – sistem de QC integrat cu grafice Levey-Jennings și fișiere de control intern.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000371911
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Abbott, CELL-DYN Ruby, Haematology Analyser)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Abbott, CELL-DYN Ruby, Haematology Analyser)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 - pozitie de referinta care exprima pretul mediu al unei investigatii. Pozitia va fi prezenta in contract doar pentru referinta. In facturile fiscale vor figura doar denumirile marfurilor indicate in acest lot mai jos.	-	-	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Abbott, CELL-DYN Ruby, Haematology Analyser, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Abbott, CELL-DYN Ruby, Haematology Analyser, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.	-
	DS Diluent (20L)	DS Diluent (20L)	105-012283-A0 DS Diluent (20L)	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit în comodat BC-760: DS Diluent (20L) volum ambalaj: 20 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 28	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit în comodat BC-760: DS Diluent (20L) volum ambalaj: 20 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 28	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429726



14	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-760	M-6 LD Lyse (1L×4)	105-012288-A0 M-6 LD Lyse (1L×4)	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-760: M-6 LD Lyse (1L×4) volum ambalaj: 1L×4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 1.62	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-760: M-6 LD Lyse (1L×4) volum ambalaj: 1L×4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 1.62	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429733
		M-6 LH Lyse (1L×4)	105-012292-A0 M-6 LH Lyse (1L×4)	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-760: M-6 LH Lyse (1L×4) volum ambalaj: 1L×4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 0.52	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-760: M-6 LH Lyse (1L×4) volum ambalaj: 1L×4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 0.52	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429735
		M-6 FD Dye (12mL×4)	105-012298-A0 M-6 FD Dye (12mL×4)	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-760: M-6 FD Dye (12mL×4) volum ambalaj: 12mL×4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 0.04	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-760: M-6 FD Dye (12mL×4) volum ambalaj: 12mL×4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 0.04	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429730

		Probe Cleanser	105-002225-00 Probe Cleanser	China/Turcia	Mindray/Arche m	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-760: Probe Cleanser volum ambalaj: 50 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 22	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-760: Probe Cleanser volum ambalaj: 50 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 22	ISO, CE Cod inregistrare AMD: DM000429560 / DM000661218 / DM000429548 / DM000429569
		BC-6D Control 6 x 4.5ml Tri-pack(2L, 2N, 2H)	105-002424-00 BC-6D Control 6 x 4.5ml Tri-pack(2L, 2N, 2H)	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-760: BC-6D Control 6 x 4.5ml Tri-pack(2L, 2N, 2H) volum ambalaj: 6 x 4.5ml cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 6	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-760: BC-6D Control 6 x 4.5ml Tri-pack(2L, 2N, 2H) volum ambalaj: 6 x 4.5ml cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 6	ISO, CE Cod inregistrare AMD: DM000429561
14	Analizator în comodat	Analizator în comodat	BC-760	China	Mindray	Analizator de ultima generația, nou sau recondiționat cu anul producerii nu mai vechi de 2023. Tip dispozitiv / mod de operare: Analizator hematologic automat, cu sistem de alimentare manuală sau opțional autoloader pentru lucru continuu. Tehnologie, metoda de detecție: Citometrie în flux cu detecție optică multiunghiulară (MAPSS) pentru WBC și diferențial 5-parte; impedanță electronică pentru RBC și PLT; spectrofotometrie pentru Hgb. / tehnologie echivalentă, similară. Interfața: Ecran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate: ≥ 80 probe/oră. Volum probă: 150–230 μL, în funcție de modul de operare (manual / autoloader). Parametri analizați (diferențial 5 diff): WBC, RBC, PLT, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV, reticulocite, LYM #/%, MONO #/%, NEU #/%, EOS #/%, BASO #/%. Stocare date: ≥ 10000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calității: Obligatoriul – sistem de QC integrat cu grafice Levey-Jennings și fișiere de control intern.	Brosura” BC-760-780.pdf” Analizator de ultima generația, nou cu anul producerii nu mai vechi de 2023. Tip dispozitiv / mod de operare: Analizator hematologic automat, cu sistem de alimentare manuală sau opțional autoloader pentru lucru continuu. Tehnologie, metoda de detecție: Citometrie în flux cu detecție optică multiunghiulară (MAPSS) pentru WBC și diferențial 5-parte; impedanță electronică pentru RBC și PLT; spectrofotometrie pentru Hgb. / tehnologie echivalentă, similară. Interfața: Ecran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate: ≥ 80 probe/oră. Volum probă: 25 μL, în funcție de modul de operare (manual / autoloader). Parametri analizați (diferențial 5 diff): WBC Bas%, Bas% Neu% Neu% Eos% Eos% Lym% Lym% Mon% Mon% IMG# IMG# RET%* RET%* RHE* IRF* LFR* MFR* HFR* RBC HGB MCV MCH MCHC RDW-CV RDW-SD HCT NRBC# NRBC% PLT PLT-I PLT-H PLT-O* MPV PDW PCT P-LCR P-LCCIPF ESR Stocare date: 150000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calității: Obligatoriul – sistem de QC integrat cu grafice Levey-Jennings și fișiere de control intern.	ISO, CE Cod inregistrare AMD: DM000429543



16	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Edan, H30 Pro, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Edan, H30 Pro, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 - poziție de referință care exprimă pretul mediu al unei investigații. Poziția va fi prezentă în contract doar pentru referință. În facturile fiscale vor figura doar denumirile marfurilor indicate în acest lot mai jos.	-	-	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Edan, H30 Pro, Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Edan, H30 Pro, Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	-
	Reactiv compatibil cu analizatorul	M-30CFL LYSE	105-026307-A0 M-30CFL LYSE	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit în comodat BC-30s: M-30CFL LYSE volum ambalaj: 0,5 L cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 0.31	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit în comodat BC-30s: M-30CFL LYSE volum ambalaj: 0,5 L cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 0.31	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429546
		M-30D DILUENT	105-026309-A0 M-30D DILUENT	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit în comodat BC-30s: M-30D DILUENT volum ambalaj: 20 L cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 20	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit în comodat BC-30s: M-30D DILUENT volum ambalaj: 20 L cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 20	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429545
	Reactiv compatibil cu analizatorul							

	oferit in comodat BC-30s	Probe Cleanser	105-002225-00 Probe Cleanser	China/Turcia	Mindray/Arche m	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-30s: Probe Cleanser volum ambalaj: 50 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 6	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-30s: Probe Cleanser volum ambalaj: 50 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 6	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429560 / DM000661218 / DM000429548 / DM000429569
		(B30) BC-3D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H)	105-003227-00 (B30) BC-3D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H)	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-30s: (B30) BC-3D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H) volum ambalaj: 3 x 3 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 4	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-30s: (B30) BC-3D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H) volum ambalaj: 3 x 3 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 4	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429549
16	Analizator in comodat	Analizator in comodat	BC-30s	China	Mindray	Analizator de ultima generația, nou sau recondiționat cu anul producerii nu mai vechi de 2023. Tip dispozitiv / mod de operareAnalizator hematologic automat, Tehnologie, metoda de detecțieImpedanță directă pentru numărarea WBC/RBC/PLT + reagent de liza fără cianură pentru HGB / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. InterfațaEcran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate≥ 60 probe/oră. Volum probă10–20 μL, în funcție de modul de operare (sânge integru / mod pre-diluat). Parametri analizați (diferențial 3 diff)WBC, LYM %, MXD %, LYM#, MXD#, NEUT#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, PLCR,(NEU#% sau GRA#GRA%); Stocare date≥ 100000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calitățiiObligatori – sistem de QC integrat cu grafice Levey-Jennings și fișiere de control intern.	Brosura "BC-30s.pdf" Analizator de ultima generația, nou cu anul producerii nu mai vechi de 2023. Tip dispozitiv / mod de operareAnalizator hematologic automat, Tehnologie, metoda de detecțieImpedanță directă pentru numărarea WBC/RBC/PLT + reagent de liza fără cianură pentru HGB / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. InterfațaEcran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate 70 probe/oră. Volum probă 9 μL, în funcție de modul de operare (sânge integru / mod pre-diluat). Parametri analizați (diferențial 3 diff)WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT,P-LCR,P-LCC; Stocare date 500000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calitățiiObligatori – sistem de QC integrat cu grafice Levey-Jennings și fișiere de control intern.	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000371915

	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Edan, H60, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Edan, H60, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 - pozitie de referinta care exprima pretul mediu al unei investigatii. Pozitia va fi prezenta in contract doar pentru referinta. In facturile fiscale vor figura doar denumirile marfurilor indicate in acest lot mai jos.	-	-	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Edan, H60, Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Edan, H60, Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.	-
	M-52D Diluent	105-004045-A0 M-52D Diluent	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-5150: M-52D Diluent volum ambalaj: 20 L cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 27.48	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-5150: M-52D Diluent volum ambalaj: 20 L cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 27.48	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429566	
	M-52DIFF Lyse	105-003724-A0 M-52DIFF Lyse	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-5150: M-52DIFF Lyse volum ambalaj: 500 mL x 4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 1	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-5150: M-52DIFF Lyse volum ambalaj: 500 mL x 4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 1	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429567	

Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-5150	M-52LH Lyse	105-004307-A0 M-52LH Lyse	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-5150: M-52LH Lyse volum ambalaj: 100 mL x 4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 0.2	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-5150: M-52LH Lyse volum ambalaj: 100 mL x 4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 0.2	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429568
	Probe Cleanser	105-002225-00 Probe Cleanser	China/Turcia	Mindray/Arche m	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-5150: Probe Cleanser volum ambalaj: 50 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 11	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-5150: Probe Cleanser volum ambalaj: 50 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 11	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429560 / DM000661218 / DM000429548 / DM000429569
	BC-5D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H)	105-003233-00 BC-5D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H)	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-5150: BC-5D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H) volum ambalaj: 3 x 3 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 6	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-5150: BC-5D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H) volum ambalaj: 3 x 3 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 6	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429572

17	Analizator în comodat	Analizator în comodat	BC-5150	China	Mindray	Analizator de ultima generația, nou sau recondiționat cu anul producerii nu mai vechi de 2023. Tip dispozitiv / mod de operareAnalizator hematologic automat/semi-automat, modul standard (încărcare manuală a probelor) – varianta „H60” (fără autoloader). Tehnologie, metoda de detecțieCitometrie în flux cu laser semiconductor pentru WBC/Diff/BASO, impedanță electrică pentru RBC/PLT, reagent fără cianură pentru HGB/ tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. InterfațaEcran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate≥ 60 probe/oră. Volum probă16–20 μL, în funcție de modul de operare (sânge integru / mod pre-diluat). Parametri analizați (diferențial 5 diff)25-29 parametri raportabili incluzând: WBC, LYM%, MON%, NEU%, BAS%, EOS%, LYM#, MON#, NEU#, EOS#, BAS#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC. Plus parametri de cercetare (RUO) precum LIC%, LIC#, ALY%, ALY#, NLR, PLR. Stocare date≥ 100000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calitățiiObligatoriul – sistem de QC integrat cu grafice Levey-Jennings și fișiere de control intern.	Brosura”BC-5150.pdf” Analizator de ultima generația, nou – cu anul producerii nu mai vechi de 2023. Tip dispozitiv / mod de operareAnalizator hematologic automat/semi-automat, modul standard (încărcare manuală a probelor) – varianta „H60” (fără autoloader). Tehnologie, metoda de detecțieCitometrie în flux cu laser semiconductor pentru WBC/Diff/BASO, impedanță electrică pentru RBC/PLT, reagent fără cianură pentru HGB/ tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. InterfațaEcran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate 60 probe/oră. Volum proba 15 μL, în funcție de modul de operare (sânge integru / mod pre-diluat). Parametri analizați (diferențial 5 diff)25-29 parametri raportabili incluzând: WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC. 24 research parameters including LIC%, LIC#, ALY%, ALY#,PLT Clump#, PLT Clump%, Lip#, Lip%, NRBC#, NRBC%, Blast%, PDW-SD,NLR,PLR, Neu-X, Neu-Y, Neu-Z, Lym-X, Lym-Y, Lym-Z, Mon-X, Mon-Y, Mon-Z.Stocare date 250000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calitățiiObligatoriul – sistem de QC integrat cu grafice Levey-Jennings și fișiere de control intern.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000371911
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Horiba, Pentra XLR, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Horiba, Pentra XLR, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 - pozitie de referinta care exprima pretul mediu al unei investigatii. Pozitia va fi prezenta in contract doar pentru referinta. In facturile fiscale vor figura doar denuumirile marfurilor indicate in acest lot mai jos.	-	-	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Horiba, Pentra XLR, Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Horiba, Pentra XLR, Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.	-
	DS Diluent (20L) 20		105-012283-A0 DS Diluent (20L)	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit în comodat BC-780: DS Diluent (20L) volum ambalaj: 20 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 28	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit în comodat BC-780: DS Diluent (20L) volum ambalaj: 20 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 28	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429726

19	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-780	M-6 LD Lyse (1L×4) 1L×4	105-012288-A0 M-6 LD Lyse (1L×4)	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-780: M-6 LD Lyse (1L×4) volum ambalaj: 1L×4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 1.62	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-780: M-6 LD Lyse (1L×4) volum ambalaj: 1L×4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 1.62	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429733
		M-6 LH Lyse (1L×4) 1L×4	105-012292-A0 M-6 LH Lyse (1L×4)	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-780: M-6 LH Lyse (1L×4) volum ambalaj: 1L×4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 0.52	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-780: M-6 LH Lyse (1L×4) volum ambalaj: 1L×4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 0.52	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429735
		M-6 FD Dye (12mL×4) 12mL×4	105-012298-A0 M-6 FD Dye (12mL×4)	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-780: M-6 FD Dye (12mL×4) volum ambalaj: 12mL×4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 0.04	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-780: M-6 FD Dye (12mL×4) volum ambalaj: 12mL×4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 0.04	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429730

		Probe Cleanser 50 mL	105-002225-00 Probe Cleanser	China/Turcia	Mindray/Arche m	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-780: Probe Cleanser volum ambalaj: 50 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 22	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-780: Probe Cleanser volum ambalaj: 50 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 22	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000429560/ DM000429548/ DM000429569
		BC-6D Control 6 x 4.5ml Tri-pack(2L, 2N, 2H) 6 x 4.5ml	105-002424-00 BC-6D Control 6 x 4.5ml Tri-pack(2L, 2N, 2H)	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-780: BC-6D Control 6 x 4.5ml Tri-pack(2L, 2N, 2H) volum ambalaj: 6 x 4.5ml cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 6	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-780: BC-6D Control 6 x 4.5ml Tri- pack(2L, 2N, 2H) volum ambalaj: 6 x 4.5ml cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 6	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000429561
19	Analizator in comodat	Analizator in comodat	BC-780	China	Mindray	Analizator de ultima generația, nou sau recondiționat cu anul producerii nu mai vechi de 2023. Tip dispozitiv / mod de operareAnalizator hematologic automat, încărcare automată (autoloader 100 tuburi) Tehnologie, metoda de detecțieImpedanță + optică + fluorometrie pentru reticulocite (tehnologie DHSS – Double Hydrodynamic Sequential System)/ tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. InterfațaEcran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate≥ 80 probe/oră. Volum probă35–53 μL, în funcție de modul de operare. Parametri analizați (diferențial 5 diff)WBC, NEU# & NEU%, LYM# & LYM%, MON# & MON%, EOS# & EOS%, BAS# & BAS%, ALY# & ALY%, LIC# & LIC%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW CV, RDW SD, PLT, MPV, PCT*, PDW*, RET%, RET#, RETH%, RETM%, RETL%, CRCP%, IRF% Stocare date≥ 10000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calitățiiSistem QC integrat cu Levey-Jennings, grafică, log-uri de întreținere și calibrare	Brosura" BC-760-780.pdf" Analizator de ultima generația, nou cu anul producerii nu mai vechi de 2023. Tip dispozitiv / mod de operareAnalizator hematologic automat, încărcare automată (autoloader 100 tuburi) Tehnologie, metoda de detecțieImpedanță + optică + fluorometrie pentru reticulocite (tehnologie DHSS – Double Hydrodynamic Sequential System)/ tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. InterfațaEcran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate 80 probe/oră. Volum probă 25 μL, în funcție de modul de operare. Parametri analizați (diferențial 5 diff)WBC Bas# Bas% Neu# Neu% Eos# Eos% Lym# Lym% Mon# Mon% IMG# IMG% RET%* RET#* RHE* IRF* LFR* MFR* HFR* RBC HGB MCV MCH MCHC RDW-CV RDW-SD HCT NRBC# NRBC% PLT PLT-I PLT-H PLT-O* MPV PDW PCT P-LCR P-LCC IPF ESR, Stocare date 150000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calitățiiSistem QC integrat cu Levey- Jennings, grafică, log-uri de întreținere și calibrare	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000429543



20	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-20, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-20, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 - pozitie de referinta care exprima pretul mediu al unei investigatii. Pozitia va fi prezenta in contract doar pentru referinta. In facturile fiscale vor figura doar denumirile marfurilor indicate in acest lot mai jos.	-	-	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-20, Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-20, Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.	-
	Reactiv compatibil cu analizatorul BC	M-30CFL LYSE 0,5 L	105-026307-A0 M-30CFL LYSE	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; M-30CFL LYSE volum ambalaj: 0,5 L cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 0.31	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; M-30CFL LYSE volum ambalaj: 0,5 L cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 0.31	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429546
		M-30D DILUENT 20 L	105-026309-A0 M-30D DILUENT	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; M-30D DILUENT volum ambalaj: 20 L cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 20	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; M-30D DILUENT volum ambalaj: 20 L cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 20	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429545
	Reactiv compatibil cu analizatorul BC							

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



21	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-20S, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-20S, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 - pozitie de referinta care exprima pretul mediu al unei investigatii. Pozitia va fi prezenta in contract doar pentru referinta. In facturile fiscale vor figura doar denumirile marfurilor indicate in acest lot mai jos.	-	-	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-20S, Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-20S, Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.	-
	Reactiv compatibil cu analizatorul BC	M-30CFL LYSE 0,5 L	105-026307-A0 M-30CFL LYSE	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; M-30CFL LYSE volum ambalaj: 0,5 L cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 0.31	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; M-30CFL LYSE volum ambalaj: 0,5 L cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 0.31	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429546
		M-30D DILUENT 20 L	105-026309-A0 M-30D DILUENT	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; M-30D DILUENT volum ambalaj: 20 L cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 20	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; M-30D DILUENT volum ambalaj: 20 L cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 20	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429545
	Reactiv compatibil cu analizatorul BC							



	20S	Probe Cleanser 50 mL	105-002225-00 Probe Cleanser	China/Turcia	Mindray/Arche m	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; Probe Cleanser volum ambalaj: 50 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 6	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; Probe Cleanser volum ambalaj: 50 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 6	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429560 / DM000661218 / DM000429548 / DM000429569
		(B30) BC-3D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H) 3 x 3 mL	105-003227-00 (B30) BC-3D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H)	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; (B30) BC-3D Control 3 x 3.0ml Tri- pack(1L, 1N, 1H) volum ambalaj: 3 x 3 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 4	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; (B30) BC-3D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H) volum ambalaj: 3 x 3 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 4	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429549
21	Analizator in comodat	Analizator deja existent in cadrul IMSP	Analizator deja existent in cadrul IMSP	-	-	Analizator de ultima generația, nou sau recondiționat cu anul producerii nu mai vechi de 2023. Tip dispozitiv / mod de operareAnalizator hematologic automat, diferențial 3-parte („CBC + 3-DIFF”), încărcare manuală a probelor („open vial”). Tehnologie, metoda de detecțieMetodă de impedanță pentru WBC, RBC și PLT; reagent fără cianură pentru HGB. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. InterfațaEcran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate≥ 40 probe/oră. Volum probăMod sânge integral: ≤ 9 µL; mod prediluare: ≤ 20 µL. Parametri analizați (diferențial 3 diff)19 parametri + 3 histograme: WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT.(NEU#% sau GRA#GRA%); Stocare date≥ 200000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calitățiiisistem QC original, consumabile dedicate, calibratori incluși.	Analizator deja existent in cadrul IMSP	-



22	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentruMindray, BC-30, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentruMindray, BC-30, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 - pozitie de referinta care exprima pretul mediu al unei investigatii. Pozitia va fi prezenta in contract doar pentru referinta. In facturile fiscale vor figura doar denumirile marfurilor indicate in acest lot mai jos.	-	-	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-30, Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-30, Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.	-
	Reactiv compatibil cu analizatorul BC	M-30CFL LYSE 0,5 L	105-026307-A0 M-30CFL LYSE	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; M-30CFL LYSE volum ambalaj: 0,5 L cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 0.31	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; M-30CFL LYSE volum ambalaj: 0,5 L cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 0.31	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429546
		M-30D DILUENT 20 L	105-026309-A0 M-30D DILUENT	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; M-30D DILUENT volum ambalaj: 20 L cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 20	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; M-30D DILUENT volum ambalaj: 20 L cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 20	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429545
	Reactiv compatibil cu analizatorul BC							

	30	Probe Cleanser 50 mL	105-002225-00 Probe Cleanser	China/Turcia	Mindray/Arche m	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; Probe Cleanser volum ambalaj: 50 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 6	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; Probe Cleanser volum ambalaj: 50 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 6	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429560 / DM000661218 / DM000429548 / DM000429569
		(B30) BC-3D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H) 3 x 3 mL	105-003227-00 (B30) BC-3D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H)	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; (B30) BC-3D Control 3 x 3.0ml Tri- pack(1L, 1N, 1H) volum ambalaj: 3 x 3 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 4	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; (B30) BC-3D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H) volum ambalaj: 3 x 3 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 4	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429549
22	Analizator in comodat	Analizator deja existent in cadrul IMSP	Analizator deja existent in cadrul IMSP	-	-	Analizator de ultima generația, nou sau recondiționat cu anul producerii nu mai vechi de 2023. Tip dispozitiv / mod de operareAnalizator hematologic automat, diferențial 3-parte („CBC + 3 DIFF”), încărcare deschisă a probelor. Tehnologie, metoda de detecțieMetodă de impedanță pentru WBC, RBC și PLT; reagent fără cianură pentru testul HGB. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. InterfațaEcran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate≥ 60 probe/oră. Volum probă≤ 9 μL in mod „whole blood”; ≤ 20 μL in mod prediluate. Parametri analizați (diferențial 3 diff)21 parametri + 3 histograme: WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC,(NEU#% sau GRA#GRA%); Stocare date≥ 400000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calitățiiisistem QC original, consumabile dedicate, calibratori incluși.	Analizator deja existent in cadrul IMSP	-



23	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-30s, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-30s, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 - pozitie de referinta care exprima pretul mediu al unei investigatii. Pozitia va fi prezenta in contract doar pentru referinta. In facturile fiscale vor figura doar denumirile marfurilor indicate in acest lot mai jos.	-	-	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-30s, Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-30s, Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.	-
	Reactiv compatibil cu analizatorul BC	M-30CFL LYSE 0,5 L	105-026307-A0 M-30CFL LYSE	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; M-30CFL LYSE volum ambalaj: 0,5 L cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 0.31	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; M-30CFL LYSE volum ambalaj: 0,5 L cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 0.31	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429546
		M-30D DILUENT 20 L	105-026309-A0 M-30D DILUENT	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; M-30D DILUENT volum ambalaj: 20 L cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 20	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; M-30D DILUENT volum ambalaj: 20 L cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 20	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429545
	Reactiv compatibil cu analizatorul BC							

	30s	Probe Cleanser 50 mL	105-002225-00 Probe Cleanser	China/Turcia	Mindray/Arche m	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; Probe Cleanser volum ambalaj: 50 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 6	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; Probe Cleanser volum ambalaj: 50 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 6	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429560 / DM000661218 / DM000429548 / DM000429569
		(B30) BC-3D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H) 3 x 3 mL	105-003227-00 (B30) BC-3D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H)	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; (B30) BC-3D Control 3 x 3.0ml Tri- pack(1L, 1N, 1H) volum ambalaj: 3 x 3 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 4	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; (B30) BC-3D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H) volum ambalaj: 3 x 3 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 4	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429549
23	Analizator in comodat	Analizator deja existent in cadrul IMSP	Analizator deja existent in cadrul IMSP	-	-	Analizator de ultima generația, nou sau recondiționat cu anul producerii nu mai vechi de 2023. Tip dispozitiv / mod de operareAnalizator hematologic automat, diferențial 3-parte („CBC + 3 DIFF”), încărcare deschisă a probelor. Tehnologie, metoda de detecțieMetodă de impedanță pentru WBC, RBC și PLT; reagent fără cianură pentru testul HGB. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. InterfațaEcran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate≥ 70 probe/oră. Volum probăMod whole blood: ≤ 9 μL; Mod prediluare (pre-diluted): ≤ 20 μL. Parametri analizați (diferențial 3 diff)21 parametri și 3 histograme: WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph %, Mid %, Gran %, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC; histograme pentru WBC, RBC, PLT,(NEU#% sau GRA#GRA%); Stocare date≥ 500000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calitățiiisistem QC original, consumabile dedicate, calibratori incluși.	Analizator deja existent in cadrul IMSP	-

	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-3600, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-3600, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 - pozitie de referinta care exprima pretul mediu al unei investigatii. Pozitia va fi prezenta in contract doar pentru referinta. In facturile fiscale vor figura doar denumirile marfurilor indicate in acest lot mai jos.	-	-	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-3600, Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-3600, Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.	-
		M-30CFL LYSE 0,5 L	105-026307-A0 M-30CFL LYSE	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; M-30CFL LYSE volum ambalaj: 0,5 L cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 0.35	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; M-30CFL LYSE volum ambalaj: 0,5 L cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 0.35	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429546
		M-30D DILUENT 20 L	105-026309-A0 M-30D DILUENT	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; M-30D DILUENT volum ambalaj: 20 L cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 27.66	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; M-30D DILUENT volum ambalaj: 20 L cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 27.66	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429545



47	Reactiv compatibil cu analizatorul BC-3600	M-30R RINSE (II) 5,5 L	105-026312-A0 M-30R RINSE (II)	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; M-30R RINSE (II) volum ambalaj: 5,5 L cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 7.5	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; M-30R RINSE (II) volum ambalaj: 5,5 L cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 7.5	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429547
		Probe Cleanser 50 mL	105-002225-00 Probe Cleanser	China/Turcia	Mindray/Arche m	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; Probe Cleanser volum ambalaj: 50 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 13	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; Probe Cleanser volum ambalaj: 50 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 13	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429560 / DM000661218 / DM000429548 / DM000429569
		(B30) BC-3D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H) 3 x 3 mL	105-003227-00 (B30) BC-3D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H)	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; (B30) BC-3D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H) volum ambalaj: 3 x 3 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 4	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; (B30) BC-3D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H) volum ambalaj: 3 x 3 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 4	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429549



24	Analizator în comodat	Analizator deja existent în cadrul IMSP	Analizator deja existent în cadrul IMSP	-	-	Analizator de ultima generația, nou sau recondiționat cu anul producerii nu mai vechi de 2023. Tip dispozitiv / mod de operareAnalizator hematologic automat, diferențial 3-parte (CBC + 3 DIFF) – variantă open vial sau tub închis (opțional). Tehnologie, metoda de detecțieMetodă de impedanță („electrical impedance”) pentru WBC, RBC și PLT; reagent HGB fără cianură („cyanide-free reagent”) / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. InterfațaEcran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate≥ 60 probe/oră. Volum probăWhole blood: ~17 µL; Prediluare: ~20 µL. Parametri analizați (diferențial 3 diff)21 parametri + 3 histograme: WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC; histograme pentru WBC, RBC, PLT, (NEU#% sau GRA#GRA%); Stocare date≥ 40000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calitățiiSuport pentru 5 niveluri de QC (Low, Medium, High) și generare de grafice Levey-Jennings (LJ) pentru monitorizarea performanței zilnice.	Analizator deja existent în cadrul IMSP	-
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-5000, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-5000, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 - poziție de referință care exprimă prețul mediu al unei investigații. Poziția va fi prezentă în contract doar pentru referință. În facturile fiscale vor figura doar denumirile marfurilor indicate în acest lot mai jos.	-	-	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-5000, Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-5000, Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	-
		M-52D Diluent 20 L	105-004045-A0 M-52D Diluent	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul existent în cadrul IMSP ; M-52D Diluent volum ambalaj: 20 L cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 27.48	Reactiv compatibil cu analizatorul existent în cadrul IMSP ; M-52D Diluent volum ambalaj: 20 L cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 27.48	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429566



25

Reactiv compatibil cu analizatorul BC-5000

M-52DIFF Lyse 500 mL x 4	105-003724-A0 M-52DIFF Lyse	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; M-52DIFF Lyse volum ambalaj: 500 mL x 4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 1	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; M-52DIFF Lyse volum ambalaj: 500 mL x 4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 1	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429567
M-52LH Lyse 100 mL x 4	105-004307-A0 M-52LH Lyse	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; M-52LH Lyse volum ambalaj: 100 mL x 4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 0.2	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; M-52LH Lyse volum ambalaj: 100 mL x 4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 0.2	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429568
Probe Cleanser 50 mL	105-002225-00 Probe Cleanser	China/Turcia	Mindray/Archem	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; Probe Cleanser volum ambalaj: 50 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 11	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; Probe Cleanser volum ambalaj: 50 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 11	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429560 / DM000661218 / DM000429548 / DM000429569

		BC-5D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H) 3 x 3 mL	105-003233-00 BC-5D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H)	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul existent în cadrul IMSP ; BC-5D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H) volum ambalaj: 3 x 3 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 6	Reactiv compatibil cu analizatorul existent în cadrul IMSP ; BC-5D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H) volum ambalaj: 3 x 3 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 6	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000429572
25	Analizator în comodat	Analizator deja existent în cadrul IMSP	Analizator deja existent în cadrul IMSP	-	-	Analizator de ultima generația, nou sau recondiționat cu anul producerii nu mai vechi de 2023. Tip dispozitiv / mod de operareAnalizator hematologic automat, diferențial 5-parte (CBC + 5 DIFF) – moduri Whole blood, capilar, prediluire. Tehnologie, metoda de detecțieMetodă de impedanță pentru RBC/PLT; pentru WBC diferențial: citometrie în flux + dispersie laser „tri-angle” + coloranți chimici; reagent hemoglobină fără cianură. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. InterfațaEcran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate≥ 40 probe/oră. Volum probăWhole blood mode: 15 µL; Prediluire mode: 20 µL; (capilar de asemenea ~15 µL) Parametri analizați (diferențial 5 diff)23 parametri reportabili + 3 histograme + 3 scattergramuri. Lista include: WBC, Lym %, Mon %, Neu %, Bas %, Eos %, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT. Stocare date≥ 20000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calitățiiiniveluri QC „low, normal and high” pentru control.	Analizator deja existent în cadrul IMSP	-
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-5150, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-5150, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 - pozitie de referinta care exprima pretul mediu al unei investigatii. Pozitia va fi prezenta in contract doar pentru referinta. In facturile fiscale vor figura doar denumirile marfurilor indicate in acest lot mai jos.	-	-	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-5150, Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-5150, Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.	-



Reactiv compatibil cu analizatorul BC-5150	M-52D Diluent 20 L	105-004045-A0 M-52D Diluent	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; M-52D Diluent volum ambalaj: 20 L cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 27.48	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; M-52D Diluent volum ambalaj: 20 L cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 27.48	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000429566
	M-52DIFF Lyse 500 mL x 4	105-003724-A0 M-52DIFF Lyse	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; M-52DIFF Lyse volum ambalaj: 500 mL x 4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 1	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; M-52DIFF Lyse volum ambalaj: 500 mL x 4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 1	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000429567
	M-52LH Lyse 100 mL x 4	105-004307-A0 M-52LH Lyse	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; M-52LH Lyse volum ambalaj: 100 mL x 4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 0.2	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; M-52LH Lyse volum ambalaj: 100 mL x 4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 0.2	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000429568

		Probe Cleanser 50 mL	105-002225-00 Probe Cleanser	China/Turcia	Mindray/Arche m	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; Probe Cleanser volum ambalaj: 50 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 11	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; Probe Cleanser volum ambalaj: 50 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 11	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429560 / DM000661218 / DM000429548 / DM000429569
		BC-5D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H) 3 x 3 mL	105-003233-00 BC-5D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H)	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; BC-5D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H) volum ambalaj: 3 x 3 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 6	Reactiv compatibil cu analizatorul existent in cadrul IMSP ; BC-5D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H) volum ambalaj: 3 x 3 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 6	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429572
26	Analizator in comodat	Analizator deja existent in cadrul IMSP	Analizator deja existent in cadrul IMSP	-	-	Analizator de ultima generația, nou sau recondiționat cu anul producerii nu mai vechi de 2023. Tip dispozitiv / mod de operareAnalizator hematologic automat, diferențial 5-parte (CBC + 5 DIFF) – moduri Whole blood, Capilar și Prediluire. Tehnologie, metoda de detecțiePentru WBC: citometrie în flux + tri-angle laser scatter + coloranți chimici; pentru RBC și PLT: metodă de impedanță; reagent hemoglobină fără cianură. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. InterfațaEcran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate≥ 60 probe/oră. Volum probăWhole blood mode: 15 µL; Capillary whole blood: 15 µL; Prediluire mode: 20 µL. Parametri analizați (diferențial 5 diff)25 parametri reportabili + 4 parametri de cercetare; include WBC, Neu%, Lymph%, Mon%, Eos%, Bas%, Neu#, Lymph#, Mon#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC. Stocare date≥ 40000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calitățiiInclude reactivi dedicați, calibratori originali.	Analizator deja existent in cadrul IMSP	-



27	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-5300, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-5300, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 - poziție de referință care exprimă prețul mediu al unei investigații. Poziția va fi prezentă în contract doar pentru referință. În facturile fiscale vor figura doar denumirile marfurilor indicate în acest lot mai jos.	-	-	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-5300, Hematology Analyzer sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-5300, Hematology Analyzer sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	-
		M-52D Diluent 20 L	105-004045-A0 M-52D Diluent	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit în comodat BC-5150: M-52D Diluent volum ambalaj: 20 L cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 27.48	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit în comodat BC-5150: M-52D Diluent volum ambalaj: 20 L cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 27.48	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429566
		M-52DIFF Lyse 500 mL x 4	105-003724-A0 M-52DIFF Lyse	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit în comodat BC-5150: M-52DIFF Lyse volum ambalaj: 500 mL x 4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 1	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit în comodat BC-5150: M-52DIFF Lyse volum ambalaj: 500 mL x 4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 1	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429567



Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-5150	M-52LH Lyse 100 mL x 4	105-004307-A0 M-52LH Lyse	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-5150: M-52LH Lyse volum ambalaj: 100 mL x 4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 0.2	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-5150: M-52LH Lyse volum ambalaj: 100 mL x 4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 0.2	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429568
	Probe Cleanser 50 mL	105-002225-00 Probe Cleanser	China/Turcia	Mindray/Arche m	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-5150: Probe Cleanser volum ambalaj: 50 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 11	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-5150: Probe Cleanser volum ambalaj: 50 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 11	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429560 / DM000661218 / DM000429548 / DM000429569
	BC-5D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H) 3 x 3 mL	105-003233-00 BC-5D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H)	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-5150: BC-5D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H) volum ambalaj: 3 x 3 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 6	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-5150: BC-5D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H) volum ambalaj: 3 x 3 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 6	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429572

27	Analizator în comodat	Analizator în comodat	BC-5150	China	Mindray	Analizator de ultima generația, nou sau recondiționat cu anul producerii nu mai vechi de 2023. Tip dispozitiv / mod de operareAnalizator hematologic automat, diferențial 5-parte (CBC + DIFF 5-part) – moduri Whole blood & prediluire. Tehnologie, metoda de detecțieCombină citometrie în flux + laser semiconductor scatter + coloranți chimici pentru WBC; metodă impedență pentru RBC și PLT; reagent hemoglobină fără cianură. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. InterfațaEcran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate≥ 60 probe/oră. Volum probăWhole blood: ~20 μL; Prediluire: ~20 μL. Parametri analizați (diferențial 5 diff)27 parametri: WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Eos%, Bas%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, LIC%, LIC#, ALY%, ALY# + 3 histograme + 1 scattergram. Stocare date≥ 40000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calitățiicontroale tri-nivel („Low, Normal, High”)	Brosura”BC-5150.pdf” Analizator de ultima generația, nou cu anul producerii nu mai vechi de 2023. Tip dispozitiv / mod de operareAnalizator hematologic automat, diferențial 5-parte (CBC + DIFF 5-part) – moduri Whole blood & prediluire. Tehnologie, metoda de detecțieCombină citometrie în flux + laser semiconductor scatter + coloranți chimici pentru WBC; metodă impedență pentru RBC și PLT; reagent hemoglobină fără cianură. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. InterfațaEcran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate 60 probe/oră. Volum probăWhole blood: ~15 μL; Prediluire: ~20 μL. Parametri analizați (diferențial 5 diff)25 parametri: WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC. 24 research parameters including LIC%, LIC#, ALY%, ALY#,PLT Clump#, PLT Clump%, Lip#, Lip%, NRBC#, NRBC%, Blast#, Blast%, PDW-SD,NLR,PLR, Neu-X, Neu-Y, Neu-Z, Lym-X, Lym-Y, Lym-Z, Mon-X, Mon-Y, Mon-Z 3 histograme + 4 scattergram. Stocare date 250000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calitățiicontroale tri-nivel („Low, Normal, High”)	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000371911
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-760, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-760, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 - poziție de referință care exprimă pretul mediu al unei investigații. Poziția va fi prezentă în contract doar pentru referință. În facturile fiscale vor figura doar denumirile marfurilor indicate în acest lot mai jos.	-	-	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-760. Hematology Analyzer sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-760. Hematology Analyzer sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.	-
	DS Diluent (20L) 20	DS Diluent (20L) 20	105-012283-A0 DS Diluent (20L)	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul existent în cadrul IMSP ; DS Diluent (20L) volum ambalaj: 20 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 28	Reactiv compatibil cu analizatorul existent în cadrul IMSP ; DS Diluent (20L) volum ambalaj: 20 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 28	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429726



Reactiv compatibil cu analizatorul BC-760

M-6 LD Lyse (1L×4) 1L×4	105-012288-A0 M-6 LD Lyse (1L×4)	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul existent în cadrul IMSP ; M-6 LD Lyse (1L×4) volum ambalaj: 1L×4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 1.62	Reactiv compatibil cu analizatorul existent în cadrul IMSP ; M-6 LD Lyse (1L×4) volum ambalaj: 1L×4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 1.62	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429733
M-6 LH Lyse (1L×4) 1L×4	105-012292-A0 M-6 LH Lyse (1L×4)	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul existent în cadrul IMSP ; M-6 LH Lyse (1L×4) volum ambalaj: 1L×4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 0.52	Reactiv compatibil cu analizatorul existent în cadrul IMSP ; M-6 LH Lyse (1L×4) volum ambalaj: 1L×4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 0.52	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429735
M-6 FD Dye (12mL×4) 12mL×4	105-012298-A0 M-6 FD Dye (12mL×4)	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul existent în cadrul IMSP ; M-6 FD Dye (12mL×4) volum ambalaj: 12mL×4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 0.04	Reactiv compatibil cu analizatorul existent în cadrul IMSP ; M-6 FD Dye (12mL×4) volum ambalaj: 12mL×4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 0.04	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429730

ESR Solution Reagent (1L×4) 1L×4	105-026689-A0 ESR Solution Reagent (1L×4)	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul existent în cadrul IMSP ; ESR Solution Reagent (1L×4) volum ambalaj: 1L×4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 2.08	Reactiv compatibil cu analizatorul existent în cadrul IMSP ; ESR Solution Reagent (1L×4) volum ambalaj: 1L×4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 2.08	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429728
Probe Cleanser 50 mL	105-002225-00 Probe Cleanser	China/Turcia	Mindray/Arche m	Reactiv compatibil cu analizatorul existent în cadrul IMSP ; Probe Cleanser volum ambalaj: 50 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 22	Reactiv compatibil cu analizatorul existent în cadrul IMSP ; Probe Cleanser volum ambalaj: 50 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 22	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429560 / DM000661218 / DM000429548 / DM000429569
BC-6D Control 6 x 4.5ml Tri-pack(2L, 2N, 2H) 6 x 4.5ml	105-002424-00 BC-6D Control 6 x 4.5ml Tri-pack(2L, 2N, 2H)	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul existent în cadrul IMSP ; BC-6D Control 6 x 4.5ml Tri-pack(2L, 2N, 2H) volum ambalaj: 6 x 4.5ml cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 6	Reactiv compatibil cu analizatorul existent în cadrul IMSP ; BC-6D Control 6 x 4.5ml Tri-pack(2L, 2N, 2H) volum ambalaj: 6 x 4.5ml cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 6	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429561



28	Analizator în comodat	Analizator deja existent în cadrul IMSP	Analizator deja existent în cadrul IMSP	-	-	Analizator de ultima generația, nou sau recondiționat cu anul producerii nu mai vechi de 2023. Tip dispozitiv / mod de operareAnalizator hematologic automat cu diferențial 5-parte (CBC + DIFF + ESR integrat). Tehnologie, metoda de detecțieTehnologie „SF Cube” (3D analiză cu scatter laser + fluorescență) pentru WBC/DIFF; impedanță pentru RBC/PLT; metode colorimetrică pentru HGB; metodă fotometrică pentru ESR. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. InterfațaEcran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. ProductivitateMod „CD” (whole blood): până la 80 probe/oră; alt mod „CD + ESR”: 40 probe/oră. Volum probăWhole blood CD: ~ 25 µL; CD + ESR: ~ 160 µL; Prediluare: ~20 µL. Parametri analizați (diferențial 5 diff)WBC Bas# Bas% Neu# Neu% Eos# Eos% Lym# Lym% Mon# Mon% IMG# IMG% RET%* RET#* RHE* IRF* LFR* MFR* HFR* RBC HGB MCV MCH MCHC RDW-CV RDW-SD HCT NRBC# NRBC% PLT PLT-I PLT-H PLT-O* MPV PDW PCT P-LCR P-LCC IPF ESR Stocare date≥ 150000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calitățiiObligatori	Analizator deja existent în cadrul IMSP	-
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, KX-21N, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, KX-21N, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 - poziție de referință care exprimă prețul mediu al unei investigații. Poziția va fi prezentă în contract doar pentru referință. În facturile fiscale vor figura doar denumirile marfurilor indicate în acest lot mai jos.	-	-	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Sysmex, KX-21N, Hematology Analyzer sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Sysmex, KX-21N, Hematology Analyzer sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	-
	M-30CFL LYSE 0,5 L		105-026307-A0 M-30CFL LYSE	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit în comodat BC-30s: M-30CFL LYSE volum ambalaj: 0,5 L cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 0.31	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit în comodat BC-30s: M-30CFL LYSE volum ambalaj: 0,5 L cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 0.31	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429546

29	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit în comodat BC-30s	M-30D DILUENT 20 L	105-026309-A0 M-30D DILUENT	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit în comodat BC-30s: M-30D DILUENT volum ambalaj: 20 L cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 20	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit în comodat BC-30s: M-30D DILUENT volum ambalaj: 20 L cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 20	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429545
		Probe Cleanser 50 mL	105-002225-00 Probe Cleanser	China/Turcia	Mindray/Arche m	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit în comodat BC-30s: Probe Cleanser volum ambalaj: 50 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 6	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit în comodat BC-30s: Probe Cleanser volum ambalaj: 50 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 6	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429560 / DM000661218 / DM000429548 / DM000429569
		(B30) BC-3D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H) 3 x 3 mL	105-003227-00 (B30) BC-3D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H)	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit în comodat BC-30s: (B30) BC-3D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H) volum ambalaj: 3 x 3 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 4	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit în comodat BC-30s: (B30) BC-3D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H) volum ambalaj: 3 x 3 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 4	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429549

29	Analizator în comodat	Analizator în comodat	BC-30s	China	Mindray	Analizator de ultima generația, nou sau recondiționat cu anul producerii nu mai vechi de 2023. Tip dispozitiv / mod de operareAnalizator hematologic automat, diferențial 3-parte (CBC + 3 DIFF) – mod „whole blood” și mod prediluire. Tehnologie, metoda de detecțieMetodă de detecție prin curent continuu (Direct Current, DC) pentru RBC, WBC, PLT; reagent fără cianură pentru HGB. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. InterfațaEcran digital, tastatură, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate≥ 60 probe/oră. Volum probăWhole Blood Mode: 50 μL; Prediluire Mode: 20 μL. Parametri analizați (diferențial 3 diff)17 raportabili în mod standard cu diferențial 3-parte + 3 histograme: WBC, LYM%, MXD%, NEUT%, LYM#, MXD#, NEUT#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, P-LCR,(NEU#% sau GRA#GRA%); Stocare date≥ 300 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calitățiiInclude programe QC: graficul Levey-Jennings (LJ) și X-bar/R charts.	Brosura "BC-30s.pdf" Analizator de ultima generația, nou cu anul producerii nu mai vechi de 2023. Tip dispozitiv / mod de operareAnalizator hematologic automat, diferențial 3-parte (CBC + 3 DIFF) – mod „whole blood” și mod prediluire. Tehnologie, metoda de detecțieMetodă de detecție prin curent continuu (Direct Current, DC) pentru RBC, WBC, PLT; reagent fără cianură pentru HGB. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. InterfațaEcran digital, tastatură, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate 70 probe/oră. Volum probăWhole Blood Mode: 9 μL; Prediluire Mode: 20 μL. Parametri analizați (diferențial 3 diff)17 raportabili în mod standard cu diferențial 3-parte + 3 histograme: WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR,P-LCC; Stocare date 500000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calitățiiInclude programe QC: graficul Levey-Jennings (LJ) și X-bar/R charts.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000371915
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, XN-1000, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, XN-1000, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 - pozitie de referinta care exprima pretul mediu al unei investigatii. Pozitia va fi prezenta in contract doar pentru referinta. In facturile fiscale vor figura doar denuumirile marfurilor indicate in acest lot mai jos.	-	-	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Sysmex, XN-1000, Hematology Analyzer sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Sysmex, XN-1000, Hematology Analyzer sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.	-
	DS Diluent (20L) 20		105-012283-A0 DS Diluent (20L)	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit în comodat BC-7800: DS Diluent (20L) volum ambalaj: 20 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 28	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit în comodat BC-7800: DS Diluent (20L) volum ambalaj: 20 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 28	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429726

Reactiv compatibil cu analizatorul
oferit în comodat BC-7800

M-6 LD Lyse (1L×4) 1L×4	105-012288-A0 M-6 LD Lyse (1L×4)	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit în comodat BC-7800: M-6 LD Lyse (1L×4) volum ambalaj: 1L×4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 1.62	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit în comodat BC-7800: M-6 LD Lyse (1L×4) volum ambalaj: 1L×4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 1.62	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000429733
M-6 LH Lyse (1L×4) 1L×4	105-012292-A0 M-6 LH Lyse (1L×4)	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit în comodat BC-7800: M-6 LH Lyse (1L×4) volum ambalaj: 1L×4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 0.52	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit în comodat BC-7800: M-6 LH Lyse (1L×4) volum ambalaj: 1L×4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 0.52	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000429735
M-6 FD Dye (12mL×4) 12mL×4	105-012298-A0 M-6 FD Dye (12mL×4)	China	Mindray	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit în comodat BC-7800: M-6 FD Dye (12mL×4) volum ambalaj: 12mL×4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 0.04	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit în comodat BC-7800: M-6 FD Dye (12mL×4) volum ambalaj: 12mL×4 cantitate (ml) necesari pentru 1 test: 0.04	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000429730

						Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-7800: Probe Cleanser volum ambalaj: 50 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 22	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-7800: Probe Cleanser volum ambalaj: 50 mL cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 22	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429560 / DM000661218 / DM000429548 / DM000429569
						Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-7800: BC-6D Control 6 x 4.5ml Tri-pack(2L, 2N, 2H) volum ambalaj: 6 x 4.5ml cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 6	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-7800: BC-6D Control 6 x 4.5ml Tri-pack(2L, 2N, 2H) volum ambalaj: 6 x 4.5ml cantitate (set) necesara pentru 1 analizator timp de 1 an: 6	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429561
30	Analizator in comodat	Analizator in comodat	BC-7800	China	Mindray	Analizator de ultima generatia, nou sau reconditionat cu anul producerii nu mai vechi de 2023. Tip dispozitiv / mod de operareAnalizator hematologic automat, diferentia 5-parte (CBC + DIFF) cu optiuni pentru reticulocite, plachete fluorescente, lichide corporale. Tehnologie, metoda de detectieFluorescent Flow Cytometry (canal WBC/DIFF/RET/PLT-F/WPC); RBC/PLT prin impedanță cu focalizare hidrodinamică; HGB metodă SLS fără cianură. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. InterfațaEcran tactil, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate≥ 100 probe/oră. (mod CBC+DIFF). Volum probăVolum aspirare: 88 μL pentru mod Whole Blood; diluare/moduri speciale 70 μL. Parametri analizați (diferențial 5 diff)Multiple parametri: WBC, NEUT%, NEUT#, LYMPH%, LYMPH#, MONO%, MONO#, EO%, EO#, BASO%, BASO#, IG%, IG#: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC; PLT, RDW-SD, RDW-CV, MPV, PDW, P-LCR, PCT; plus opțional RET%, RET#, IRF Stocare date≥ 100000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calitățiiMateriale QC: „XN Check (three levels)” pentru QC standard și „XN Check BF (two levels)” pentru lichide corporale.	Brosura” BC-7600-7800-7900 Series.pdf” Analizator de ultima generatia, nou cu anul producerii nu mai vechi de 2023. Tip dispozitiv / mod de operareAnalizator hematologic automat, diferentia 5-parte (CBC + DIFF) cu optiuni pentru reticulocite, plachete fluorescente, lichide corporale. Tehnologie, metoda de detectieFluorescent Flow Cytometry (canal WBC/DIFF/RET/PLT-F/WPC); RBC/PLT prin impedanță cu focalizare hidrodinamică; HGB metodă SLS fără cianură. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. InterfațaEcran tactil, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate 110 probe/oră. (mod CBC+DIFF). Volum probăVolum aspirare: 85 μL pentru mod Whole Blood; diluare/moduri speciale 20 μL. Parametri analizați (diferențial 5 diff)Multiple parametri: WBC, Bas#, Bas%, Neu#, Neu%, Eos#, Eos%, Lym#, Lym%, Mon#, Mon%, IMG#, IMG%, Neu-X, Neu-Y, Mon-X, RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, HCT, NRBC#, NRBC%, Micro%, Macro%, *RET%, *RET#, *RHE, *IRF, *LFR, *MFR, *HFR, *MCVr, *DELTA-CH, *MCHr, *HDW, *MCHm, *HYPO-CH%, *HYPER-CH%, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC, PLT-H, PLT-L, *IPF, *IPF #, *PLT-O,ESR Stocare date 140000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calitățiiMateriale QC: „XN Check (three levels)” pentru QC standard și „XN Check BF (two levels)” pentru lichide corporale.	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000869682

Semnat: _____ **Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator**

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1783074635530 din 25.08.2026												
Obiectul achiziției: Achiziționarea investigațiilor urinare și hematologice pentru analizoare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2027												
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Cybow, Reader 720, Urine Analyzer)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Cybow, Reader 720, Urine Analyzer)	Investigații	23000	1.85	2.22	42 565.84	51 032.88	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit în comod H-500 Urine Analyzer	Dirui H11 urine strips 100 strips/btl (Expres teste p/u urina 11 parametre)	test	23000	1.71	2.05	39 330.00	47 150.00			-	-
		Urinalis control (Negative) 8ml/bottle	fl	32	50.56	60.67	1 617.92	1 941.44			-	-
		Urinalis control (Positive) 8ml/bottle	fl	32	50.56	60.67	1 617.92	1 941.44			-	-
3	Analizator în comodat	Analizator în comodat	Bucată	2	analizoare oferite in comodat						-	-
4	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-100, Urine Analyzer) 11 parametri	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-100, Urine Analyzer) 11 parametri	Investigații	50000	1.31	1.57	65 623.36	78 547.52	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
	Reactiv compatibil cu analizatorul H-100 Urine Analyzer	Dirui H11 urine strips 100 strips/btl (Expres teste p/u urina 11 parametre)	test	50000	1.22	1.46	61 000.00	73 000.00			-	-
		Urinalis control (Negative) 8ml/bottle	fl	64	36.12	43.34	2 311.68	2 773.76			-	-
		Urinalis control (Positive) 8ml/bottle	fl	64	36.12	43.34	2 311.68	2 773.76			-	-
4	Analizator în comodat	Analizator deja existent in cadrul IMSP	Bucată	4	Analizator H-100 deja existent in cadrul IMSP						-	-
5	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-500, Urine Analyzer)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-500, Urine Analyzer)	Investigații	61000	1.11	1.34	67 694.00	81 476.80	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
	Reactiv compatibil cu analizatorul H-500 Urine Analyzer	Dirui H11 urine strips 100 strips/btl (Expres teste p/u urina 11 parametre)	test	61000	1.03	1.24	62 830.00	75 640.00			-	-
		Urinalis control (Negative) 8ml/bottle	fl	80	30.40	36.48	2 432.00	2 918.40			-	-
		Urinalis control (Positive) 8ml/bottle	fl	80	30.40	36.48	2 432.00	2 918.40			-	-
5	Analizator în comodat	Analizator deja existent in cadrul IMSP	Bucată	5	Analizator H-500 deja existent in cadrul IMSP						-	-

8	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Roche, URISYS 1100, Urine Analyzer)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Roche, URISYS 1100, Urine Analyzer)	Investigații	4000	2.19	2.62	8 755.84	10 490.88	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit în comod H-100 Urine Analyzer	Dirui H11 urine strips 100 strips/btl (Expres teste p/u urina 11 parametre)	test	4000	1.77	2.12	7 080.00	8 480.00			-	-
		Urinalis control (Negative) 8ml/bottle	fl	16	52.37	62.84	837.92	1 005.44			-	-
		Urinalis control (Positive) 8ml/bottle	fl	16	52.37	62.84	837.92	1 005.44			-	-
8	Analizator în comodat	Analizator în comodat	Bucată	1	analizatoare oferite in comodat						-	-
9	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-100, Urine Analyzer)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-100, Urine Analyzer)	Investigații	33000	1.46	1.76	48 159.52	57 923.68	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
	Reactiv compatibil cu analizatorul H-100 Urine Analyzer	Dirui H11 urine strips 100 strips/btl (Expres teste p/u urina 11 parametre)	test	33000	1.38	1.66	45 540.00	54 780.00			-	-
		Urinalis control (Negative) 8ml/bottle	fl	32	40.93	49.12	1 309.76	1 571.84			-	-
		Urinalis control (Positive) 8ml/bottle	fl	32	40.93	49.12	1 309.76	1 571.84			-	-
9	Analizator în comodat pentru ofertele alternative	Analizator deja existent in cadrul IMSP	Bucată	2	Analizator H-100 deja existent in cadrul IMSP						-	-
10	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Analyticon, Urilyzer 100 Pro, Urine Analyzer)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Analyticon, Urilyzer 100 Pro, Urine Analyzer)	Investigații	5000	2.03	2.44	10 167.92	12 191.44	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit în comod H-100 Urine Analyzer	Dirui H11 urine strips 100 strips/btl (Expres teste p/u urina 11 parametre)	test	5000	1.71	2.05	8 550.00	10 250.00			-	-
		Urinalis control (Negative) 8ml/bottle	fl	16	50.56	60.67	808.96	970.72			-	-
		Urinalis control (Positive) 8ml/bottle	fl	16	50.56	60.67	808.96	970.72			-	-
10	Analizator în comodat	Analizator în comodat	Bucată	1	analizatoare oferite in comodat						-	-
13	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Abbott, CELL-DYN Emerald 22, Haematology Analyser)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Abbott, CELL-DYN Emerald 22, Haematology Analyser)	Investigații	8000	11.31	13.57	90 491.73	108 590.13	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit în comod BC-5150	M-52D Diluent	set	11	1 290.38	1 548.46	14 194.18	17 033.06			-	-
		M-52DIFF Lyse	set	4	7 600.73	9 120.88	30 402.92	36 483.52			-	-
		M-52LH Lyse	set	4	5 036.63	6 043.96	20 146.52	24 175.84			-	-
		Probe Cleanser	set	11	387.11	464.53	4 258.21	5 109.83			-	-



		BC-5D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H)	set	6	3 581.65	4 297.98	21 489.90	25 787.88			-	-
13	Analizator în comodat	Analizator în comodat	Bucată	1	analizatoare oferite in comodat						-	-
14	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Abbott, CELL-DYN Ruby, Haematology Analyser)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Abbott, CELL-DYN Ruby, Haematology Analyser)	Investigații	33000	16.31	19.58	538 386.62	646 063.89	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit în comodat BC-760	DS Diluent (20L)	set	47	1 572.17	1 886.60	73 891.99	88 670.20			-	-
		M-6 LD Lyse (1L×4)	set	14	8 535.33	10 242.40	119 494.62	143 393.60			-	-
		M-6 LH Lyse (1L×4)	set	5	9 037.41	10 844.89	45 187.05	54 224.45			-	-
		M-6 FD Dye (12mL×4)	set	28	6 192.30	7 430.76	173 384.40	208 061.28			-	-
		Probe Cleanser	set	44	336.89	404.27	14 823.16	17 787.88			-	-
		BC-6D Control 6 x 4.5ml Tri-pack(2L, 2N, 2H)	set	12	9 300.45	11 160.54	111 605.40	133 926.48			-	-
14	Analizator în comodat	Analizator în comodat	Bucată	2	analizatoare oferite in comodat						-	-
16	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Edan, H30 Pro, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Edan, H30 Pro, Hematology Analyzer)	Investigații	21000	4.70	5.65	98 798.15	118 557.84	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit în comodat BC-30s	M-30CFL LYSE	set	14	2 025.54	2 430.65	28 357.56	34 029.10			-	-
		M-30D DILUENT	set	21	1 687.95	2 025.54	35 446.95	42 536.34			-	-
		Probe Cleanser	set	12	460.35	552.42	5 524.20	6 629.04			-	-
		(B30) BC-3D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H)	set	8	3 683.68	4 420.42	29 469.44	35 363.36			-	-
16	Analizator în comodat	Analizator în comodat	Bucată	2	analizatoare oferite in comodat						-	-
17	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Edan, H60, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Edan, H60, Hematology Analyzer)	Investigații	63000	6.54	7.85	412 008.86	494 410.47	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit în comodat BC-5150	M-52D Diluent	set	87	892.80	1 071.36	77 673.60	93 208.32			-	-
		M-52DIFF Lyse	set	32	5 279.42	6 335.30	168 941.44	202 729.60			-	-
		M-52LH Lyse	set	32	3 498.41	4 198.09	111 949.12	134 338.88			-	-
		Probe Cleanser	set	33	267.84	321.41	8 838.72	10 606.53			-	-

		BC-5D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H)	set	18	2 478.11	2 973.73	44 605.98	53 527.14			-	-
17	Analizator în comodat	Analizator în comodat	Bucată	3	analizatoare oferite in comodat						-	-
19	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Horiba, Pentra XLR, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Horiba, Pentra XLR, Hematology Analyzer)	Investigații	21000	15.32	18.38	321 724.42	386 069.35	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit în comodat BC-780	DS Diluent (20L) 20	set	30	1 552.64	1 863.17	46 579.20	55 895.10			-	-
		M-6 LD Lyse (1L×4) 1L×4	set	9	8 429.31	10 115.17	75 863.79	91 036.53			-	-
		M-6 LH Lyse (1L×4) 1L×4	set	3	8 925.15	10 710.18	26 775.45	32 130.54			-	-
		M-6 FD Dye (12mL×4) 12mL×4	set	18	6 115.38	7 338.46	110 076.84	132 092.28			-	-
		Probe Cleanser 50 mL	set	22	332.71	399.25	7 319.62	8 783.50			-	-
		BC-6D Control 6 x 4.5ml Tri-pack(2L, 2N, 2H) 6 x 4.5ml	set	6	9 184.92	11 021.90	55 109.52	66 131.40			-	-
19	Analizator în comodat	Analizator în comodat	Bucată	1	analizatoare oferite in comodat						-	-
20	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-20, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-20, Hematology Analyzer)	Investigații	17000	2.30	2.76	39 077.15	46 892.58	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
	Reactiv compatibil cu analizatorul BC-20	M-30CFL LYSE 0,5 L	set	11	920.70	1 104.84	10 127.70	12 153.24			-	-
		M-30D DILUENT 20 L	set	17	767.25	920.70	13 043.25	15 651.90			-	-
		Probe Cleanser 50 mL	set	12	209.25	251.10	2 511.00	3 013.20			-	-
		(B30) BC-3D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H) 3 x 3 mL	set	8	1 674.40	2 009.28	13 395.20	16 074.24			-	-
20	Analizator în comodat	Analizator deja existent in cadrul IMSP	Bucată	2	Analizator BC-20 deja existent in cadrul IMSP						-	-
21	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-20S, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-20S, Hematology Analyzer)	Investigații	79000	2.24	2.69	177 304.95	212 765.94	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
	Reactiv compatibil cu analizatorul BC-20S	M-30CFL LYSE 0,5 L	set	49	920.70	1 104.84	45 114.30	54 137.16			-	-
		M-30D DILUENT 20 L	set	79	767.25	920.70	60 612.75	72 735.30			-	-
		Probe Cleanser 50 mL	set	54	209.25	251.10	11 299.50	13 559.40			-	-
		(B30) BC-3D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H) 3 x 3 mL	set	36	1 674.40	2 009.28	60 278.40	72 334.08			-	-

21	Analizator în comodat	Analizator deja existent in cadrul IMSP	Bucată	9	Analizator BC-20s deja existent in cadrul IMSP						-	-
22	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-30, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-30, Hematology Analyzer)	Investigații	17000	1.83	2.20	31 124.05	37 348.86	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
	Reactiv compatibil cu analizatorul BC-30	M-30CFL LYSE 0,5 L	set	11	920.70	1 104.84	10 127.70	12 153.24			-	-
		M-30D DILUENT 20 L	set	17	767.25	920.70	13 043.25	15 651.90			-	-
		Probe Cleanser 50 mL	set	6	209.25	251.10	1 255.50	1 506.60			-	-
		(B30) BC-3D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H) 3 x 3 mL	set	4	1 674.40	2 009.28	6 697.60	8 037.12			-	-
22	Analizator în comodat	Analizator deja existent in cadrul IMSP	Bucată	1	Analizator BC-30 deja existent in cadrul IMSP						-	-
23	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-30s, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-30s, Hematology Analyzer)	Investigații	32000	2.09	2.51	66 825.30	80 190.36	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
	Reactiv compatibil cu analizatorul BC-30s	M-30CFL LYSE 0,5 L	set	20	920.70	1 104.84	18 414.00	22 096.80			-	-
		M-30D DILUENT 20 L	set	32	767.25	920.70	24 552.00	29 462.40			-	-
		Probe Cleanser 50 mL	set	18	209.25	251.10	3 766.50	4 519.80			-	-
		(B30) BC-3D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H) 3 x 3 mL	set	12	1 674.40	2 009.28	20 092.80	24 111.36			-	-
23	Analizator în comodat	Analizator deja existent in cadrul IMSP	Bucată	3	Analizator BC-30s deja existent in cadrul IMSP						-	-
24	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-3600, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-3600, Hematology Analyzer)	Investigații	75000	2.43	2.91	182 133.21	218 559.44	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
	Reactiv compatibil cu analizatorul BC-3600	M-30CFL LYSE 0,5 L	set	53	920.70	1 104.84	48 797.10	58 556.52			-	-
		M-30D DILUENT 20 L	set	104	767.25	920.70	79 794.00	95 752.80				
		M-30R RINSE (II) 5,5 L	set	103	245.52	294.62	25 288.56	30 345.86			-	-
		Probe Cleanser 50 mL	set	39	209.25	251.10	8 160.75	9 792.90			-	-
		(B30) BC-3D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H) 3 x 3 mL	set	12	1 674.40	2 009.28	20 092.80	24 111.36			-	-
24	Analizator în comodat	Analizator deja existent in cadrul IMSP	Bucată	3	Analizator BC-3600 deja existent in cadrul IMSP						-	-

25	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-5000, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-5000, Hematology Analyzer)	Investigații	8000	6.11	7.34	48 914.43	58 697.34	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
	Reactiv compatibil cu analizatorul BC-5000	M-52D Diluent 20 L	set	11	697.50	837.00	7 672.50	9 207.00			-	-
		M-52DIFF Lyse 500 mL x 4	set	4	4 108.50	4 930.20	16 434.00	19 720.80			-	-
		M-52LH Lyse 100 mL x 4	set	4	2 722.50	3 267.00	10 890.00	13 068.00			-	-
		Probe Cleanser 50 mL	set	11	209.25	251.10	2 301.75	2 762.10			-	-
		BC-5D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H) 3 x 3 mL	set	6	1 936.03	2 323.24	11 616.18	13 939.44			-	-
25	Analizator în comodat	Analizator deja existent in cadrul IMSP	Bucată	1	Analizator BC-5000 deja existent in cadrul IMSP						-	-
26	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-5150, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-5150, Hematology Analyzer)	Investigații	243000	5.42	6.50	1 316 869.74	1 580 244.12	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
	Reactiv compatibil cu analizatorul BC-5150	M-52D Diluent 20 L	set	334	697.50	837.00	232 965.00	279 558.00			-	-
		M-52DIFF Lyse 500 mL x 4	set	122	4 108.50	4 930.20	501 237.00	601 484.40			-	-
		M-52LH Lyse 100 mL x 4	set	122	2 722.50	3 267.00	332 145.00	398 574.00			-	-
		Probe Cleanser 50 mL	set	198	209.25	251.10	41 431.50	49 717.80			-	-
		BC-5D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H) 3 x 3 mL	set	108	1 936.03	2 323.24	209 091.24	250 909.92			-	-
26	Analizator în comodat	Analizator deja existent in cadrul IMSP	Bucată	18	Analizator BC-5150 deja existent in cadrul IMSP						-	-
27	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-5300, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-5300, Hematology Analyzer)	Investigații	36000	8.21	9.85	295 388.37	354 466.11	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit in comodat BC-5150	M-52D Diluent 20 L	set	50	1 032.30	1 238.76	51 615.00	61 938.00				
		M-52DIFF Lyse 500 mL x 4	set	18	6 080.58	7 296.70	109 450.44	131 340.60				
		M-52LH Lyse 100 mL x 4	set	18	4 029.30	4 835.16	72 527.40	87 032.88				
		Probe Cleanser 50 mL	set	33	309.69	371.63	10 219.77	12 263.79				
		BC-5D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H) 3 x 3 mL	set	18	2 865.32	3 438.38	51 575.76	61 890.84				
27	Analizator în comodat	Analizator în comodat	Bucată	3	analizatoare oferite in comodat						-	-

28	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-760, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-760, Hematology Analyzer)	Investigații	145000	14.35	17.22	2 080 200.96	2 496 241.32	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
	Reactiv compatibil cu analizatorul BC-760	DS Diluent (20L) 20	set	203	976.50	1 171.80	198 229.50	237 875.40			-	-
		M-6 LD Lyse (1L×4) 1L×4	set	59	5 301.45	6 361.74	312 785.55	375 342.66			-	-
		M-6 LH Lyse (1L×4) 1L×4	set	19	5 613.30	6 735.96	106 652.70	127 983.24			-	-
		M-6 FD Dye (12mL×4) 12mL×4	set	121	3 846.15	4 615.38	465 384.15	558 460.98			-	-
		ESR Solution Reagent (1L×4) 1L×4	set	76	9 504.00	11 404.80	722 304.00	866 764.80			-	-
		Probe Cleanser 50 mL	set	154	209.25	251.10	32 224.50	38 669.40			-	-
		BC-6D Control 6 x 4.5ml Tri-pack(2L, 2N, 2H) 6 x 4,5ml	set	42	5 776.68	6 932.02	242 620.56	291 144.84			-	-
28	Analizator în comodat	Analizator deja existent in cadrul IMSP	Bucătă	7	Analizator BC-760 deja existent in cadrul IMSP				-	-		
29	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, KX-21N, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, KX-21N, Hematology Analyzer)	Investigații	43000	3.29	3.95	141 613.06	169 935.53	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit în comodat BC-30s	M-30CFL LYSE 0,5 L	set	27	1 767.74	2 121.29	47 728.98	57 274.83			-	-
		M-30D DILUENT 20 L	set	43	1 473.12	1 767.74	63 344.16	76 012.82			-	-
		Probe Cleanser 50 mL	set	12	401.76	482.11	4 821.12	5 785.32			-	-
		(B30) BC-3D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H) 3 x 3 mL	set	8	3 214.85	3 857.82	25 718.80	30 862.56			-	-
29	Analizator în comodat	Analizator în comodat	Bucătă	2	analizatoare oferite in comodat				-	-		
30	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, XN-1000, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, XN-1000, Hematology Analyzer)	Investigații	105000	12.17	14.61	1 277 948.07	1 533 536.89	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
	Reactiv compatibil cu analizatorul oferit în comodat BC-7800	DS Diluent (20L) 20	set	147	1 376.87	1 652.24	202 399.89	242 879.28			-	-
		M-6 LD Lyse (1L×4) 1L×4	set	43	7 475.04	8 970.05	321 426.72	385 712.15			-	-
		M-6 LH Lyse (1L×4) 1L×4	set	14	7 914.75	9 497.70	110 806.50	132 967.80			-	-
		M-6 FD Dye (12mL×4) 12mL×4	set	88	5 423.07	6 507.68	477 230.16	572 675.84			-	-
		Probe Cleanser 50 mL	set	66	295.04	354.05	19 472.64	23 367.30			-	-

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com



Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

		BC-6D Control 6 x 4.5ml Tri-pack(2L, 2N, 2H) 6 x 4.5ml	set	18	8 145.12	9 774.14	146 612.16	175 934.52			-	-
30	Analizator în comodat	Analizator în comodat	Bucată	3	analizatoare oferite in comodat						-	-
						TOTAL Oferta	7 361 775.55	8 834 233.37				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1783074635530 din 25.08.2026
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, declara ca:

- instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, vor fi organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului
- termenul de garanție este pe perioada contractului de comodat-
- perioada de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice
- Anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2023
- Pe durata perioadei de garanție vor fi organizate inspecții planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat
- Numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) este MD2024-10-EEE-049
- Produsele sunt înregistrate la AMDM, codul înregistrării este indicat in formularul specificațiilor tehnice, coloana "Standarde de Referinta"
- Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului

Data completării: 24.08.2026

Cu stimă,
Poiata Vitalie
Administrator
SRL Biosistem mld _____

(semnătura)