

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1591342961545 din 25.06.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Utilaj medical pentru activitatea științifică

Nr	Denumirea bunurilor serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23. Microscop inversat	IM-3LD-EU	Italia	Optika	Microscop inversat în contrast de fază și prin fluorescență de tip Optika IM-3LD/Inverted sau analogic Garanție minim 24 luni	Microscop inversat în contrast de fază și prin fluorescență Optika IM-3LD/Inverted sau analogic Garanție 24 luni	
25.	25. Analizator profesional de determinare a calității spermei cu microscop. Asistat de computer.	Sperm Quality Analyzer	China	Lianchuang Medical	Scopul. Analiza microscopica detaliată a spreimei cu înregistrarea rezultatelor Specificatii: Setul va include mai multe componente: Analizator automat asistat de computer cu soft integrat. Interfata 24 full HD incorporata, numărul de piese de achiziție a imaginii 1-100 de bucăți, numărul de piese de achiziție a imaginii 1-100 de bucăți, interval de detecție a densității spermei de 0-300 milioane / ml fără diluare. Scanner de bar cod, inregistrator video al imaginilor captate. Microscop optic binocular, distanta pupilara reglabila cu minm 3 obiective, mărire obiectivă a microscopului 10X.20X.40X.100X iluminare LED si camera video integrata sau adaptabila, cu posibilitatea de transmitere a datelor la computer. Interpretare rezultate conform datelor standard de testare OMS folosind placa de numărare a spermei (grosime 10um). Termostat, consumabile pentru minm 100 testari si instructiuni de utilizare. Termen de garanție min 1 an condiții deservire min. 3 ani	Scopul. Analiza microscopica detaliată a spreimei cu înregistrarea rezultatelor Specificatii: Setul va include mai multe componente: Analizator semiautomat (nota-analizoarele automate sunt analizoarele care nu necesita interventia omului la ajustarea microscopului. Modelul ofertat, are nevoie de interventia omului pentru ajustarea microscopului)asistat de computer cu soft integrat. Interfata 24 full HD incorporata, numărul de piese de achiziție a imaginii 1-100 de bucăți, numărul de piese de achiziție a imaginii 1-100 de bucăți, interval de detecție a densității spermei de 0-300 milioane / ml fără diluare. Scanner de bar cod, inregistrator video al imaginilor captate. Microscop optic binocular, distanta pupilara reglabila cu minm 3 obiective, mărire obiectivă a microscopului 10X.20X.40X.100X iluminare halogen si camera video adaptabila, cu posibilitatea de transmitere a datelor la computer. Interpretare rezultate conform datelor standard de testare OMS folosind placa de numărare a spermei (grosime 10um). Termostat, consumabile pentru minm 100 testari si instructiuni de utilizare. Termen de garanție min 1 an condiții deservire min. 3 ani	

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau