

Specificatia tehnica (F4.1)

Numarul procedurii de achizitie: ocds-b3wdp1-MD-1559909178969/21008886 din SIA RSAP M-Tender

Denumirea procedurii de achizitie: Echipament medical necesar p/n sala de operatii in cadrul IMSP SR Nisporeni.

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Soecificatia tehnica deplina solicitata de catre partea contractanta	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri –dispozitive medicale						
33100000-1	Lotul 1						
	Pompa de infuzie	SINO SN50C6	Germania	Sino Medical-Device Tehnology Co.,Ltd	Pompe pentru seringi cu cerințe de bază, au rata reglabiliă de flux, prevăzute pentru anestezie, folosirea de durată la patul bolnavului, pentru transportarea pacienților gravi, pot fi instalate seringi pînă 60 ml.	Pompe pentru seringi cu cerințe de bază, au rata reglabiliă de flux, prevăzute pentru anestezie, folosirea de durată la patul bolnavului, pentru transportarea pacienților gravi, pot fi instalate seringi pînă 50 ml.	ISO 13485 Certificat CE
33100000-1	Lotul 3						
	Masa pentru operatie mobila	ATESE ET-300C	Turcia	ATESE	Masa de operații oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunerea optimă.	Masa de operatie ofera o suprafata corespunzatoare care sustine corpul pacientului in timpul procedurilor chirurgicale, reglarea inaltimii minim 80-110 cm, Trandelemburg 27 grade	ISO 13485 Certificat CE
33100000-1	Lotul 5						
	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti	ATESE LED 700-700	Turcia	ATESE	Lampă fără umbre pentru iluminarea câmpului operator cu 2 sateliți,	Lampa pentru iluminarea câmpului operator, cu fixare pe tavan, cu 2 sateliți, sistem de cablu interior pentru camera+HD video înregistrări, nivel de iluminare la 1 m distanta pentru ambii sateliti 320000 lux	ISO 13485 Certificat CE
33100000-1	Lotul 7						
	Masina de anestezie	ATESE ACESO+MODULAR PATIENT MONITOR	Turcia	ATESE	Mașina de anestezie, destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul actului chirurgical	Masina de anestezie, destinata sa livreze, sa monitorizeze gazele anestezice, ventilator automat gama cc:20-1,500 ml, frecventa bpm pentru SIMV si PSVpro de la 2 la 60, rezolutia 1024*768 pix	ISO 13485 Certificat CE

Semnat: **Numele, Prenumele: Bejenari Serghei**
Ofertantul: Medclinic International SRL

In calitate de: **director**
Adresa: **Chisinau, str.S. Lazo 7**