

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1725031381061 din 30 august 2024

Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 18)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 19 Incalzitor pacient	Sistem Mistral-Air MA 1200-EU + suport reglabil cu cos Mistral-Air cod: MA5250	Olanda	The Surgical Compa- Ny B.V.	<p>INCĂLZITOR PACIENT CONFIGURATIE Unitate de încălzire (1 buc) + troliu mobil dedicat (1 buc).</p> <p>CARACTERISTICI TEHNICE Minim 4 trepte de setare a temperaturii: - Ambientală : temperatura camerei - joasă: 30 – 34 °C - medie : 36 – 40 °C - înaltă : 42 – 46 °C</p> <p>Pentru toate treptele de temperatura, încălzirea până la 38 °C, în maxim 30 secunde.</p> <p>Flux de aer suflat : minim 50 CFM.</p>	<p>CONFIGURATIE S1. Da, sistem Mistral-Air format din unitate de incalzire si suport mobil dedicat, echipat cu cos (conform extras brosură pag. 4) CARACTERISTICI TEHNICE S2. Da, sistem Mistral-Air ce dispune de 4 trepte pentru setarea temperaturii: - mediul ambiant: temperatura camerei - joasa: 32°C (interval 30°C - 34°C) - medie: 38°C (interval 36°C - 40°C) - inalta: 43°C (interval 40,5°C - 45,5°C) (conform extras manual de utilizare pag. 32 si brosură pag.4)</p> <p>S3. Da, sistem Mistral-Air ce asigura incalzirea pana la 38°C, pentru toate treptele de temperatura, in mai putin de 30 secunde (conform extras manual de utilizare pag. 32, 44)</p> <p>S4. Superior, fluxul de aer suflat de sistemul Mistral-Air este de pana la 59 CMF (conform extras manual de utilizare pag. 43)</p>	ISO, CE AMDM: DM0006 85822

			<p>Regulator de temperatura cu oprire automata – temperatura scade automat de la înalt la mediu după utilizare continua 45 minute.</p> <p>Sistem de siguranța pentru supraîncălzire cu alarme vizuale și auditive, sistemul se închide automat când temperatura depășește 53 ±3°C.</p> <p>Termostat intern</p> <p>Filtru HEPA</p> <p>Alimentare: 220-230 VAC / 50-60 Hz</p> <p>STRUCTURA: Furtun gofrat. Clemă de fixare pentru lungime.</p> <p>Capătul furtunului prevăzut cu clemă de prindere a păturilor.</p> <p>Panoul de control cu minim 4 butoane.</p> <p>Semnal de alarmare vizuală pe panoul de comandă.</p>	<p>S5. Superior, sistem Mistral-Air ce dispune de functie regulator de temperatura cu oprire automat in caz de supraincalzire. Pentru sistemele care functioneaza pe baza de aer cald, temperatura este reglata manual, de catre personalul utilizator, instruit, pentru a prevenit riscul de aparitie a arsurilor. Astfel, verificarea temperaturii si a pielii pacientului trebuie efectuata la fiecare 15 minute sau conform protocoalelor interne (conform extras manual de utilizare pag. 8, 20)</p> <p>S6. Da, sistem Mistral-Air ce dispune de sistem de siguranta pentru supraincalzire, cu emiterea de alarme acustice si vizuale. Astfel, sistemul se inchide automat atunci cand temperatura depaseste temperatura de 56°C (conform extras manual de utilizare pag. 20)</p> <p>S7. Da, sistem Mistral-Air ce dispune de termostat intern (conform extras manual de utilizare pag. 34)</p> <p>S8. Da, sistem Mistral-Air ce dispune de filtru HEPA H13, cu eficienta de filtrare de minim 99,95% (conform extras brosură pag.4)</p> <p>S9. Da, alimentarea sistemului Mistral-Air se face la 220 - 240 V, 50/60 Hz (conform extras brosură pag.4)</p> <p>STRUCTURA: S10. Da, sistem Mistral-Air ce dispune de un furtun tip armonica (se extinde si se retracteaza). Furtunul este detasabil, se poate roti 360 grade si dispune de o clemă de fixare pe lungime (conform extras manual de utilizare pag. 31)</p> <p>S11. Da, capatul furtunului sistemului Mistral-Air este prevazut cu clemă de prindere etansa a paturilor (conform extras manual de utilizare pag. 32)</p> <p>S12. Da, sistem Mistral-Air ce dispune de panou de comanda cu 4 butoane (conform extras manual de utilizare pag. 18)</p> <p>S13. Da, sistem Mistral-Air ce dispune de alarme vizuale afisate</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>pe panoul de comanda si alarme sonore (conform extras manual de utilizare pag. 18)</p> <p>Cerințe de portabilitate și amplasare: - troliu pe roțile cu etajera pentru depozitarea păturilor, - sistem de prindere pe stativ IV, - sistem de prindere pe latura patului.</p> <p>PATURA PACIENTI Celule de aer hexagonale (la pliarea pe lungime, lățime sau diagonală a păturicii nu se restricționează distribuția aerului și se menține în formă pliată). Distribuție uniformă a căldurii pe toată suprafața tegumentului cu contact minim între păturică și tegument. Material pluristratificat, moale și flexibil pentru protecția pielii pacientului. Material rezistent la fluide. Prevăzut cu deschizături de acces pentru manevre medicale.</p> <p>ACCESORII Pătură pentru întreg corpul - 25 buc Pătură pentru partea superioară a corpului - 12 buc Pătură pentru partea inferioară - 12 buc</p> <p>declarație de conformitate a producătorului cu Directiva 93/42/EEC.</p> <p>GARANȚIE: Termen de garanție: minim 24 luni de la data instalării și punerii în funcțiune.</p> <p>SERVICII ASOCIATE INCLUSE:</p>	<p>Cerințe de portabilitate și amplasare: S14. Da, sistem Mistral-Air ce dispune de: - troliu pe roțile, cu etajera pentru depozitarea păturilor, - sistem de prindere pe stativ IV, - sistem de prindere pe latura patului (conform extras broșura pag. 4)</p> <p>PATURA PACIENTI S15. Da, paturile pentru pacienți dispun de următoarele configurații: - celule de aer hexagonale (la pliarea pe lungime, lățime sau diagonală a păturicii nu se restricționează distribuția aerului și se menține în formă pliată); - distribuție uniformă a căldurii pe toată suprafața tegumentului cu contact minim între paturică și tegument; - material pluristratificat, moale și flexibil pentru protecția pielii pacientului; - material rezistent la fluide; - prevăzute cu deschizături de acces pentru manevre (conform extras broșura pag. 1, 2)</p> <p>ACCESORII S16. Da, împreună cu sistemul Mistral-Air vor fi livrate și următoarele accesorii: 25 buc paturi pentru corp întreg, 12 buc paturi pentru partea inferioară și 12 buc paturi pentru partea superioară.</p> <p>S17. Superior, atașat la dosar regăsiți certificatul CE aferent sistemului Mistral-Air și dovada înregistrării acestuia în registrul de stat al dispozitivelor medicale.</p> <p>GARANȚIE: S18. Da, termenul de garanție acordat este de 24 luni de la data instalării și punerii în funcțiune.</p> <p>SERVICII ASOCIATE INCLUSE: S19. Da, oferta de preț include transportul până la sediul</p>
--	--	--	--	--	--

				Transportul până la sediul beneficiarului. Instalarea și punerea în funcțiune. Instruirea personalului medical și tehnic.	beneficiarului, instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului medical si tehnic.	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Grecu Mihnea Ioan

În calitate de: Administrator

Ofertantul: X-Lab Solutions SRL

Adresa: str.Negreșteni 9 ap.(of.) 11