

Specificații de preț

Numărul ocde-b3wdp1-MD-1744978708263 din 22 mai 2025

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților insituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.9)

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3		5	6			9	10
2	Audiometru	Bucată	1	77600,00	93120,00	77600,00	93120,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	
6	Placă de transferuri laterale a pacienului	Bucată	10	21930,00	26316,00	219300,00	263160,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	
	TOTAL					296900,00	356280,00		

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații tehnice

Numărul ocde-b3wdp1-MD-1744978708263 din 22 mai 2025

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.9)

	Denumire a bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producător ul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
2	Audiometr u	Harp Basic Code 10162	Italia	INVENTIS S.R.L.	Cod 260900 Descriere Destinat pentru investigarea acuității auzului cu frecvențe și amplitudini de semnal diferite Parametru Specificația Tip Tip 1 ton-pur Audiometria,frecvența, Hz : Conductivitatea aerului: 125, 250, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Conductivitatea osului: 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000 Incrementarea în trepte Eroarea ≤ 1% Conductivitatea aerului, dB: 250 Hz 90 500 - 4000 Hz 120 8000 Hz 100 Pasul 5 Conductivitatea osului, dB: 250 Hz 90 500 - 3000 Hz 120 4000 Hz 100 Pasul 5 Masca bandă îngustă Tip zgomot zgomot alb Intensitatea ≤ 120 dB Audiometria prin vorbire: Tip zgomot spectru vorbirii Intensitatea ≤ 120 dB Vibrație osoasă obligatoriu Interfața PC obligatoriu Afișaj digital Alimentare 220 V, 50 Hz Imprimantă obligatoriu	Cod 260900 Descriere Destinat pentru investigarea acuității auzului cu frecvențe și amplitudini de semnal diferite Parametru Specificația Tip Tip 1 ton-pur Audiometria,frecvența, Hz : Conductivitatea aerului: 125, 250, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Conductivitatea osului: 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000 Incrementarea în trepte Eroarea ≤ 1% Conductivitatea aerului, dB: 250 Hz 90 500 - 4000 Hz 120 8000 Hz 100 Pasul 5 Conductivitatea osului, dB: 250 Hz 90 500 - 3000 Hz 120 4000 Hz 100 Pasul 5 Masca bandă îngustă Tip zgomot zgomot alb Intensitatea ≤ 120 dB Audiometria prin vorbire: Tip zgomot spectru vorbirii Intensitatea ≤ 120 dB Vibrație osoasă obligatoriu Interfața PC obligatoriu Afișaj digital Alimentare 220 V, 50 Hz Imprimantă obligatoriu: Cod Cod 10163	DM0007 56760

6	Placă de transferuri laterale a pacienului	Transaroll – Standard, nepliabilă 4401150	Germania	TRANSATL ANTIC HG STOLPE & CO. MBH	Placa/Bord/Slider pentru transferul lateral a pacientului Din material rezistent la factori chimici (dezinfecțanți), impermeabil, sigur în utilizarea cu suprafața superioară glisantă, detașabilă ce permite transferul pacientului prin alunecare, cu mâner de operare fixate la capetele longitudinale. Structura rigidă. Lungimea: cca 180+/-10 cm; Latimea: 55+/-5 cm; Greutatea pacient: minim - 190kg. Garanție – minim 3 ani.	Placa/Bord/Slider pentru transferul lateral a pacientului Din material rezistent la factori chimici (dezinfecțanți), impermeabil, sigur în utilizarea cu suprafața superioară glisantă, detașabilă ce permite transferul pacientului prin alunecare, cu mâner de operare fixate la capetele longitudinale. Structura rigidă. Lungimea: cca 180cm; Latimea: 50 cm; Greutatea pacient: minim - 190kg. Garanție – 3 ani.	DM0008 10676
---	--	---	----------	------------------------------------	---	---	-----------------

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia