

**Anexa (modificată), partea nr. 1  
la Certificatul de desemnare**

**nr. SNM MD 017/017:2015 din 02.02.2015**

conform Certificatului de Acreditare

nr. **LVM - 008** din **18 decembrie 2014**

cu Anexa nr. 1 modificarea nr. 13 din 20 noiembrie 2017

**DOMENIUL DE DESEMNARE**

**Laborator de verificare metrologică din cadrul Întreprinderii de Stat "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare",**

**organism de inspecție de tip A conform standardului de referință SM SR EN ISO/CEI 17020**

(denumirea serviciului/laboratorului și a organizației, din componența căreia face parte laboratorul)

Adresa juridică: Republica Moldova, MD-2064, mun. Chișinău, str. Muncești 162 a

(adresa juridică și sediului)

Nr. crt.	Tipul de verificare metrologică 01 – inițială 02 – periodică	Denumirea, tipul mijlocului de măsurare cu indicarea poziției din tabelul Listei Oficiale	Caracteristici metrologice		Note
			Interval de măsurare	Clasa, ordinul, valoarea diviziunii, incertitudinea și/sau eroarea	
<b>MĂRIMI FIZICO-CHIMICE</b>					
1.	01/02	Aparat de măsurare a etanolului din aerul expirat (etilometre), 2.1.1.	(0,00 ÷ 2,50) mg/l	Eroarea absolută max. admisă: ± 0,020 mg/l	
2.	01/02	Analizoare de gaze inclusiv cu funcție de semnalizare (mobile și staționare), 2.1.2.	0 ÷ 5 % metan în aer 5 ÷ 100%/metan în aer Limită inferioară de inflamabilitate până la 100%	Eroarea absolută max. admisă: ± 0,1% metan sau ± 5 din indicație ± 3% metan sau ± 5 din indicație ± 5% din domeniul de măsurare sau ± 10 din indicație	Eroarea absolută max. admisă: ±20 ppm sau 5% din indicație

3.	01/02	Analizoare de gaze, inclusiv cu funcție de semnalizare (uz casnic), 2.1.2.	pragul de detectare CH <sub>4</sub> 0,5%	Eroarea absolută max. admisă: ±0,25% Timpul de reținere 60 s
4.	02	Analizoare pentru gaze de eșapament, 2.2.1 <sup>1)</sup> .	CO (0 ÷ 5) % vol CO <sub>2</sub> (0 ÷ 16) % vol O <sub>2</sub> (0 ÷ 21) % vol HC (0 ÷ 2000) ppm vol	Eroarea max. admisă: absolută ±0,06% vol. CO sau relativă ±3 % CO absolută ± 0,4% vol. CO <sub>2</sub> sau relativă ±4 % CO <sub>2</sub> absolută ±0,1% vol O <sub>2</sub> sau relativă ±3 % O <sub>2</sub> absolută ± 12ppm vol HC sau relativă ±5 % HC
5.	01/02	pH-metre, 2.3.1. ; Ionometre și Nitratoame, 2.3.2.	-20,0 °C ÷ +150,0 °C (0 ÷ 14) pH ±20 pX; ±2000 mV	Valoarea diviziunii: 0,1 °C 0,01 pH 0,001 pX 0,1 mV
6.	01/02	Conductometre, 2.3.3.	10×10 <sup>-7</sup> ÷ 10×10 <sup>1</sup> S/m	Eroarea relativă max. admisă: ±1,5 %
7.	01/02	Densimetre și alcoolmetre din sticlă, 2.4.1.	(650 ÷ 1700) kg/m <sup>3</sup> (0 ÷ 100) % vol	Valoarea diviziunii 0,2 kg/m <sup>3</sup> ; 0,5 kg/m <sup>3</sup> 1 kg/m <sup>3</sup> ; 10 kg/m <sup>3</sup> ; 0,1% vol; 0,2% vol; 0,5% vol; 1% vol;
8.	01/02	Densimetre și alcoolmetre digitale, 2.4.2.	650 ÷ 1700 kg/m <sup>3</sup> 0 ÷ 12 % vol. 0 ÷ 20 % vol. 35 ÷ 65 % vol.	Cu rezoluția: -0,1 kg/m <sup>3</sup> eroarea absolută max. admisă: 1,0 kg/m <sup>3</sup> ; -0,1 kg/m <sup>3</sup> eroarea absolută max. admisă: 0,5 kg/m <sup>3</sup> -0,01 kg/m <sup>3</sup> eroarea absolută max. admisă: 0,2 kg/m <sup>3</sup> ; -0,01 kg/m <sup>3</sup> eroarea absolută max. admisă: 0,1 kg/m <sup>3</sup> ; -0,01 kg/m <sup>3</sup> eroarea absolută max. admisă: 0,05 kg/m <sup>3</sup> Cu rezoluția: -0,1% vol. eroarea absolută max. admisă: ±0.5% vol.;; -0,01% vol. eroarea absolută max. admisă: ±0.1% vol.;; -0,001% vol. eroarea absolută max. admisă: ±0.01% vol.
9.	01/02	Alte aparate de determinare a concentrației elementelor chimice (analizoare voltamperice), 2.6.2.	1 μg/dm <sup>3</sup> ÷ 200 μg/dm <sup>3</sup> (0 ÷ 100) %	până la 30% (0,25 ÷ 2)%
10.	01/02	Viscozimetre, 2.7.1.	(12 ÷ 300) s	Eroarea relativă max. admisă: ±3 %
<b>ULTRASUNE ȘI VIRBAȚII</b>				
11.	01/02	Aparate pentru măsurarea vitezei de mișcare a autovehiculelor, 3.1.1.	(20 – 300) km/h	20 ÷ 100 km/h - ±1 km/h 100 ÷ 300 km/h - ±1%

**MĂRIMI ELECTROMAGNETICE**

12.	01/02	Transformatoare pentru măsurare de curent, 4.1.1.	(1 ÷ 3000) A	cl. 0.1; 0,2S; 0.2; 0,5S; 0.5; 1.0; 3.0; 5.0; 10.0. cl. 0.5P, 10P
13.	01/02	Aparat pentru măsurarea caracteristicilor conturilor de tip „faza-zero”, 4.2.1.	(0 ÷ 3) Ω	±10%
14.	02	Contoare de energia electrică activă trifazate și monofazate (de inducție, electronice), 4.3.1 <sup>1)</sup> /4.3.2 <sup>1)</sup> .	3×(60 ÷ 380) V (0 ÷ 120) A	cl. 1,0 ÷ 2,5
15.	01/02	Contoare de energia electrică reactivă trifazate și monofazate (electronice), 4.4.1./4.4.2.	3×(60 ÷ 380) V (0 ÷ 120) A	cl. 0,2S; 0,5S; 1,0; 2,0; 3,0
16.	01/02	Voltmetre (analogice), 4.5.1.	(0 ÷ 70) kV	cl. 0,1 ÷ 4,0
17.	01/02	Ampemetre (analogice), 4.5.1.	(0 ÷ 50) A	cl. 0,1 ÷ 4,0
18.	01/02	Wattmetre (analogice), 4.5.1.	(0 ÷ 600) V (0 ÷ 5) A	cl. 0,1 ÷ 5,0
19.	01/02	Ohmmetre, megaohmmetre, teraohmmetre, 4.5.1.	(10 <sup>-3</sup> ÷ 10 <sup>12</sup> ) Ω	cl. (0,05 ÷ 15)
20.	01/02	Multimetre (digitale), 4.5.1.	(0 ÷ 1050) V (0 ÷ 10) A (10 <sup>-3</sup> ÷ 10 <sup>12</sup> ) Ω	cl. (0,05 ÷ 3,0)
21.	01/02	Punți (de curent continuu), 4.5.2.	(10 <sup>-8</sup> ÷ 10 <sup>12</sup> ) Ω	cl. (0,01 ÷ 5)

**DEBIT ȘI VOLUM: Debit al lichidelor și gazelor**

22.	02	Contoare de gaz cu pereți deformabili, 5.1.2.2 <sup>1)</sup> .	(0,016 ÷ 40,0) m <sup>3</sup> /h	$Q_{min} \leq Q < 0,1 Q_{max}$ ; +3 ÷ (-6) % și $0,1 Q_{max} \leq Q < Q_{max}$ ; ± 3 %
23.	02	Contoare de apă rece și caldă, 5.1.3.1 <sup>1)</sup> /5.1.3.2 <sup>1)</sup> .	(0,012 ÷ 15,0) m <sup>3</sup> /h	Clasa metrologica A, B, C, de la $q_{min}$ până la $q$ : ±5%; de la $q$ până la $q_s$ : ±2% Raportul R 50, 63, 80, 100, 125, 160 $Q1 \leq Q \leq Q2 \pm 5\%$ $Q2 \leq Q \leq Q4 \pm 2\%$

**DEBIT ȘI VOLUM: Volum**

24.	02	Măsură de volum pentru comercializarea lichidelor, 5.2.2.1 <sup>1)</sup> .	(0,01 ÷ 10) l	$\Delta = \pm (0,25 - 20) \text{ ml}$
-----	----	--	---------------	---------------------------------------

**MĂRIMI GEOMETRICE**

25.	02	Rigle gradate (metalice, din lemn), 7.1.1 <sup>1)</sup> .	(0 ÷ 1000) mm	v.d. 1 mm
26.	02	Țije metriche, 7.1.2 <sup>1)</sup> .	(0 ÷ 4500) mm	v.d. 1 mm
27.	02	Rulete și panglici de măsurare, 7.1.3 <sup>1)</sup> .	(0 ÷ 10) m	cl.2, 3

28.	02	Aparat de măsurat multidimensionale (comparatoare cu cadran analogice, digitale), 7.2.3 <sup>1)</sup> .	(0 ÷ 10) mm	v.d. 0,01 mm; 0,001 mm cl.0; 1; 2	
29.	02	Aparate de măsurat multidimensionale (sublere mecanice, digitale), 7.2.3 <sup>1)</sup> .	(0 ÷ 1000) mm	v.d. 0,01 mm; 0,05 mm; 0,02 mm; 0,1 mm	
30.	02	Aparate de măsurat multidimensionale (micrometre mecanice, digitale), 7.2.3 <sup>1)</sup> .	(0 ÷ 500) mm	v.d. 0,001 mm; 0,01 mm	
31.	02	Aparate de măsurat multidimensionale (comparatoare de alezaje), 7.2.3 <sup>1)</sup> .	(6 ÷ 700) mm	v.d. 0,01 mm	
32.	02	Aparate de măsurat multidimensionale (subler de trasaaj), 7.2.3 <sup>1)</sup> .	(0 ÷ 630) mm	v.d. 0,02 mm; 0,05 mm; 0,10 mm	
33.	01/02	Masuri termale de unghi (echere de verificat), 7.3.4.	H= (60 ÷ 630) mm L= (40 ÷ 400) mm	cl. 1; 2	
34.	01/02	Aparate de măsurat grosimi (clupe silvice), 7.3.2.	(0 ÷ 1000) mm	v.d. 10 mm; 20 mm; 40 mm	
35.	02	Masuri termale de lungime (cale plan paralele), 7.2.1 <sup>1)</sup> .	(0,5 ÷ 100) mm	cl.2;3;4;	
36.	01/02	Masuri termale de lungime (lere de grosime), 7.3.2.	(0,02 ÷ 1) mm	cl.2	
37.	01/02	Aparate de măsurat grosimi (grosimetru ultrasonic), 7.3.2. Tip: YT-93II YT-93III/1	(0,5 ÷ 300) mm	v.d. 0,1 mm	
38.	01/02	Diafragme, 7.4.1.	(12 ÷ 1000) mm	--	
39.	02	Taximetre electronice cu memorie fiscală, 7.8.1.	---	δ = ±2 %	
40.	01/02	Centrifugi, 7.9.1.	(250 ÷ 32000) tur/min	δ = ±15 %	
41.	01/02	Aparate pentru măsurarea jocului volanului autovehiculelor, 7.11.1.	(0 ÷ 120) <sup>o</sup>	Δ = ±0,5 <sup>o</sup> Δ = ±1 <sup>o</sup>	

**MASĂ ȘI MĂRIMI DERIVATE: Masă**

	01/02	Greutăți, 8.1.1.1.	(1 ÷ 500) g	<p>cl. E2  <math>\Delta = (0,030 \div 0,8) \text{ mg}</math>  <math>U = (0,010 \div 0,25) \text{ mg}</math></p> <p>cl. F1  <math>\Delta = (0,020 \div 100) \text{ mg}</math>  <math>U = (0,006 \div 30) \text{ mg}</math></p> <p>cl. F2  <math>\Delta = (0,06 \div 300) \text{ mg}</math>  <math>U = (0,020 \div 100) \text{ mg}</math></p> <p>cl. M1  <math>\Delta = (0,20 \div 50000) \text{ mg}</math>  <math>U = (0,06 \div 16000) \text{ mg}</math></p> <p>cl. M2  <math>\Delta = (1,5 \div 80000) \text{ mg}</math>  <math>U = (0,5 \div 25000) \text{ mg}</math></p> <p>cl. M3  <math>\Delta = (10 \div 25000) \text{ mg}</math>  <math>U = (3 \div 80000) \text{ mg}</math></p>
42.			<p>1 mg ÷ 500kg</p> <p>100mg ÷ 500kg</p> <p>1g ÷ 500kg</p>	
43.	02	Aparare de cântărit cu funcționare neautomată, 8.1.2.1 <sup>2)</sup> .	(0 ÷ 2000) kg	<p><math>d = (0,001 \text{ mg} \div 200\text{g})</math></p> <p><b>Limitele erorii tolerate</b></p> <p>- clasa specială:  de la 50000e incl. <math>\pm 0,5e</math>  peste 50000e până la 200000e incl. <math>\pm 1,0e</math>  peste 200000e <math>\pm 1,5e</math></p> <p>- clasa superioară:  de la 5000e incl. <math>\pm 0,5e</math>  peste 5000e până la 20000e incl. <math>\pm 1,0e</math>  peste 20000e <math>\pm 1,5e</math></p> <p>- clasa medie:  de la 500e incl. <math>\pm 0,5e</math>  peste 500e până la 2000e incl. <math>\pm 1,0e</math>  peste 2000e <math>\pm 1,5e</math></p> <p>- clasa obișnuită:  de la 50e incl. <math>\pm 0,5e</math>  peste 50e până la 200e incl. <math>\pm 1,0e</math>, peste 200e <math>\pm 1,5e</math></p>

44.	02	Aparate de cântărit cu funcționare neautomată, 8.1.2.1 <sup>2)</sup> .	(0 ÷ 2000) kg	d = (0,1g ÷ 200g) <b>Limitele erorii tolerante</b> - clasa medie: de la 500e incl. ±0,5e peste 500e până la 2000e incl. ±1,0e peste 2000e ±1,5e - clasa obișnuită: de la 50e incl. ±0,5e peste 50e până la 200e incl. ±1,0e, peste 200e ±1,5e	
45.	02	Aparate de cântărit cu funcționare neautomată (balanțe de laborator), 8.1.2.1 <sup>2)</sup> .	(0 ÷ 50) kg	d = (0,01mg ÷ 1g) Clasa - 4, ord. IV <b>Limitele erorii tolerante:</b> - clasa specială: de la 50000e incl. ±1e peste 50000e până la 200000e incl. ±2e peste 200000e ±3e - clasa superioară: de la 5000e incl. ±1e peste 5000e până la 20000e incl. ±2e peste 20000e ±3e - clasa medie: de la 500e incl. ±1e peste 500e până la 2000e incl. ±2e, peste 2000e ±3e	
46.	02	Aparate de cântărit cu funcționare neautomată (balanțe de torsion), 8.1.2.1 <sup>2)</sup> .	(0 ÷ 5000) mg	d = 1mg; Δ = ± 1d	
47.	01/02	Balanțe de cereale de II, 8.1.4.1	1 l	Δ = ± 4 g	
<b>MASĂ ȘI MĂRIMI DERIVATE: Forță și duritate</b>					
48.	01/02	Chei și mânere dinamometrice, 8.2.1.1.	(0 ÷ 500) Nm	d = 0,5%	
<b>MASĂ ȘI MĂRIMI DERIVATE: Presiune</b>					
49.	01/02	Manometre și vacuometre (cu element elastic), 8.3.1.1.	(0 ÷ 600,0) kgf/cm <sup>2</sup> (-1,0 ÷ 0) kgf/cm <sup>2</sup>	Clasa 0,15; 0,25; 0,4	
50.	01/02	Manometre, (vacuometre, manovacuummetre, aparat indicator cu membrană ce măsoară triajul, presiunea dinamică, manometre cu contacte electrice, manometre cu auto înregistrare, manometre pentru oxigen), 8.3.1.1.	(-1,0 ÷ 0 ÷ 600,0) kgf/cm <sup>2</sup>	Clasa 0,6; 1,0; 1,5; 1,6; 2,5; 4,0	

51.	01/02	Aparat pentru măsurarea presiunii cu semnal unificat (manometru diferențial – debitmetru cu căderea variabilă de presiune), 8.3.1.2.	(0 ÷ 6,3) kgf/cm <sup>2</sup>	Clasa 1, 0,1,5
52.	01/02	Traductoare de presiune, 8.3.2.1.	(0,0 ÷ 2500) kPa	Clasa 0,075; 0,1; 0,25; 0,5
53.	01/02	Traductor de presiune (complex digital de măsurare a presiunii), 8.3.2.1.	(0,0 ÷ 0,25) MPa	Clasa 0,06; 0,1; 0,15
54.	02	Corectoare electronice de volum de gaz, 8.3.3.1 <sup>1)</sup> .	(80 ÷ 2500) kPa (-30 ÷ 60) °C	Eroarea max. ± 0,5%
55.	02	Corectoare electronice de volum de gaz (corectoare de condiții de stare a gazelor „Flux-1 <sup>2)</sup> ”, 8.3.3.1 <sup>1)</sup> .	(0 ÷ 700) kPa	Eroarea max. ± 0,5%
56.	02	Corectoare electronice de volum de gaz încorporate în contoare cu pereți deformabili (corectoare de temperatură al volumului de gaz), 8.3.3.2 <sup>1)</sup> .	(-40 ÷ 60) °C	Clasa 1, 2, 3

#### FOTOMETRIE ȘI RADIOMETRIE

57.	01/02	Luxmetre, 9.1.1.	(0,01 ÷ 1000) lx	Eroarea relativă: ± (1,5 ÷ 10) %
58.	01/02	Opacimetre(pentru motoare Diesel), 9.2.1.	4 ÷ 100% (0 ÷ 100)%	Eroarea absolută: 2% Eroarea absolută max. admisă: ± 2 %
59.	01/02	Refractometre analogice și digitale, 9.3.1.	(1,20 ÷ 1,72) nD	Eroarea absolută max. admisă: ± 0,5 din val. divizionii ± 1,0 din val. divizionii ± 3×10 <sup>-4</sup>
60.	01/02	Polarimetre analogice și digitale, 9.4.1.	(0 ÷ 360)° (-40 ÷ +130) °S	± 0,15°

#### TERMOMETRIE

61.	01/02	Termometre din sticlă cu lichid (inclusiv cu contacte electrice), 10.1.1.	(-40 ÷ 500) °C	v.d. = (0,1 ÷ 10) °C
62.	01/02	Termometre manometrice si bimetalice (indicatoare, înregistratoare și cu contacte electrice), 10.1.2.	(-40 ÷ 650) °C	Clasa 0,4; 0,5; 0,6; 1,0; 1,5; 2,5
63.	02	Perechi de termorezistențe pentru contoarele de energie termică, 10.4.1 <sup>1)</sup> .	(-40 ÷ 450) °C	cl. AA, A, B, C
	01/02	Termorezistențe, 10.2.1.		ord. I, II

64.	01/02	Termocupluri, 10.2.2.	(0 ÷ 650) °C	v.d. = (0,1 ÷ 1) °C.	
65.	01/02	Aparate de măsurare si/sau înregistratoare a temperaturii (punți și potențiometre automate, logometre magnetoelectrice, mecanice și digitale), 10.2.3.	(-50 ÷ 1200) °C	cl. = 0,5; 1,0; 1,5; 2,5	
66.	01/02	Camere climatice, 10.3.1.	(-80 ÷ 100) °C	v.d. = (0,01 ÷ 1) °C	
67.	01/02	Termostate, 10.3.2.	(-80 ÷ 100) °C	v.d. = (0,01 ÷ 1) °C	
68.	01/02	Cuptoare de calcinare, 10.3.2.	(100 ÷ 1200) °C	v.d. = (5 ÷ 20) °C	
69.	01/02	Sterilizatoare cu aer uscat (etuve), 10.3.3.	(60 ÷ 350) °C	v.d. = (0,01 ÷ 1) °C	
70.	01/02	Sterilizatoare cu abur (autoclave), 10.3.3.	(0 ÷ 135) °C	v.d. = (0,1 ÷ 1) °C	
71.	02	Contoare de energie termică, 10.4 <sup>1)</sup> .	Calculator $\Delta\Theta_{\min} \leq \Delta\Theta \leq 1,2\Theta_{\min}$ $10K \leq \Delta\Theta \leq 20K$ ; $\Delta\Theta_{\max} \leq 5K \leq \Delta\Theta \leq \Delta\Theta_{\max}$	Clasa 2, 3	
72.	01/02	Higrometre psihrometrice (inclusiv psihrometre prin aspirație), 10.5.1.	Traductor de debit $q \leq q \leq 1, 1q_i$ $0,1q_p \leq q \leq 0,11q_p$ ; $0,9q_p \leq q \leq 1,0q_p$ (0 ÷ 50) °C	v.d. = (0,1 ÷ 0,2) °C	

**FRECVENȚĂ ȘI TIMP**

73.	01/02	Cronometre(mecanice), 11.1.1.	(30 ÷ 3600) sec	0,1 sec; 0,2 sec	
74.	01/02	Cronometre(electronice), 11.1.1.	1 sec ÷ 60 min	0,01 sec	
75.	01/02	Frecvențmetre, 11.2.1.	0,01 Hz ÷ 3,0 GHz	până la $5 \times 10^{-7}$	
76.	01/02	Oscilografe, 11.2.1.	până la 1 GHz	(1 ÷ 10) %	

**ULTRASUNET ȘI VIBRAȚII**

**1.2 MD-2023, mun. Chișinău, Otovasca, 1**

77.	01/02	Aparate de măsurat vibrațiile, 3.1.1.	F = 0,2 ÷ 220 Hz U = 1 ÷ 1000 μm	(5 ÷ 30) %	
-----	-------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------	--

**1.3 MD-2001, mun. Chișinău, bd. Gagarin, 2**

78.	01/02	Defectoscopae, 3.2.1.	2,5; 5,0, 10 MHz 0 ÷ 60 dB $45^\circ \div 75^\circ$	±10% nu mai mic de minus: 45, 48, 51, 54 și 68 dB $\pm 2^\circ, 0 \div -2^\circ$	
-----	-------	-----------------------	---	--	--

**1.4 MD-2044, mun. Chișinău, str. Mesterul Manole, 20**

79.	01/02	Defectoscop, 3.2.1.	0,62; 1,25; 1,8; 2,5; 5,0 MHz 0 ÷ 62 dB	± 10 % ± (0,2 + 0,03N) dB
-----	-------	---------------------	--	------------------------------

**MĂRIMI ELECTROMAGNETICE**

**1.5 MD-2044, mun. Chişinău, str. Ciocana, 8**

80.	02	Contoare de energie electrică trifazate și monofazate (de inducție), 4.3.1 <sup>1)</sup> /4.3.2 <sup>1)</sup> .	3×(60 ÷ 380) V (0 ÷ 120) A	cl. 1,0 ÷ 2,5
81.	01/02	Transformatoare pentru măsurare de tensiune, 4.1.2.	[(110 ÷ 330)/√3]kV	cl. 0,5; 1,0
82.	01/02	Transformatoare pentru măsurare de curent, 4.1.2.	(1 ÷ 3000) A	cl. 0,1; 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1,0; 3,0; 5,0; 10,0. cl. 0,5P, 10P

**1.6 MD-2001, mun. Chişinău, str. Meleştii, 22A**

83.	02	Contoare de energie electrică activă trifazate și monofazate (de inducție, electronice) 4.3.1 <sup>1)</sup> /4.3.2 <sup>1)</sup> .	3×(60 ÷ 380) V (0 ÷ 120) A	cl. 1,0 ÷ 2,5
84.	01/02	Contoare de energia electrică reactivă trifazate și monofazat (electronice), 4.4.1./4.4.2.	3×(60 ÷ 380) V (0 - 120) A	cl. 0,2S; 0,5S; 1,0; 2,0; 3,0

**1.7 MD-2055, or. Vatra, str. Luceafărul, 13**

85.	01/02	Transformatoare pentru măsurare de curent, 4.1.2	(1 ÷ 3000) A	cl. 0,1; 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1,0; 3,0; 5,0; 10,0. cl. 0,5P, 10P
-----	-------	--	--------------	--

**1.8 MD-3800, or. Comrat, str. Lenin, 56**

86.	01/02	Transformatoare pentru măsurare de curent, 4.1.2	(1 ÷ 3000) A	cl. 0,1; 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1,0; 3,0; 5,0; 10,0. cl. 0,5P, 10P
-----	-------	--	--------------	--

**1.9 MD-2001, mun. Chişinău, str. Vadul lui Vodă, 69**

**DEBIT ȘI VOLUM: Debit al gazelor**

87.	02	Contoare de gaz cu pereți deformabili, 5.1.2.2 <sup>1)</sup> .	(0,016 ÷ 25,0) m <sup>3</sup> /h	Eroarea tolerată la verificarea periodică pentru intervalele de debite $Q_{\min} \leq Q < 0,1 Q_{\max}$ : +3 ÷ (-6) % și $0,1 Q_{\max} \leq Q < Q_{\max}$ : ± 3 %
88.	02	Contoare de gaz cu debitul maxim până la 2500 m <sup>3</sup> /h (cu excepția celor cu pereți deformabili), 5.1.2.1 <sup>1)</sup> .	(0,5 ÷ 2500) m <sup>3</sup> /h	Eroarea tolerată la verificarea periodică pentru intervalele de debite $Q_{\min} \leq Q < Q_1$ : ± 4 % și $Q_1 \leq Q < Q_{\max}$ : ± 2 %

**1.10 MD-2001, mun. Chişinău, str. Albisoara, 38**

**MASA ȘI MĂRIMI DERIVATE: Presiune**

89.	01/02	Manometre, 8.3.1.1.	(0,25 ÷ 6,0) MPa	Clasa de exactitate: 1; 1,5; 2,5; 4,0
-----	-------	---------------------	------------------	---------------------------------------

## 2. Verificări metrologice efectuate la clientul LVM

### MĂRIMI FIZICO-CHEMICE

90.	01/02	Analizoare de gaze, inclusiv cu funcție de semnalizare (mobile și staționare), 2.1.2.	0 ÷ 5 % metan în aer 5 ÷ 100% metan în aer Limită inferioară de inflamabilitate până la 100%	Eroarea absolută max. admisă: ± 0,1% metan sau ± 5 din indicație; ± 3% metan sau ± 5 din indicație; ± 5% din domeniul de măsurare sau ± 10 din indicație.
			0 ÷ 2000 ppm CO	Eroarea absolută max. admisă: ± 20 ppm sau 5% din indicație
91.	01/02	Analizoare de gaze, inclusiv cu funcție de semnalizare (uz casnic), 2.1.2.	pragul de detectare CH <sub>4</sub> 0,5%	eroarea absolută max. admisă: ± 0,25%; timp de reținere 60 s
92.	02	Analizoare pentru gaze de eșapament, 2.2.1 <sup>1)</sup> .	CO(0 ÷ 5) % vol CO <sub>2</sub> (0 ÷ 16) % vol O <sub>2</sub> (0 ÷ 21)% vol HC (0 ÷ 2000) ppm vol	Eroarea max. admisă: absolută ± 0,06% vol. CO sau relativă ± 3 % CO absolută ± 0,4% vol. CO <sub>2</sub> sau relativă ± 4 % CO <sub>2</sub> absolută ± 0,1% vol O <sub>2</sub> sau relativă ± 3 % O <sub>2</sub> absolută ± 12ppm vol HC sau relativă ± 5 % HC
93.	01/02	pH-metre, 2.3.1. Ionometre și Nitratometre, 2.3.2.	-20,0 °C ÷ +150,0 °C (0 ÷ 14) pH ± 20 pX; ± 2000 mV	Valoarea diviziunii: 0,1 °C 0,01 pH 0,001 pX 0,1 mV
94.	01/02	Conductometre, 2.3.3.	10 × 10 <sup>-7</sup> ÷ 10 × 10 <sup>1</sup> S/m	Eroarea relativă max. admisă: ± 1,5 %
95.	01/02	Densimetre și alcoolmetre din sticlă, 2.4.1.	(650 ÷ 1700) kg/m <sup>3</sup>	Valoarea diviziunii 0,2 kg/m <sup>3</sup> ; 0,5 kg/m <sup>3</sup> 1 kg/m <sup>3</sup> ; 10 kg/m <sup>3</sup> ;
			(0 ÷ 100) % vol	0,1% vol; 0,2% vol; 0,5% vol; 1% vol;

96.	01/02	Densimetre și alcoolmetre digitale, 2.4.2.	650 ÷ 1700 kg/m <sup>3</sup>	Cu rezoluția: -0,1 kg/m <sup>3</sup> eroarea absolută max. admisă: 1,0 kg/m <sup>3</sup> ; -0,1 kg/m <sup>3</sup> eroarea absolută max. admisă: 0,5 kg/m <sup>3</sup> ; -0,01 kg/m <sup>3</sup> eroarea absolută max. admisă: 0,2 kg/m <sup>3</sup> ; -0,01 kg/m <sup>3</sup> eroarea absolută max. admisă: 0,1 kg/m <sup>3</sup> ; -0,01 kg/m <sup>3</sup> eroarea absolută max. admisă: 0,05 kg/m <sup>3</sup> . Cu rezoluția: -0,1% vol. eroarea absolută max. admisă: ±0,5% vol.; -0,01% vol. eroarea absolută max. admisă: ±0,1% vol.; -0,001% vol. eroarea absolută max. admisă: ±0,01% vol.
97.	01/02	Cromatografe cu gaz și spectrometru de masa, 2.5.1.	<p>Nivelul minim de detectare: - Detector de ionizare cu flacără (pentru tridecane): &lt; 1.8 pg C/s; - Detector de conductivitate termică 400 pg tridecane/mL; - Detector de azot-fosfor: &lt; 0.4 pg A/s, &lt; 0.2 pg F/s cu amestec de azobenzen / malation / octadecan; - Detector de capturare Microelectronii: &lt; 6 fg/mL lindan</p> <p>Diapazon de mase analizate 1,6 ÷ 800 a.e.m. Nivelul minim de detectare – raportul semnal-zgomot 1pg de octaflornafalina ≥ 40/1 la înregistrare ionul m/z 272</p>	Abaterărea medie pătratică: ±10 % după masa integrală
98.	01/02	Cromatografe cu lichid, 2.5.1.	<p>Nivelul minim de detectare – raportul semnal-zgomot: - detector UV-VIS ≥ 3000 mAU (cu cofeină); - detector a indicelor de refracție ≥ 2000mAU (cu glicerol); - detector fluorescent ≥ 400mAU(cu naftalină).</p>	Abaterărea medie pătratică: ±5 % după aria picului; ±3% după reținerea de timp
99.	01/02	Spectrometre de absorbție/ emisie atomică, 2.6.1.	(0 ÷ 2) A	Abaterărea medie pătratică: ± 2 %; ±5%
100.	01/02	Alte aparate de determinare a concentrației elementelor chimice (analizoare voltamperice), 2.6.2.	1 μg/dm <sup>3</sup> ÷ 200 μg/dm <sup>3</sup> (0 ÷ 100) %	până la 30% (0.25 ÷ 2)%
<b>ULTRASUNE ȘI VIRBAȚII</b>				

101.	01/02	Aparate pentru măsurarea vitezei de mișcare a autovehiculelor, 3.3.1.	1 ÷ 255 km/h	±5%	(1...150) km/h ÷ ±3 km/h, pentru distanța (250...499) m; (1...200) km/h ÷ ±3 km/h, pentru distanța (500...999) m; (1...200) km/h ÷ ±2 km/h, pentru distanța <1000 m
102.	01/02	Sisteme pentru măsurarea vitezei medii de mișcare a autovehiculelor, 3.3.2.	1 ÷ 200 km/h		
<b>MĂRIMI ELECTROMAGNETICE</b>					
103.	01/02	Transformatoare pentru măsurare de curent, 4.1.1.	(1 ÷ 3000) A		cl. 0.1; 0.2S; 0.2; 0.5S; 0.5; 1.0; 3.0; 5.0; 10.0. cl. 0.5P, 10P
<b>DEBIT ȘI VOLUM: Debit al lichidelor și gazelor</b>					
104.	01/02	Complexe de măsurare a cantităților de fluide, gaze cu dispozitive de strângulare, 5.1.4.1.	---	Clasa 0,5	
105.	01/02	Sisteme de măsurare și înregistrare a cantității produselor petroliere și gazelor lichefiate livrate cu amănuntul, 5.1.5.1.: - NCR Octane 2000; - PPEU-PETROM MOLDOVA; - KVERTI; - KVERTI-K; - DO-01 AIDA; - Sigma 2000 BIF; - SMART FUEL SYSTEM; - "PRINT PETROL"; - DATECS ND- 777.01; - RMCONTROL; - "GILBARCO PPEUPETROM MOLDOVA"; - "Dominanta"	(2 ÷ 1000) l $Q_{nom}=40; 50; 100$ L/min;	$\Delta = \pm 0,25\%$ v.d. - 0,01 l	
106.	02	Sisteme de măsurare dinamică a cantităților de lichide, altele decât apa (Sistem de măsurare tip ALCO 1, ALCO 3), 5.1.7.1 <sup>1)</sup> .	(25 ÷ 50) % (90 ÷ 100) %	$\Delta = \pm 0,5\%$ (la măsurarea volumului) $\Delta = \pm 0,25\%$ (la măsurarea concentrației)	
107.	01/02	Cisteme auto pentru petrol și produse alimentare, 5.2.1.1.	(1000 ÷ 40000) l	$\Delta = \pm 0,5\%$	
<b>MĂRIMI GEOMETRICE</b>					
108.	02	Aparat de măsurat multidimensionale (șubler mecanice, digitale), 7.2.3 <sup>1)</sup> .	(0 ÷ 250) mm	v.d. 0,01 mm; 0,05 mm; 0,02 mm; 0,1 mm	
109.	01/02	Diafragme, 7.4.1.	(75 ÷ 1000) mm	--	

110.	01/02	Stand pentru verificarea sistemului de frânare al autovehiculelor, 7.7.1.	-	<p>Limita erorii tolerate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la măsurarea retragerii transversale a automobilului: <math>\Delta = \pm 0,3 \text{ m/km}</math></li> <li>- la măsurarea forței de rezistenței la rulare, a forței de frînare și a încălcării pe axa: <math>\delta = \pm 3,0 \%</math></li> </ul>
111.	01/02	Stand pentru reglarea dezaxării și convergenței roților autovehiculelor, 7.6.1.	-	<p>Limita erorii tolerate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a orizontalității suprafeței de bază a elevatorului (între partea stângă și partea dreaptă): <math>\Delta = \pm 1 \text{ mm}</math></li> <li>- a roților din față și cele din spate pe diagonală: <math>\Delta = \pm 2 \text{ mm}</math></li> </ul>
112.	01/02	Aparate pentru reglarea farurilor la autovehicule, 7.5.1.	-	$\Delta = \pm 20 \text{ mm}$
113.	01/02	Centrifugi, 7.9.1.	(250 ÷ 32000)tur/min	$\delta = \pm 15 \%$
114.	01/02	Standuri pentru balansarea roților la autovehicule, 7.10.1.	-	Limita erorii tolerate: $\pm 10 \text{ g}$
115.	01/02	Aparate pentru măsurarea jocului volanului autovehiculelor, 7.11.1.	Interval de măsurare a unghiului de înclinare a volanului: (0 ÷ 40)°	<p>Limita erorii tolerate la măsurarea lufului sumar: nu mai mult de <math>\pm 0,5^\circ</math>;</p> <p>Sensibilitatea traductorului de mișcare a roților: <math>0,1 \pm 0,05 \text{ mm}</math></p>
<b>MĂSĂ ȘI MĂRIMI DERIVATE: Masă</b>				
116.	01/02	Greutăți, 8.1.1.1.	200 g ÷ 5 kg	<p>cl.M2 <math>\Delta = (30 \div 800) \text{ mg}</math> <math>U = (10 \div 250) \text{ mg}</math></p> <p>cl.M3 <math>\Delta = (30 \div 2500) \text{ mg}</math> <math>U = (10 \div 800) \text{ mg}</math></p>
			50 g ÷ 5 kg	

	Aparate de cântărit cu funcționare neautomată, 8.1.2.1 <sup>2)</sup> .	0 ÷ 60000 kg	<p>d = (0,001 mg ÷ 200g)</p> <p><b>Limitele erorii tolerate</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- clasa specială:</li> <li>de la 50000e incl. ± 0,5e</li> <li>peste 50000e până la 200000e incl. ± 1,0e</li> <li>peste 200000e ± 1,5e</li> <li>- clasa superioară:</li> <li>de la 5000e incl. ± 0,5e</li> <li>peste 5000e până la 20000e incl. ± 1,0e</li> <li>peste 20000e ± 1,5e</li> <li>- clasa medie:</li> <li>de la 500e incl. ± 0,5e</li> <li>peste 500e până la 2000e incl. ± 1,0e</li> <li>peste 2000e ± 1,5e</li> <li>- clasa obișnuită:</li> <li>de la 50e incl. ± 0,5e</li> <li>peste 50e până la 200e incl. ± 1,0e, peste 200e ± 1,5e</li> </ul>	
117.	02	0 ÷ 60000 kg	<p>d = (0,1g ÷ 50kg)</p> <p><b>Limitele erorii tolerate</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- clasa specială:</li> <li>de la 50000e incl. ± 0,5e</li> <li>peste 50000e până la 200000e incl. ± 1,0e</li> <li>peste 200000e ± 1,5e</li> <li>- clasa superioară:</li> <li>de la 5000e incl. ± 0,5e</li> <li>peste 5000e până la 20000e incl. ± 1,0e</li> <li>peste 20000e ± 1,5e</li> <li>- clasa medie:</li> <li>de la 500e incl. ± 0,5e</li> <li>peste 500e până la 2000e incl. ± 1,0e</li> <li>peste 2000e ± 1,5e</li> <li>- clasa obișnuită:</li> <li>de la 50e incl. ± 0,5e</li> <li>peste 50e până la 200e incl. ± 1,0e, peste 200e ± 1,5e</li> </ul>	
118.	02	0 ÷ 60000 kg	<p>d = (0,1g ÷ 50kg)</p> <p><b>Limitele erorii tolerate</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- clasa specială:</li> <li>de la 50000e incl. ± 0,5e</li> <li>peste 50000e până la 200000e incl. ± 1,0e</li> <li>peste 200000e ± 1,5e</li> <li>- clasa superioară:</li> <li>de la 5000e incl. ± 0,5e</li> <li>peste 5000e până la 20000e incl. ± 1,0e</li> <li>peste 20000e ± 1,5e</li> <li>- clasa medie:</li> <li>de la 500e incl. ± 0,5e</li> <li>peste 500e până la 2000e incl. ± 1,0e</li> <li>peste 2000e ± 1,5e</li> <li>- clasa obișnuită:</li> <li>de la 50e incl. ± 0,5e</li> <li>peste 50e până la 200e incl. ± 1,0e, peste 200e ± 1,5e</li> </ul>	


		Aparate de cântărit cu funcționare neautomată (balanțe de laborator), 8.1.2.1 <sup>2)</sup> .	(0 ÷ 50) kg	d = (0,01 mg ÷ 1 g) Clasa - 4, ord. IV <b>Limitele erorii tolerante:</b> - clasa specială: de la 50000e incl. ±1e, peste 50000e până la 200000e incl. ±2e, peste 200000e ±3e; - clasa superioară: de la 5000e incl. ±1e, peste 5000e până la 20000e incl. ±2e, peste 20000e ±3e; - clasa medie: de la 500e incl. ±1e, peste 500e până la 2000e incl. ±2e, peste 2000e ±3e	
119.	02				
120.	02	Aparate de cântărit cu funcționare neautomată (balanțe de torsione), 8.1.2.1 <sup>2)</sup> .	(0 ÷ 5000) mg	d = 1mg; Δ = ±1d	
121.	02	Dozatoare gravimetrice cu funcționare automată, 8.1.3.2 <sup>1)</sup> .	(20 ÷ 2000) kg	d = (0,1 ÷ 10) kg	
122.	02	Aparate de cântărit cu totalizare discontinuă (aparati de cântărit cu dozare), 8.1.3.3 <sup>1)</sup> .	(20 ÷ 2000) kg	d = (0,1 ÷ 10) kg	
<b>FOTOMETRIE ȘI RADIOMETRIE</b>					
123.	01/02	Opacimetre(pentru motoare Diesel), 9.2.1.	(0 ÷ 100)%	Eroarea absolută max. admisă:± 2 %	
124.	01/02	Refractometre analogice și digitale, 9.3.1.	(1,20 ÷ 1,72) nD	Eroarea absolută max. admisă: ± 0,5 din val. diviziunii ± 1,0 din val. diviziunii ± 3×10 <sup>-4</sup>	
125.	01/02	Polarimetre analogice și digitale, 9.4.1.	(0 ÷ 360) <sup>o</sup> (-40 ÷ +130) °S	±0,15 <sup>o</sup>	
<b>TERMOMETRIE</b>					
126.	01/02	Aparate de măsurare și/sau înregistratoare a temperaturii (punți și potențioometre automate, logometre magnetoelectrice, mecanice și digitale), 10.2.3.	(-50 ÷ 1200) °C	cl. = 0,5; 1,0; 1,5; 2,5	
127.	01/02	Camere climatice, 10.3.1.	(-80 ÷ 100) °C	v.d. = (0,01 ÷ 1) °C	
128.	01/02	Termostate, 10.3.2.	(-80 ÷ 100) °C	v.d. = (0,01 ÷ 1) °C	
129.	01/02	Cuptoare de calcinare, 10.3.2.	(100 ÷ 1200) °C	v.d. = (5 ÷ 20) °C	
130.	01/02	Sterilizatoare cu aer uscat (etuve), 10.3.3.	(60 ÷ 350) °C	v.d. = (0,01 ÷ 1) °C	
131.	01/02	Sterilizatoare cu abur (autoclave), 10.3.3.	(0 ÷ 135) °C	v.d. = (0,1 ÷ 1) °C	

**FRECVENȚĂ ȘI TIMP**

132.	01/02	Echipamente de evidență a timpului legăturilor telefonice, 11.3.1.	Până la 3600 sec	±1 sec	
------	-------	---	------------------	--------	--

Notă: După intrarea în vigoare a reglementărilor tehnice menționate în pct.5 din "Lista oficială a mijloacelor de măsurare și a măsurărilor supuse controlului metrologic legală" aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1042 din 13 septembrie 2016, mijloacele de măsurare prevăzute în tabel cu indicele <sup>1)</sup> sau indicele <sup>2)</sup> care posedă certificat de aprobare de model în termen, sunt supuse verificării metrologice inițiale la decizia importatorului sau reprezentantului autorizat al producătorului. Mijloacele de măsurare pe care sunt aplicate marcajul de conformitate CE și marcajul metrologic suplimentar, prevăzute de reglementările tehnice menționate în pct.5, se introduc pe piață sau se dau în folosință fără verificări metrologice inițiale.

**Secretar de Stat**

  
(semnătura)

**Iuliana DRĂGĂLIN**  
(prenumele, numele)

Data " 6 " ianuarie 2018