

Specificații tehnice (F 4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	<u>MTenderID</u> ocds-b3wdp1-MD-1610719712456	Data: 29 ianuarie 2021	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	“Achiziționarea Pungilor de evacuare urostome, conform necesităților IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2021”	Pozitia Nr.: <u>1.1</u>	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant Ancotec-Sistem SRL	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
33100000-0	Pungi evacuatoare urostomice (poziția 1.1)	9054UTP	Turcia	SALUT Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Dimensiunea 10-50 mm. Dintr-un singur component. Partea adezivă din hidrocoloid. Sacul colector cu supapă anti-reflux încorporat. Posibilitatea de golire. Cu material nețesut pe partea posterioară. Compus din 3 straturi de înaltă rezistență. Antialergic. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/ denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala). Termen de valabilitate cel puțin 18 luni, de la momentul livrării.	Dimensiunea 10-50 mm. Dintr-un singur component. Partea adezivă din hidrocoloid. Sacul colector cu supapă anti-reflux încorporat. Posibilitatea de golire. Cu material nețesut pe partea posterioară. Compus din 3 straturi de înaltă rezistență. Antialergic. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/ denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala). Termen de valabilitate cel puțin 18 luni, de la momentul livrării.	CE, ISO

Semnat: _____
Ofertantul: Ancotec-Sistem SRL

Nume: Vasile MATEI
Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)

În calitate de: Administrator
Data 28.01.2021