

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Achiziție de valoare mică nr.ocds-b3wdp1-MD-1673263507429 din 16.01.2023						
Obiectul de achiziției: Consumabile medicale, anul 2023						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 5						
Reactivele pentru cercetarea sistemului de hemostază la coagulometru Teco Coatron X Pro (sistem închis)						
Set pentru determinarea TP pentru coagulometru Teco Coatron X Pro	A230-040	Germania	TECO	Tromboplastina sub formă de suspensie (lichid incolor, ușor opalescent) gata pentru lucru, ISI 1,0-1,1. Flacoane cu volumul de 4 ml (80 teste). Ambalaj 10x4 ml (800 teste). Reactivele și materialul de control să fie de la același producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Tromboplastina sub formă de suspensie (lichid incolor, ușor opalescent) gata pentru lucru, ISI 1,0-1,1. Flacoane cu volumul de 4 ml (80 teste). Ambalaj 10x4 ml (800 teste). Reactivele și materialul de control sunt de la același producător. Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj coincid în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Set pentru determinarea fibrinogenului după Clauss pentru coagulometru Teco Coatron X Pro	A0511-020	Germania	TECO	Flacoane cu volumul de 2 ml cu trombină liofilizată, masa poroasă de culoare gri-alb pentru 80. Ambalaj 10x2 ml (400 teste). Reactivele și materialul de control să fie de la același producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Flacoane cu volumul de 2 ml cu trombină liofilizată, masa poroasă de culoare gri-alb pentru 80. Ambalaj 10x2 ml (400 teste). Reactivele și materialul de control sunt de la același producător. Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj coincid în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
IBS Buffer pentru fibrinogen pentru coagulometru Teco Coatron X Pro	A0590-125	Germania	TECO	Flacon cu volumul de 125ml pentru 1000 teste	Flacon cu volumul de 125ml pentru 1000 teste	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

Plasma de control normală umană pentru controlul calității protrombinului și fibrinogenului la coagulometru Teco Coatron X Pro	P6001-010	Germania	TECO	Flacoane cu volumul de 1 ml. Reactivele și materialul de control să fie de la același producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Flacoane cu volumul de 1 ml. Reactivele și materialul de control sunt de la același producător. Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj coincid în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Plasma de control patologică umană pentru controlul calității protrombinului și fibrinogenului la coagulometru Teco Coatron X Pro	P6101-010)	Germania	TECO	Flacoane cu volumul de 1 ml. Reactivele și materialul de control să fie de la același producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Flacoane cu volumul de 1 ml. Reactivele și materialul de control sunt de la același producător. Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj coincid în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Cuvete de reacție pentru coagulometru Teco Coatron X Pro	24 100 00	Germania	TECO	Cuvete de reacție pentru coagulometru Teco Coatron X Pro cu codul de bare originale de la producător	Cuvete de reacție pentru coagulometru Teco Coatron X Pro cu codul de bare originale de la producător.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Reactivele pentru investigații imunologice						
Teste pentru determinarea sifilisului cu RPR Carbon Ag în ser ori plasmă (150 teste).	8.00.18.0.0100	Jordan	Atlas Medical	Reactiv carbon RPR 1x3 ml (150 de teste): particule de carbon, acoperite cu un complex de lipide (cardiolipină, lecitină și colesterol) în tampon fosfat, pH 7,0 care conține un conservant. Set conține control pozitiv 1 ml și control negativ 1 ml.	Reactiv carbon RPR 1flx2 ml latex reagent (100 de teste): particule de carbon, acoperite cu un complex de lipide (cardiolipină, lecitină și colesterol) în tampon fosfat, pH 7,0 care conține un conservant. Set conține control pozitiv 0,5 ml și control negativ 0,5 ml. Instrucțiunea se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Reactivi pentru hematologie						
Teste pentru determinarea sângelui ocult în masele fecale	8.04.38.0.0020	Jordan	Atlas Medical	Test tip bandă cu metoda imunochimică de apreciere a cantităților minime de hemoglobină umană în masele fecale. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni.	Test tip bandă cu metoda imunochimică de apreciere a cantităților minime de hemoglobină umană în masele fecale. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător va fi nu mai mic de 12 luni. Instrucțiunea se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

Expres teste diagnostice p/u analiza de rutină a urinei						
Teste pentru analizorul urinei U120	U031-111 (11A)	SUA	ACON	Set conține 100 teste. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Set conține 100 teste. Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj coincid în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Broșura se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

Semnat:_____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9