

Код ОКП 43 2180

Паспорт
Кюветы стеклянные
ТУ 4320-012-29508133-2009

1. Назначение

Предназначены для измерения оптических показателей в фотометрии в приборах КФК-2, КФК-3 и их модификациях.

2. Основные технические характеристики

Наименование	Длина опт. пути, мм	Габаритные р-ры, мм	Внутренние р-ры, мм
Кювета 1 мм	1	$5\pm 0,2 \times 24\pm 0,2 \times 37\pm 0,5$	$1\pm 0,05 \times 19\pm 0,5 \times 34\pm 0,5$
Кювета 3 мм	3	$7\pm 0,2 \times 24\pm 0,2 \times 37\pm 0,5$	$3\pm 0,05 \times 19\pm 0,5 \times 34\pm 0,5$
Кювета 5 мм	5	$9\pm 0,2 \times 24\pm 0,2 \times 37\pm 0,5$	$5\pm 0,05 \times 19\pm 0,5 \times 34\pm 0,5$
Кювета 10 мм	10	$14\pm 0,2 \times 24\pm 0,2 \times 37\pm 0,5$	$10\pm 0,05 \times 19\pm 0,5 \times 34\pm 0,5$
Кювета 20 мм	20	$24\pm 0,2 \times 24\pm 0,2 \times 37\pm 0,5$	$20\pm 0,1 \times 19\pm 0,5 \times 34\pm 0,5$
Кювета 20×42×13 мм	20	$24,5\pm 0,3 \times 45\pm 0,5 \times 18\pm 0,2$	$20\pm 0,5 \times 42\pm 0,5 \times 13\pm 0,5$
Кювета 30 мм	30	$34\pm 0,2 \times 24\pm 0,2 \times 37\pm 0,5$	$30\pm 0,1 \times 19\pm 0,5 \times 34\pm 0,5$
Кювета 50 мм	50	$54\pm 0,2 \times 24\pm 0,2 \times 37\pm 0,5$	$50\pm 0,2 \times 19\pm 0,5 \times 34\pm 0,5$
Кювета 10×10 мм	10×10	$12,5\pm 0,1 \times 12,5\pm 0,5 \times 45\pm 0,5$	$10\pm 0,01 \times 10\pm 0,5 \times 43\pm 0,5$
Кювета 10×5 мм	10×5	$12,5\pm 0,1 \times 12,5\pm 0,5 \times 45\pm 0,5$	$5\pm 0,01 \times 10\pm 0,5 \times 43\pm 0,5$
Кювета 100 мм	100	$104\pm 0,2 \times 24\pm 0,2 \times 37\pm 0,5$	$100\pm 0,2 \times 19\pm 0,5 \times 34\pm 0,5$

1. Кюветы изготовлены из оптического стекла марки К-8 по технологии УФ склеивания.
2. Химически устойчивы к действию кислот (кроме плавиковой) и разбавленных щелочей.
3. Область спектра от 360 до 2500 нм.

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировании. Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделия не должны подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

5. Сведения об утилизации

Изделия не представляют опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель: ООО «МиниМед», 241520, РФ, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17А.

Изготовитель гарантирует соответствие кювет стеклянных требованиям ТУ 4320-012-29508133-2009 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

