

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)											
Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1611142315466										Data: 23/01/2021	
Denumirea procedurii de achiziție: privind achiziționarea consumabile anatomie-patologică IMSP SCM Sf.Treime											
Lot	Codul CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Mode-lul articolului	Denumirea bunurilor propuse	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusa	Standard
1	33600000-6	FORMALINA 10%	Litru	50	05-K01009	Formalin 10% solution neutral buffered 10 l	Italy	BioOptica	<i>Format</i> : Soluție (Produs chimic de laborator), lichidă standardă, neutră tamponată, concentrație 10%. <i>Utilizare</i> : Diagnostic histologic in vitro. <i>Certificare</i> : certificat sau declarație CE de conformitate. <i>Aplicație</i> : Fixarea prealabilă a macromaterialului și a mostrelor tisulare la histoproc esare automată în vacum <i>Componența chimică</i> : Reactivul - formaldehidă, fosfat de sodiu, apă. <i>Particularități tehnice ale reactivului</i> : ✓soluție fluidă, gata pentru utilizare, <i>Format</i> : Soluție (Produs chimic de laborator), lichidă standardă, neutră tamponată, concentrație 10%. ✓compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoproc esare în vacum și sistemului de colorație automatizate fără efecte coroziv. <i>Unitatea de măsură</i> : Litru <i>Ambalajul</i> : Livrat destinatorului în recepții de 10 litri în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: ✓date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); ✓toate pozițiile lotului să fie produse de același producător; ✓termenul de valabilitate nu mai mic de 11 luni din data livrării <i>Denumire producător</i> : ✓nume și adresa producătorului; ✓informații de siguranță în pictograme <i>Limbajul tichetului</i> : se acceptă un din limbile de circulație internațională. <i>Compatibil cu procesor de tesuturi Slee medical</i>	<i>Format</i> : Soluție (Produs chimic de laborator), lichidă standardă, neutră tamponată, concentrație 10%. <i>Utilizare</i> : Diagnostic histologic in vitro. <i>Certificare</i> : certificat sau declarație CE de conformitate. <i>Aplicație</i> : Fixarea prealabilă a macromaterialului și a mostrelor tisulare la histoproc esare automată în vacum <i>Componența chimică</i> : Reactivul - formaldehidă, fosfat de sodiu, apă. <i>Particularități tehnice ale reactivului</i> : ✓soluție fluidă, gata pentru utilizare, <i>Format</i> : Soluție (Produs chimic de laborator), lichidă standardă, neutră tamponată, concentrație 10%. ✓compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoproc esare în vacum și sistemului de colorație automatizate fără efecte coroziv. <i>Unitatea de măsură</i> : Litru <i>Ambalajul</i> : Livrat destinatorului în recepții de 10 litri în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: ✓date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); ✓toate pozițiile lotului să fie produse de același producător; ✓termenul de valabilitate nu mai mic de 11 luni din data livrării <i>Denumire producător</i> : ✓nume și adresa producătorului; ✓informații de siguranță în pictograme <i>Limbajul tichetului</i> : se acceptă un din limbile de circulație internațională. <i>Compatibil cu procesor de tesuturi Slee medical</i>	Certificat CE, ISO9001, ISO13485
2	33600000-6	XILENA	Litru	80	06-1304F	Xylene histological grade 5 l	Italy	BioOptica	<i>Format</i> : Soluție (Produs chimic de laborator), lichidă, standardă, incoloră, transparentă, non-toxică, <i>Utilizare</i> : Diagnostic histologic in vitro; <i>Certificare</i> : Certificat sau declarație CE de conformitate. <i>Aplicație</i> : degresarea țesuturilor și accilelarea imprignației cu parafină, predestinate diagnosticului histologic. <i>Componența chimică</i> : Reactivul e compus dintru-n amestec anhidru de alcooli si hidrocarburi alifactice (nearomatice), este substituent a soluțiilor toxice (xilenului, toluenului, metanolului) <i>Particularități tehnice ale reactivului</i> : ✓soluție fluidă, transparentă, incolor miros specific, ✓substituent al xilenului, toluenului, metanolului, ✓este clasificabil cu directivele CE ✓hidrofil, miscibil cu apă în toate concentrațiile și cu alți solvenți organici, ✓să fie gata pentru folosire/utilizare, ✓compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, ✓compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoproc esare în vacum și colorație automatizate în procesarea țesuturilor și secțiunilor (testelor) în histopatologie fără efecte de corozie <i>Unitatea de măsură</i> : Litru <i>Ambalajul</i> : Livrat destinatorului în recepții ≥ 1 litre și ≤ 5 litre în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: ✓date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv,,compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); ✓toate pozițiile lotului să fie produse de același producător <i>Denumire producător</i> : ✓nume și adresa producătorului;	<i>Format</i> : Soluție (Produs chimic de laborator), lichidă, standardă, incoloră, transparentă, non-toxică, <i>Utilizare</i> : Diagnostic histologic in vitro; <i>Certificare</i> : Certificat sau declarație CE de conformitate. <i>Aplicație</i> : degresarea țesuturilor și accilelarea imprignației cu parafină, predestinate diagnosticului histologic. <i>Componența chimică</i> : Reactivul e compus dintru-n amestec anhidru de alcooli si hidrocarburi alifactice (nearomatice), este substituent a soluțiilor toxice (xilenului, toluenului, metanolului) <i>Particularități tehnice ale reactivului</i> : ✓soluție fluidă, transparentă, incolor miros specific, ✓substituent al xilenului, toluenului, metanolului, ✓este clasificabil cu directivele CE ✓hidrofil, miscibil cu apă în toate concentrațiile și cu alți solvenți organici, ✓să fie gata pentru folosire/utilizare, ✓compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, ✓compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoproc esare în vacum și colorație automatizate în procesarea țesuturilor și secțiunilor (testelor) în histopatologie fără efecte de corozie <i>Unitatea de măsură</i> : Litru <i>Ambalajul</i> : Livrat destinatorului în recepții ≥ 1 litre și ≤ 5 litre în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: ✓date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv,,compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); ✓toate pozițiile lotului să fie produse de același producător <i>Denumire producător</i> : ✓nume și adresa producătorului;	Certificat CE, ISO9001, ISO13485

									✓Informații de siguranță în pictograme <i>Limbajul tichetului</i> : se acceptă un din limbile de circulație internațională. <i>Compatibil cu procesor de țesuturi Slee medical</i>	✓Informații de siguranță în pictograme <i>Limbajul tichetului</i> : se acceptă un din limbile de circulație internațională. <i>Compatibil cu procesor de țesuturi Slee medical</i>	
3	33600000-6	PARAFINA	Kg	80	08-7910/20	Paraffin Bio Plast 56÷58 °C 20 kg	Italy	BioOptica	<i>Format</i> : Granule (Produs chimic de laborator), standardă, în granule solide, non-toxic; <i>Utilizare</i> : Diagnostic histologic in vitro; <i>Certificare</i> : Certificat sau declarație CE de conformitate; <i>Aplicație</i> : imprignarea și întărirea structurilor tisulare, în probe/mostre histologice, încorporarea și fasonarea blocului histologic predestinate pentru efectuarea testelor/secțiunilor histologice; <i>Componența chimică</i> : amestec de polimeri și parafină de înaltă puritate în granule mici; <i>Particularități tehnice ale reactivului</i> : ✓Soluție chimică în granule, miros specific, ✓este clasificabil cu directivele CE ✓să fie gata pentru folosire/utilizare cu punct de topire 54° - 58° C, ✓imprignare rapidă a mostrei tisulare în cadrul procesării; ✓pătrunderea joasă sau lipsa pătrunderii a aburilor de apă ✓compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, ✓compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoprocesare în vacum și de încorporare a mostrei tisulare în bloc histologic <i>Unitatea de măsură</i> : Kilogram <i>Ambalajul</i> : livrat destinatarului în recepieri în saci20 -kg în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: ✓date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv,compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); ✓toate pozițiile lotului să fie produse de același producător <i>Denumire producător</i> : ✓nume și adresa producătorului; ✓informații de siguranță în pictograme <i>Limbajul tichetului</i> : se acceptă un din limbile de circulație internațională. <i>Compatibil cu procesor de țesuturi Slee medical și stație de impregnare în parafină MYR</i>	<i>Format</i> : Granule (Produs chimic de laborator), standardă, în granule solide, non-toxic; <i>Utilizare</i> : Diagnostic histologic in vitro; <i>Certificare</i> : Certificat sau declarație CE de conformitate; <i>Aplicație</i> : imprignarea și întărirea structurilor tisulare, în probe/mostre histologice, încorporarea și fasonarea blocului histologic predestinate pentru efectuarea testelor/secțiunilor histologice; <i>Componența chimică</i> : amestec de polimeri și parafină de înaltă puritate în granule mici; <i>Particularități tehnice ale reactivului</i> : ✓Soluție chimică în granule, miros specific, ✓este clasificabil cu directivele CE ✓să fie gata pentru folosire/utilizare cu punct de topire 54° - 58° C, ✓imprignare rapidă a mostrei tisulare în cadrul procesării; ✓pătrunderea joasă sau lipsa pătrunderii a aburilor de apă ✓compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, ✓compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoprocesare în vacum și de încorporare a mostrei tisulare în bloc histologic <i>Unitatea de măsură</i> : Kilogram <i>Ambalajul</i> : livrat destinatarului în recepieri în saci20 -kg în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: ✓date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv,compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); ✓toate pozițiile lotului să fie produse de același producător <i>Denumire producător</i> : ✓nume și adresa producătorului; ✓informații de siguranță în pictograme <i>Limbajul tichetului</i> : se acceptă un din limbile de circulație internațională. <i>Compatibil cu procesor de țesuturi Slee medical și stație de impregnare în parafină MYR</i>	Certificat CE, ISO9001, ISO13485
4	33600000-6	FORMALINA 37%	Litru	34	05-K01007	Formaldehyde 38-40% w/v 20 l	Italy	BioOptica	<i>Format</i> : Soluție (Produs chimic de laborator), lichidă standardă, neutră tamponată, concentrație 37%. <i>Utilizare</i> : Diagnostic histologic in vitro. <i>Certificare</i> : certificat sau declarație CE de conformitate. <i>Aplicație</i> : Fixarea prealabilă a macromaterialului și a mostrelor tisulare la histoprocesare automată în vacum <i>Componența chimică</i> : Reactivul - formaldehidă, fosfat de sodiu, apă. <i>Particularități tehnice ale reactivului</i> : ✓soluție fluidă, gata pentru utilizare, ✓compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, ✓compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoprocesare în vacum și sistemului de colorație automatizate fără efecte coroziv. <i>Unitatea de măsură</i> : Litru <i>Ambalajul</i> : Livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: ✓date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); ✓toate pozițiile lotului să fie produse de același producător; ✓termenul de valabilitate nu mai mic de 11 luni din data livrării <i>Denumire producător</i> : ✓nume și adresa producătorului; ✓informații de siguranță în pictograme <i>Limbajul tichetului</i> : se acceptă un din limbile de circulație internațională. <i>Compatibil cu procesor de țesuturi Slee medical</i>	<i>Format</i> : Soluție (Produs chimic de laborator), lichidă standardă, neutră tamponată, concentrație 37%. <i>Utilizare</i> : Diagnostic histologic in vitro. <i>Certificare</i> : certificat sau declarație CE de conformitate. <i>Aplicație</i> : Fixarea prealabilă a macromaterialului și a mostrelor tisulare la histoprocesare automată în vacum <i>Componența chimică</i> : Reactivul - formaldehidă, fosfat de sodiu, apă. <i>Particularități tehnice ale reactivului</i> : ✓soluție fluidă, gata pentru utilizare, ✓compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, ✓compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoprocesare în vacum și sistemului de colorație automatizate fără efecte coroziv. <i>Unitatea de măsură</i> : Litru <i>Ambalajul</i> : Livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: ✓date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); ✓toate pozițiile lotului să fie produse de același producător; ✓termenul de valabilitate nu mai mic de 11 luni din data livrării <i>Denumire producător</i> : ✓nume și adresa producătorului; ✓informații de siguranță în pictograme <i>Limbajul tichetului</i> : se acceptă un din limbile de circulație internațională. <i>Compatibil cu procesor de țesuturi Slee medical</i>	Certificat CE, ISO9001, ISO13485
									<i>Format</i> : Produs chimic de laborator, lichid, aspect color și miros specific, <i>Utilizare</i> : Diagnostic histologic de rutină in vitro; <i>Certificare</i> : certificat de analiză (COA) sau declarație CE; <i>Aplicație</i> : imprignarea coloră a elementelor nuclear-celulare în secțiune/ test histologic <i>Componența chimică</i> : Haematoxlna, clicerol aluan de potasiu apa distilată, iodat de potasiu <i>Particularități tehnice ale reactivului</i> :	<i>Format</i> : Produs chimic de laborator, lichid, aspect color și miros specific, <i>Utilizare</i> : Diagnostic histologic de rutină in vitro; <i>Certificare</i> : certificat de analiză (COA) sau declarație CE; <i>Aplicație</i> : imprignarea coloră a elementelor nuclear-celulare în secțiune/ test histologic <i>Componența chimică</i> : Haematoxlna, clicerol aluan de potasiu apa distilată, iodat de potasiu <i>Particularități tehnice ale reactivului</i> :	

5	33600000-6	HEMATOXILIN CARAZZI	Litru	2	05-06012/L	Carazzi hematoxylin 1 l	Italy	BioOptica	✓Soluție chimică lichidă, miros specific, ✓Soluție gata de utilizare, ✓compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele automatizate de colorație <i>Unitatea de măsură:</i> Litre <i>Ambalajul:</i> livrat destinatarului în recepții de 1 litru în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: ✓date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); ✓toate pozițiile lotului să fie produse de același producător ✓denumire producător : nume și adresa producătorului; ✓Informații de siguranță în pictograme <i>Limbaajul tichetului :</i> Română, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană,	✓Soluție chimică lichidă, miros specific, ✓Soluție gata de utilizare, ✓compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele automatizate de colorație <i>Unitatea de măsură:</i> Litre <i>Ambalajul:</i> livrat destinatarului în recepții de 1 litru în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: ✓date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); ✓toate pozițiile lotului să fie produse de același producător ✓denumire producător : nume și adresa producătorului; ✓Informații de siguranță în pictograme <i>Limbaajul tichetului :</i> Română, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană,	Certificat CE, ISO9001, ISO13485
6	33600000-6	EOZINA G or Y solutie apoasa 1%	Litru	2,5	05-10002E	Eosin Y aqueous solution 1% 2,5 l	Italy	BioOptica	<i>Format:</i> Produs chimic de laborator, lichid, aspect color și miros specific, <i>Utilizare:</i> Diagnostic histologic de rutină in vitro; <i>Certificare:</i> certificat de analiză (COA) sau declarație CE; <i>Aplicație:</i> imprignarea coloră a elementelor celulare tisulare ale țesuturilor în secțiune/ test histologic <i>Componența chimică :</i> eozina G or Y si acid acetic <i>Particularități tehnice ale reactivului :</i> ✓soluție chimică lichidă, miros specific, ✓soluție gata de utilizare, ✓compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele automatizate de colorație <i>Unitatea de măsură:</i> Litre <i>Ambalajul:</i> livrat destinatarului în recepții de 2,5 litri în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: ✓date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); ✓toate pozițiile lotului să fie produse de același producător ✓denumire producător : nume și adresa producătorului; ✓Informații de siguranță în pictograme <i>Limbaajul tichetului :</i> Română, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană	<i>Format:</i> Produs chimic de laborator, lichid, aspect color și miros specific, <i>Utilizare:</i> Diagnostic histologic de rutină in vitro; <i>Certificare:</i> certificat de analiză (COA) sau declarație CE; <i>Aplicație:</i> imprignarea coloră a elementelor celulare tisulare ale țesuturilor în secțiune/ test histologic <i>Componența chimică :</i> eozina G or Y si acid acetic <i>Particularități tehnice ale reactivului :</i> ✓soluție chimică lichidă, miros specific, ✓soluție gata de utilizare, ✓compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele automatizate de colorație <i>Unitatea de măsură:</i> Litre <i>Ambalajul:</i> livrat destinatarului în recepții de 2,5 litri în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: ✓date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); ✓toate pozițiile lotului să fie produse de același producător ✓denumire producător : nume și adresa producătorului; ✓Informații de siguranță în pictograme <i>Limbaajul tichetului :</i> Română, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană	Certificat CE, ISO9001, ISO13485
7	33600000-6	Kituri Colorate PAS/Alcian-VAN-GIESON	set	2	163802/04-030	Alcian blue pH 2,5 PAS 100 tests/Van Gieson trichrome 100 tests	Italy	BioOptica	<i>Format:</i> Produs chimic de laborator, standard lichid, aspect color și miros specific, <i>Utilizare:</i> Diagnostic histologic histochimic in vitro; <i>Certificare:</i> certificat de analiză (COA) sau declarație CE; <i>Aplicație:</i> imprignarea coloră a elementelor celulare de tip caliciforme ale celulelor caliciforme intestinale în diferite procese tumorale și non-tumorale în secțiune/ test histologic <i>Particularități tehnice ale reactivului :</i> ✓soluție chimică lichidă, culoare și miros specific, ✓soluție gata de utilizare, ✓compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, <i>Protocol:</i> prezența protocolului standartizat de la producător <i>Unitatea de măsură :</i> ml/litre <i>Ambalajul:</i> livrat destinatarului în recepții de seturi Kit în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: ✓date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); ✓toate pozițiile lotului să fie produse de același producător ✓denumire producător : nume și adresa producătorului; ✓Informații de siguranță în pictograme <i>Limbaajul tichetului :</i> Română, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană	<i>Format:</i> Produs chimic de laborator, standard lichid, aspect color și miros specific, <i>Utilizare:</i> Diagnostic histologic histochimic in vitro; <i>Certificare:</i> certificat de analiză (COA) sau declarație CE; <i>Aplicație:</i> imprignarea coloră a elementelor celulare de tip caliciforme ale celulelor caliciforme intestinale în diferite procese tumorale și non-tumorale în secțiune/ test histologic <i>Particularități tehnice ale reactivului :</i> ✓soluție chimică lichidă, culoare și miros specific, ✓soluție gata de utilizare, ✓compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, <i>Protocol:</i> prezența protocolului standartizat de la producător <i>Unitatea de măsură :</i> ml/litre <i>Ambalajul:</i> livrat destinatarului în recepții de seturi Kit în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: ✓date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); ✓toate pozițiile lotului să fie produse de același producător ✓denumire producător : nume și adresa producătorului; ✓Informații de siguranță în pictograme <i>Limbaajul tichetului :</i> Română, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană	Certificat CE, ISO9001, ISO13485
8	33600000-6	CONGO ROSU	Set	5	04-210822	Congo red 100 tests	Italy		<i>Format:</i> Produs chimic de laborator,standart lichid, aspect color si miros specificat <i>Utilizare:</i> Diagnostic histologic hgitochimic si vitro. <i>Certificat;</i> certificate de analiza sau declarative CE <i>Aplicatie;</i> impregnarea colora a tesuturilor histologice. <i>Particularitati tehnice.</i> Solutie chimica lichida,culoare si miros specific. solutie gata de utilizare compatibil cu regentii de coloratie utilizati in histologie	<i>Format;</i> Produs chimic de laborator,standart lichid, aspect color si miros specificat <i>Utilizare:</i> Diagnostic histologic hgitochimic si vitro. <i>Certificat;</i> certificate de analiza sau declarative CE <i>Aplicatie;</i> impregnarea colora a tesuturilor histologice. <i>Particularitati tehnice.</i> Solutie chimica lichida,culoare si miros specific. solutie gata de utilizare compatibil cu regentii de coloratie utilizati in histologie	Certificat CE, ISO9001, ISO13485

								BioOptica	Protocolul;Prezenta protocolului standartizat de la producator. Unitate de masura sol.p/u 100 de teste. Ambalaj;seturi	Protocolul;Prezenta protocolului standartizat de la producator. Unitate de masura sol.p/u 100 de teste. Ambalaj;seturi	
9	33600000-6	BALSAM	buc	6	05-BMHM508	Bio Mount HM, mounting medium 500 ml	Italy	BioOptica	Balsam p/ u acoperire a sticlelor BIOMAUT Format; Produs chimic de laborator , standart ,lichid,transparent,cu miros slab pronuntat, Component;acril mixatin xelina Ambalaj; flacon-500ml	Balsam p/ u acoperire a sticlelor BIOMAUT Format; Produs chimic de laborator , standart ,lichid,transparent,cu miros slab pronuntat, Component;acril mixatin xelina Ambalaj; flacon-500ml	Certificat CE, ISO9001, ISO13485
10	33600000-6	Casete din plastic standard	buc	4000	07-7120	Embedding cassettes Bio Cassette blue	Italy	BioOptica	Casete din plastic standard cu orificii dreptunghiulare, capac atașat, culoare albastră , din polimer acetat pentru procesare, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unchi 45,0°. Compatibil cu microtom rotativ Slee medical	Casete din plastic standard cu orificii dreptunghiulare, capac atașat, culoare albastră , din polimer acetat pentru procesare, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unchi 45,0°. Compatibil cu microtom rotativ Slee medical	Certificat CE, ISO9001, ISO13485
11	33600000-6	Casete de plastic pentru biopsii	buc	3000	07-7260	Embedding cassettes Biopsy Cassette green	Italy	BioOptica	Casete din plastic pentru biopsii cu orificii rotunde mici , din polimer acetat pentru procesare, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unchi 45,0° Compatibil cu microtom rotativ Slee medical.	Casete din plastic pentru biopsii cu orificii rotunde mici , din polimer acetat pentru procesare, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unchi 45,0° Compatibil cu microtom rotativ Slee medical.	Certificat CE, ISO9001, ISO13485
12	33600000-6	Lame de microscopie	buc	8500	VBS656/AZ	BEVELED EDGES SLIDES TOP QUALITY 26X76MM WITH LIGHT BLUE STRIPE -SILVER-	Italy	BioSigma	Lame de microscopie 25x75x1,0mm superfrost, margine albastră ,	Lame de microscopie 25x75x1,0mm superfrost, margine albastră ,	Certificat CE, ISO9001, ISO13485
13	33600000-6	Lame microtom	set	2	28407004	SLEE Disposable blade -Type LPH Low profile, for hard or soft specimen Blade Length : 80 mm Blade Width : 8 mm Blade Thickness : 0.25 mm Blade Edge Angle : 35 degree Protection Type: Plasma processing technology	Germany	Slee	Lame microtom, premium MX35 Ultra, per microtom, fateta nr 3 cu un unghi de 34°, 1 cutie - 50 lame Particularități tehnice Metal (oțel utilizat în medicină) lamă, ultra, de o singură folosință, cu profil înalt și mic, L × W: 31,5 × 3,13in. (80 × 8mm), grosime: 0,01in. (0.25mm), unghiul de tăiere: 34 °,proiectat pentru aplicații de rutină, adecvat tuturor tipurilor de țesuturi; ce oferă un suport de tăiere și poate fi utilizat pentru orice microtom semiautomat, automat. Ambalaj specializat - casetă de polipropilen în cutie: 1 casetă - 50lam. Pe ambalajul produsului sa fie indicate: Pictogramele adecvate de perform anța si trimiterea la standardul EN. Compatibil cu microtom rotativ Slee medical	Lame microtom, premium MX35 Ultra, per microtom, fateta nr 3 cu un unghi de 34°, 1 cutie - 50 lame Particularități tehnice Metal (oțel utilizat în medicină) lamă, ultra, de o singură folosință, cu profil înalt și mic, L × W: 31,5 × 3,13in. (80 × 8mm), grosime: 0,01in. (0.25mm), unghiul de tăiere: 34 °,proiectat pentru aplicații de rutină, adecvat tuturor tipurilor de țesuturi; ce oferă un suport de tăiere și poate fi utilizat pentru orice microtom semiautomat, automat. Ambalaj specializat - casetă de polipropilen în cutie: 1 casetă - 50lam. Pe ambalajul produsului sa fie indicate: Pictogramele adecvate de perform anța si trimiterea la standardul EN. Compatibil cu microtom rotativ Slee medical	Certificat CE, ISO9001, ISO13485

Semnat:_____ Numele, prenumele: Petru BOLEA În calitate de: Șef Departament Comercial
Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova