

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție conform procedurii de achiziție cu costuri mici în SIA RSAP  
din 30 octombrie 2023, 11:01 Nr. 21111788 ocds-b3wdp1-MD-1698656460824

Obiectul de achiziției: *Achiziționarea Dispozitivelor medicale pentru secții de diagnostică și terapie intensivă*

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Lotul 1						
<b>VIDEO LARINGOSCOPI PORTABIL</b>	CR-31	China	Shenzhen Coreray Technology Co., Ltd	<p>Video laringoscopul portabil este un dispozitiv medical care ajută la vizualizarea imaginii din cavitatea bucală la intubarea pacientului.</p> <p>Poate fi folosit în mod identic cu laringoscoapele convenționale.</p> <p>Vas colector: da.</p> <p>Video laringoscop cu lame reutilizabile.</p> <p>Material: din oțel medical cu posibilitate de autoclavare sau prelucrare chimică.</p> <p>Display/ Ecran pentru monitorizarea procedurii: Da. LCD, color.</p> <p>Posibilitate de afișare a imaginii direct pe ecranul mic atașat video laringoscopului.</p> <p>Dimensiunea ecranului/ monitorului: <math>\geq 2,5''</math>, preferabil <math>\sim 3,5''</math>.</p> <p>Posibilitate întoarcere ecranul: Da.</p> <p>Sus/jos de la <math>0^\circ</math> la <math>\geq 130^\circ</math>.</p> <p>Dreapta/stânga de la <math>0^\circ</math> la <math>\geq 270^\circ</math>.</p> <p>Iluminare: Da; Tip LED.</p> <p>Alimentare: Baterie reîncărcabilă (Li-ion);</p> <p>Posibilitate de lucru continuu <math>\geq 3</math> ore.</p> <p>Adaptor/încărcător – da.</p> <p>Memorie: Integrată sau cu memorie SD/microSD cu posibilitatea de a înregistra video sau fotografii și transfer pe calculator.</p>	<p>Vas colector - <b>DA</b>.</p> <p>Video laringoscop cu lame reutilizabile.</p> <p>Material: din oțel medical cu posibilitate de autoclavare sau prelucrare chimică - <b>DA</b>.</p> <p>Display/ Ecran pentru monitorizarea procedurii - <b>DA</b>.</p> <p>LCD, color - <b>DA</b></p> <p>Posibilitate de afișare a imaginii direct pe ecranul mic atașat video laringoscopului - <b>DA</b></p> <p>Dimensiunea ecranului/ monitorului: = <math>3''</math></p> <p>Posibilitate întoarcere ecranul:</p> <p>Sus/jos de la <math>0^\circ</math> la <math>150^\circ</math>.</p> <p>Dreapta/stânga de la <math>0^\circ</math> la <math>270^\circ</math>.</p> <p>Iluminare - Tip LED.</p> <p>Alimentare: Baterie reîncărcabilă Li-ion) - <b>DA</b>;</p> <p>Posibilitate de lucru continuu <math>\geq 3,5</math> ore.</p> <p>Adaptor/încărcător – <b>DA</b>.</p> <p>Memorie: Integrată sau cu memorie <b>SD – 16 gb</b> posibilitatea de a înregistra video sau fotografii și transfer pe calculator - <b>DA</b>.</p> <p>Specificații lame: lame Macintosh (nr. 2, 3, 4) reutilizabile, detașabile și sterilizabile - <b>DA</b>.</p> <p>Specificații lamă: Oțel inoxidabil (sterilizabil la autoclav sau etilen oxid) - <b>DA</b>.</p> <p>Piese de schimb: Da, la solicitarea autorității contractante.</p> <p>Toate elementele din set și accesoriile vor fi compatibile - <b>DA</b>.</p>	CE

				<p>Specificații lame: lame Macintosh (nr. 2, 3, 4) reutilizabile, detașabile și sterilizabile.          Specificații lamă: Oțel inoxidabil (sterilizabil la autoclav sau etilen oxid).          Tuburi endotraheale compatibile: Toate tipurile, inclusiv tuburile cu lumen dublu.          Piese de schimb: da.          Video Laringoscopul portabil, precum și piesele de schimb ale acestuia, accesoriile, trebuie să fie produse și asamblate de același producător.          Toate elementele din set și accesoriile vor fi compatibile.          Anul de producere pentru toate elementele 2023.          Prețul va include livrarea și instalarea (servicii de montare, darea în exploatare).          Documente: proces-verbal de predare-primire, proces-verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (cel puțin 24 luni), certificat de calitate și conformitate valabil (CE), fișa (pașaport) tehnică a mărfii, instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română.          Obligațiuni: servicii de montare, darea în exploatare.          Data livrării nu mai târziu de 15.12.2023.</p>	<p>Video Laringoscopul portabil, precum și piesele de schimb ale acestuia, accesoriile, trebuie să fie produse și asamblate de același producător.          Toate elementele din set și accesoriile vor fi compatibile.          Anul de producere pentru toate elementele 2023.          Prețul va include livrarea și instalarea (servicii de montare, darea în exploatare).          Documente: proces-verbal de predare-primire, proces-verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (cel puțin 24 luni), certificat de calitate și conformitate valabil (CE), fișa (pașaport) tehnică a mărfii, instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română.          Obligațiuni: servicii de montare, darea în exploatare.          Data livrării nu mai târziu de 15.12.2023.</p>	
<b>Total lot 1</b>						
Lotul 2						
<b>HOLTER ECG</b>	Holter BTL 600	Bulgaria	BTL INDUSTRIES LIMITED	<p>Holter EKG          SPECIFICAȚII TEHNICE:          Număr de canale – 12          Durata înregistrării – 1-4 zile          Cablu pacient – 10 fire.          Transfer date - USB, SD card, BT          Rezoluția ecranului LCD - 128 × 64 px          Stocare date- ≥ 2 GB          Baterii alcaline          Anul de producere pentru toate elementele 2023.          Prețul va include livrarea și instalarea (servicii de montare, darea în exploatare).          Documente: proces-verbal de predare-primire, proces-verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (cel puțin 24 luni), certificat de calitate și conformitate valabil (CE), fișa (pașaport) tehnică a mărfii, instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română.          Obligațiuni: servicii de montare, darea în exploatare.</p>	<p><b>Holter ECG-600</b>          SPECIFICAȚII TEHNICE:          Număr de canale – 12 - <b>DA</b>          Durata înregistrării – 1-4 zile – <b>1-7 zile</b>          Cablu pacient – 10 fire.-          Transfer date - USB, SD card, BT - <b>DA</b>          Rezoluția ecranului LCD - 128 × 64 px - <b>DA</b>          Stocare date- ≥ 2 GB -<b>DA</b>          Baterii alcaline –<b>DA</b>  <b>Informația din catalog (este atasat)</b>          Anul de producere pentru toate elementele 2023.          Prețul va include livrarea și instalarea (servicii de montare, darea în exploatare).- <b>DA</b>          Documente:          proces-verbal de predare-primire, - <b>DA</b>          proces-verbal de instalare, -<b>DA</b>          proces-verbal de instruire a personalului,-<b>DA</b>          factura fiscală, -<b>DA</b>          certificat de garanție (cel puțin 24 luni), -<b>DA</b>          certificat de calitate și conformitate valabil (CE),-<b>DA</b>          fișa (pașaport) tehnică a mărfii- <b>DA</b>,          instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română.          Obligațiuni:          servicii de montare, -<b>DA</b>          darea în exploatare.-<b>DA</b>          Data livrării nu mai târziu de 15.12.2023.</p>	CE

				Data livrării nu mai târziu de 15.12.2023.		
<b>Total lot 2</b>						
Lotul 3						
<b>HOLTER TA</b>	BTL -08 ABPM	Bulgaria	BTL INDUSTRIES LIMITED	<p>Timpul de monitorizare a presiunii arteriale 24 de ore.  Metodă de monitorizare oscilometrică, dezumflare treptată.  Capacitate memorie ≥600 înregistrări.  Acuratețe ± 3 mm Hg sau 2% din valoarea măsurată.  Manșon pentru adulți și adulți supraponderali.  Transfer date către PC prin cablu optic cu conectare USB  Baterii (Acumulatori sau alcaline)  Anul de producere pentru toate elementele 2023.  Prețul va include livrarea și instalarea (servicii de montare, darea în exploatare).  Documente: proces-verbal de predare-primire, proces-verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (cel puțin 24 luni), certificat de calitate și conformitate valabil (CE), fișa (pașaport) tehnică a mărfii, instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română.  Obligațiuni: servicii de montare, darea în exploatare.  Data livrării nu mai târziu de 15.12.2023.</p>	<p><b>BTL -08 ABPM</b>  Timpul de monitorizare a presiunii arteriale 24 de ore. <b>-DA</b>  Metodă de monitorizare oscilometrică, dezumflare treptată. <b>-DA</b>  Capacitate memorie ≥600 înregistrări. <b>- D A</b>  Acuratețe ± 3 mm Hg sau 2% din valoarea măsurată. <b>-DA</b>  Manșon pentru adulți și adulți supraponderali. – <b>D A</b>  Transfer date către PC prin cablu optic cu conectare USB <b>-DA</b>  Baterii (Acumulatori sau alcaline) <b>-DA</b>  <b>Informația din manual pag 25.</b>  Anul de producere pentru toate elementele 2023.  Prețul va include livrarea și instalarea (servicii de montare, darea în exploatare). <b>-DA</b>  Documente:  proces-verbal de predare-primire, <b>- D A</b>  proces-verbal de instalare, <b>-DA</b>  proces-verbal de instruire a personalului, <b>-DA</b>  factura fiscală, certificat de garanție (cel puțin 24 luni), <b>-DA</b>  certificat de calitate și conformitate valabil (CE), fișa <b>-DA</b>  (pașaport) tehnică a mărfii, instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română.  Obligațiuni:  servicii de montare, darea în exploatare. <b>-DA</b>  Data livrării nu mai târziu de 15.12.2023.</p>	CE
<b>Total lot 3</b>						
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Zagareanu Tatiana În calitate de: Manager achiziții

Ofertantul: Polisano Prim, SRL Adresa: or.Chişinău, str.Nicolae Testemitanu 3/18