

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1656600145973 din: 11 iul 2022, 9:00 - 21 iul 2022, 9:00

Obiectul achiziției: Piese de schimb și consumabile pentru RMN, inclusiv instalarea

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
50421000-2	1.1.Cap rece	10613748L3 Coldhead (RDK408L3)	Germania	Siemens	1.1.Schimbarea "Cold Head RDK-408L3, SHI Cryogenics Group" Stabilirea unui termen de garanție a lucrărilor efectuate: minim 6 luni.	1.1.Schimbarea "Cold Head RDK-408L3, SHI Cryogenics Group" Stabilirea unui termen de garanție a lucrărilor efectuate: minim 6 luni.	-
50421000-2	1.2.Absorber	7461127 APD Compressor Adsorber F70/HC-10	Germania	Siemens	1.2.Schimbarea "Adsorber Sumitomo F-70" Stabilirea unui termen de garanție a lucrărilor efectuate: minim 6 luni.	1.2.Schimbarea "Adsorber Sumitomo F-70" Stabilirea unui termen de garanție a lucrărilor efectuate: minim 6 luni.	-
50421000-2	1.3.Heliu lichid (criogenic) + Heliu gazos	helium gas	Polonia	SIAD	1.3.Heliu lichid (criogenic) + Heliu gazos puritate înaltă	1.3.Heliu lichid (criogenic) + Heliu gazos puritate înaltă	-
50421000-2	1.4.Supapă de siguranță	08396090 BURST DISC ASSY 1.8 BAR NW40/NW50	Germania	Siemens	1.4.piesă compatibilă cu RMN Hitachi ECHELON OVAL	1.4.piesă compatibilă cu RMN Hitachi ECHELON OVAL	-
50421000-2	1.5.Set garnituri	10100171 NW40 Helicoflex Seal + 03228017 1/2" Aeroquip Seal	Germania	Siemens	1.5.set compatibil cu RMN Hitachi ECHELON OVAL	1.5.set compatibil cu RMN Hitachi ECHELON OVAL	-
50421000-2	1.6.Lucrări de ridicare câmp magnetic	-	-	-	1.6.Ridicare câmp magnetic prin intermediul unei surse de alimentare specializate Stabilirea unui termen de garanție a lucrărilor efectuate: minim 6 luni.	1.6.Ridicare câmp magnetic prin intermediul unei surse de alimentare specializate Stabilirea unui termen de garanție a lucrărilor efectuate: minim 6 luni.	-
50421000-2	1.7.Lucrări de diagnostic și reparație schimbător de căldură	-	-	-	1.8.Curățare și reparație schimbător de căldură Stabilirea unui termen de garanție a lucrărilor efectuate: minim 6 luni.	1.8.Curățare și reparație schimbător de căldură Stabilirea unui termen de garanție a lucrărilor efectuate: minim 6 luni.	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabzei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**