

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1709798897537 din 07.03.2024							
Obiectul de achiziției: Servicii de verificare metrologică, la dispozitivele medicale, pentru anul 2024							
Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
1.	Monitor de pacient	Verificare periodică	MDA	CMAC	Monitor de pacient	Monitor de pacient	Toate lucrările vor fi îndeplinite conform HG nr. 966 din 14.11.2017; Legea metrologiei nr. 19 din 04.03.2016
2.	Defibrilator cu funcție de monitorizare fiziologică	Verificare periodică	MDA	CMAC	Defibrilator cu funcție de monitorizare fiziologică	Dispozitiv de resuscitare prin defibrilare externă	
3.	Electrocardiograf	Verificare periodică	MDA	CMAC	Electrocardiograf	Electrocardiograf	
4.	Autoclav	Verificare periodică	MDA	CMAC	Autoclav	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aburi)	
5.	Sterilizator	Verificare periodică	MDA	CMAC	Sterilizator	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aer uscat)	
6.	Pulsoximetru	Verificare periodică	MDA	CMAC	Pulsoximetru	Pulsoximetru / Pulsometru	
7.	Termometru din sticlă cu lichid	Verificare periodică	MDA	CMAC	Termometru din sticlă cu lichid	Termometre din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (valoarea diviziunii >0,2 °C)	
8.	Tonometru electronic	Verificare periodică	MDA	CMAC	Tonometru electronic	Dispozitiv de măsurare a presiunii arteriale neinvazive (automatic)	

9.	Tonometru mecanic	Verificare periodică	MDA	CMAC	Tonometru mecanic	Dispozitiv de măsurare a presiunii arteriale neinvazive (mecanice)
10.	Termostat	Verificare periodică	MDA	CMAC	Termostat	Termostate
11.	Frigider cu congelator (etalonare)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Frigider cu congelator (etalonare)	<i>Etalonare</i> – Incinte termostate (pt 2 puncte)
12.	Dozator mecanic (1 interval)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Dozator mecanic (1 interval)	Dozator mecanic și electronic de laborator
13.	Dispozitiv de fizioterapie	Verificare periodică	MDA	CMAC	Dispozitiv de fizioterapie	Dispozitiv de fizioterapie
14.	Dispozitiv de anestezie	Verificare periodică	MDA	CMAC	Dispozitiv de anestezie	Dispozitiv de anestezie
15.	Pompă de infuzie cu seringă	Verificare periodică	MDA	CMAC	Pompă de infuzie cu seringă	Pompa de infuzie/ cu seringă
16.	Pompă de infuzie de volum mare	Verificare periodică	MDA	CMAC	Pompă de infuzie de volum mare	Pompa de infuzie/ cu seringă
17.	Electroencefalograf	-	-	-	Electroencefalograf	-
18.	Electromiograf	-	-	-	Electromiograf	-
19.	Microscop de laborator	-	-	-	Microscop de laborator	-
20.	Autorefractometru oftalmoscopic	-	-	-	Autorefractometru oftalmoscopic	-
21.	Cântar neautomat până la 500 kg	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Cântar neautomat până la 500 kg	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată (până la 500 kg inclusiv)
22.	Higrometru psihrometric	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Higrometru psihrometric	Higrometre și psihrometre

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Anatolii BESCUPSCHI**

În calitate de: **Administrator interimar**

Ofertantul: **Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”**

Adresa: **mun. Chișinău, str. Eugen Coca, nr. 28**

