Mtender nr. ocds-b3wdp1-MD-1662554616575, din 24.10.2022 Cod CPV 33100000-1
Achiziţionarea dispozitivelor medicale (aparate auditive), în vederea realizării Programului Național privind protezarea auditivă, pentru anul 2023

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

# CERTIFICAT DE CORESPUNDERE A STANDARTELOR IEC118-0

pentru aparatele auditive prezentate la licitație

Speţificarea tehnică Măsurările au fost pe trecute conform IEC 60118-0

| Cerințele | Interton Move MV470-DW | Interton Move MV490-DW | Interton Move MV670-DW | Interton Move MV690-DW |
|---|---|---|---|---|
| Căștigul maximal , dB | 66 | 86 | 66 | 86 |
| Ieşirea maximal (OSPL90), dB | 134 | 144 | 134 | 144 |
| Limita inferioară a diapazonului frecvenţial, Hz | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Limita superioara a diapazonului frecvenţial, Hz | 6790 | 6120 | 6790 | 6120 |
| Nivel de zgomot , dB | 24 | 23 | 24 | 23 |
| Coeficientul distorsiunelor armonice , % | 0,9<br>1,2<br>1,0 | 4,7<br>0,8<br>0,8 | 0,9<br>1,2<br>1,0 | 4,7<br>0,8<br>0,8 |
| Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului | 12 | 12 | 17 | 17 |
| Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup FM | Da | Da | Da | Da |
| Anti-feedback | Da | Da | Da | Da |
| Sincronizarea și coordonare binaural | Da | Da | Da | Da |
| Metoda de programare | computerizată | computerizată | computerizată | computerizată |

Nume: Casminin Serghei
În calitate de: Director
Ofertantul: SRL Sirexton
Adresa: Moldova, Chisinau, bd. Traian 23/1 – 300
Data: 20.10.2022

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ SIREXTON 1003600085008 REPUBLICA MOLDOVA, CHIȘINĂU