

## SPECIFICAȚII TEHNICE

### Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate.

| Numărul licitației publice: 21529625, ocds-b3wdp1-MD-1766482421625                                                                         |         |                                          |                     |                 |              |                                                                           | Data: 25.02.2026                                       | Alternativa nr.        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Achiziționarea investigațiilor hematologice pentru analizoare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 |         |                                          |                     |                 |              |                                                                           | Lot:                                                   | pag. 1 din 2           |
| № d/o                                                                                                                                      | Cod CPV | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| -                                                                                                                                          | 1       | 2                                        | 3                   | 4               | 5            | 6                                                                         | 7                                                      | 8                      |

### Lot 16. Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-5300, Hematology Analyzer)

|       |            |                                                                                                                                  |                                           |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 16.1. | 33100000-1 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-5300, Hematology Analyzer) | <b>M-53D Diluent / 105-011736-00</b>      | China | Mindray | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-5300, Hematology Analyzer sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă | <b>M-53 Diluent</b> , set 20L p/u Mindray BC-5300: 76 set x 20L=1520L. Necesar: 1501,5L. (Consum 42ml/test - Conform Letter of Declaration Mindray). Certificat CE IVD.                                                                                           | ISO, CE |
| 16.2. | 33100000-1 |                                                                                                                                  | <b>M-53 LEO (I) Lyse / 105-026321-00</b>  | China | Mindray |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>M-53 LEO (I) Lyse</b> , set 4fl x 1L p/u Mindray BC-5300: 16set x4L =64L. Necesar: 60,77L. (Consum 1,7ml/test - Conform Letter of Declaration Mindray). Certificat CE IVD.                                                                                     | ISO, CE |
| 16.3. | 33100000-1 |                                                                                                                                  | <b>M-53 LEO (II) Lyse / 105-026319-00</b> | China | Mindray |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>M-53 LEO (II) Lyse</b> , set 4fl x 200ml p/u Mindray BC-5300: 7set x800ml =5,6L. Necesar: 5L. (Consum 0,14ml/test - Conform Letter of Declaration Mindray). Certificat CE IVD.                                                                                 | ISO, CE |
| 16.4. | 33100000-1 |                                                                                                                                  | <b>M-53 LH Lyse / 105-011734-00</b>       | China | Mindray |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>M-53 LH Lyse</b> , set 4fl x 500ml p/u Mindray BC-5300: 9set x2L =18L. Necesar: 17,87L. (Consum 0,5ml/test - Conform Letter of Declaration Mindray). Certificat CE IVD.                                                                                        | ISO, CE |
| 16.5. | 33100000-1 |                                                                                                                                  | <b>M-53 Cleanser / 105-026315-00</b>      | China | Mindray |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>M-53 Cleanser</b> , set 4fl x 1L p/u Mindray BC-5300: 6set x4L =24L. Necesar: 22,5L. (Consum - 30ml la 1 procedura de shut-down. Cantitate calculată pentru 250 x 3 analizoare proceduri de shut-down conform protocolului producătorului). Certificat CE IVD. | ISO, CE |

|       |            |  |                              |        |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|-------|------------|--|------------------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 16.6. | 33100000-1 |  | <b>Probe Cleanser</b>        | Turcia | Archem  | contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului. | <b>Probe Cleanser</b> , 1fl x 50ml p/u Mindray BC-5300: 54fl x50ml =1,90L. Necesar: 2,7L. (Consum - 3,6ml la 1 procedura de shut-down. Cantitate calculată pentru 250 proceduri de shut-down x 3 analizoare conform protocolului producătorului). Certificat CE IVD. | ISO, CE |
| 16.7. | 33100000-1 |  | <b>BC-5D / 105-003233-00</b> | China  | Mindray |                                                                                                                                                                                                    | <b>Material de control hematologic</b> , set 6fl x 3ml, 3 nivele (scăzut, normal, ridicat) p/u Mindray BC-5300: 18 set pentru 3 analizoare, conform graficului producătorului / Conform Letter of Declaration Mindray. Certificat CE IVD.                            | ISO, CE |

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

**Data: 25.02.2026**

**Valabilitatea ofertei - 160 zile.**