

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1656401890319/21059123 din 15.07.2022
Obiectul de achiziției: Dispozitive medicale, consumabile și piese de schimb pentru aparat medical

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 12: Mască de oxigen	130 103	Turcia	Plasti-med	Tub PVC medical siliconat transparent, steril + mască. Mărimi: S, M, L.	Conform brosurii atasate	ISO/ CE
Lot 13: Mască facial resuscitare AMBU	130 225 – 130 220	Turcia	Plasti-med	Dimensiuni: adulți, copii, nou-născuți. Potrivite pentru toate tipurile de respirație, auto-gonflabile, presiune reglabilă pentru etanșare și fixare strânsă pe față. Cupola din silicon transparent. Autoclavabile între temperaturile de 120 C și 134 C, rezistente la soluțiile de dezinfectare pe baza de alcool 70 %. Gaura de conectare la sistemul de ventilare- diametru de 22 mm.	Conform brosurii atasate	
Lot 18: Electrozi pentru defibrilare de unică folosință (adult)	MR60	China	Mindray	Electrozi de unică folosință (adulți) pentru Defibrilator Mindray BeneHeart D3. Termen de valabilitate 2 ani.	Conform brosurii atasate	
Lot 19: Electrozi pentru defibrilare de unică folosință (copii)	MR61	China	Mindray	Electrozi de unică folosință (copii) pentru Defibrilator Mindray BeneHeart D3. Termen de valabilitate 2 ani.	Conform brosurii atasate	

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Prodan Sveatoslav** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Î.M. "Dutchmed-M" SRL** Adresa: **str. Decebal 76 of 807/808, mun. Chișinău; tel: 022 522-022**