

**SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)**

Numărul licitației: 21009067	Data: 8.07.2019	Alternativa nr.
Denumirea licitației: Reactivi și consumabile de laborator	Lot: 3, 5, 7, 9, 31, 32, 34, 43-54, 156-159, 170, 172, 174, 175, 180, 182, 184-186, 189, 190, 286	Pagina 1 din 1

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea mărfii	Mode-lul artico-lului	Țara de origi-ne	Produ-cătorul	Canti-tatea	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant [se va completa rînd cu rînd alături de cerințele din coloana6]	Standard
1	1	2	3	4	5	7	6	7	8
Bunuri/Servicii									
3		3.Interleukina-1 beta-IFA-BEST sau analog, set pentru cel puțin 96 determinări	BE58011	Germania	IBL	2	Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL-1 beta în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală.	Conform cerințelor	ISO, CE
5		5.Interleukina-4 ELISA-BEST, sau analog, set pentru cel puțin 96 determinări	BE53041	Germania	IBL	2	Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Interleukina-4 ELISA-BEST în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală	Conform cerințelor	ISO, CE

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea mărfii	Mode-lul artico-lului	Țara de origi-ne	Produ-cătorul	Canti-tatea	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant [se va completa rînd cu rînd alături de cerințele din coloana6]	Standard
7		7.Interleukina-10-ELISA BEST, sau analog, set pentru cel puțin 96 determinări	BE53101	Germania	IBL	2	<p>Certificare: CE</p> <p>Format: set pentru cel puțin 96 determinări</p> <p>Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Interleukina-10-ELISA BEST în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut.</p> <p>Sistemul de vizualizare: recomandat de producător</p> <p>Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste</p> <p>Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător.</p> <p>Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală</p>	Conform cerințelor	ISO, CE
9		9.TNF-alfa ELISA-BEST, sau analog, set pentru cel puțin 96 determinări	BE55001	Germania	IBL	2	<p>Certificare: CE</p> <p>Format: set pentru cel puțin 96 determinări</p> <p>Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea TNF-alfa ELISA-BEST în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut.</p> <p>Sistemul de vizualizare: recomandat de producător</p> <p>Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste</p> <p>Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător.</p> <p>Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală</p>	Conform cerințelor	ISO, CE
31		31. TNF-alfa ELISA-BEST, sau echivalent	BE55001	Germania	IBL	1	<p>Certificare: CE</p> <p>Format: set pentru cel puțin 96 determinări.</p> <p>Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea TNF-alfa în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut.</p> <p>Sistemul de vizualizare: recomandat de producător.</p> <p>Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste</p> <p>Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător.</p> <p>Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală.</p>	Conform cerințelor	ISO, CE

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea mărfii	Mode-lul articole-lului	Țara de origi-ne	Produ-cătorul	Canti-tatea	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant [se va completa rînd cu rînd alături de cerințele din coloana6]	Standard
32		32. Interleukin-1 beta-IFA-BEST, sau echivalent	BE58011	Germania	IBL	1	<p>Certificare: CE</p> <p>Format: set pentru cel puțin 96 determinări.</p> <p>Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL-1beta în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut.</p> <p>Sistemul de vizualizare: recomandat de producător.</p> <p>Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste</p> <p>Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător.</p> <p>Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală</p>	Conform cerințelor	ISO, CE
34		34. Interleukina-10-ELISA BEST, sau echivalent	BE53101	Germania	IBL	1	<p>Certificare: CE</p> <p>Format: set pentru cel puțin 96 determinări.</p> <p>Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL-10 în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut.</p> <p>Sistemul de vizualizare: recomandat de producător.</p> <p>Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste</p> <p>Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător.</p> <p>Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală.</p>	Conform cerințelor	ISO, CE
43		43. Multitest CD3 /CD8/CD45/CD4	342416	Belgia	Becton Dickinson	2	<p>Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD</p> <p>Certificare: CE</p> <p>Format: Soluție de anticorpi monoclonali pregătită pentru utilizare</p> <p>Aplicație: Flowcitolmetria, marcarea specifică a T</p> <p>Material analizat: sânge venos de la pacienții cu suspjecție la imunodeficiență primară</p> <p>Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a 50 teste</p> <p>Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător</p> <p>Caracteristica rezultatului cercetării: calcularea automată a limfocitelor și subpopulațiilor T.Compatibil cu echipamentul din laborator</p>	Conform cerințelor	ISO, CE

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea mărfii	Mode-lul artico-lului	Țara de origi-ne	Produ-cătorul	Canti-tatea	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant [se va completa rînd cu rînd alături de cerințele din coloana6]	Standard
44		44. Multitest CD3 /CD16 + CD56 /CD45/CD19	342417	Belgia	Becton Dickinson	2	Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Certificare: CE Format: Soluție de anticorpi monoclonali pregătită pentru utilizare Aplicație: Flowcitometria,marcarea specifică a limfocitelor B și celulelor NK Material analizat: sânge venos de la pacienții cu suspecție la imunodeficiență primară Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a 50 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător Caracteristica rezultatului cercetării: calcularea automată a limfocitelor și subpopulațiilor T.Compatibil cu echipamentul din laborator	Conform cerințelor	ISO, CE
45		45. BDTMFACS Clean Solution	340345	Belgia	Becton Dickinson	1	Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Soluție pentru curățarea flowcitometrului Certificat:CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător	Conform cerințelor	ISO, CE
46		46. BD Deter BD Detergent solution concentrate	660585	Belgia	Becton Dickinson	1	Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Soluție pentru curățarea flowcitometrului Certificat:CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător	Conform cerințelor	ISO, CE
47		47. BDTM Extended Flow Cell Clean Solution	660586	Belgia	Becton Dickinson	1	Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Soluție pentru curățarea celulară Certificat:CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător	Conform cerințelor	ISO, CE
48		48. BDFACS Lysing Solution	349202	Belgia	Becton Dickinson	1	Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Soluție pentru liza celulară Certificat:CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător	Conform cerințelor	ISO, CE

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea mărfii	Mode-lul artico-lului	Țara de origi-ne	Produ-cătorul	Canti-tatea	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant [se va completa rînd cu rînd alături de cerințele din coloana6]	Standard
49		49. BDTM Sheath Additive	660584	Belgia	Becton Dickinson	10	Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Soluție pentru flowcitolmetru Certificat:CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător	Conform cerințelor	ISO, CE
50		50. CST Beads	656504	Belgia	Becton Dickinson	1	Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Particule pentru controlul calității cercetării Certificat:CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător	Conform cerințelor	ISO, CE
51		51. Diluent for Mythic	HM22-003-10	Elvetia	ORPHEE	1	Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Diluția pentru spălarea analizatorului hematologic Certificat:CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător	Conform cerințelor	ISO, CE
52		52. Enzymatic Cleaning Solution	HM22-001-1	Elvetia	ORPHEE	1	Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Pentru liza celulară Certificat:CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător	Conform cerințelor	ISO, CE
53		53. Lytic Reagent 5 Diff	HM22-002-1	Elvetia	ORPHEE	1	Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Pentru liza celulară Certificat:CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător	Conform cerințelor	ISO, CE
54		54. Control L.N.H	CBC3K	Franta	EUROCELL	12	Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Soluție reference pentru controlul calității cercetării Certificat:CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător	Conform cerințelor	ISO, CE
156		156. Bulion peptonat din carne	CM-NBE036	MB	Rapid Labs	5	Pentru depistarea microorganismelor, pulbere	Conform cerințelor	ISO, CE
157		157. Geloză peptonată din carne	CM-NA073	MB	Rapid Labs	5	Pentru depistarea microorganismelor, pulbere	Conform cerințelor	ISO, CE

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea mărfii	Mode-lul artico-lului	Țara de origi-ne	Produ-cătorul	Canti-tatea	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant [se va completa rînd cu rînd alături de cerințele din coloana6]	Standard
158		158. Bulion Saburo	CM-SDB323	MB	Rapid Labs	2	Pentru depistarea microorganismelor, pulbere	Conform cerințelor	ISO, CE
159		159. Geloză Saburo	CM-SDA197	MB	Rapid Labs	2	Pentru depistarea microorganismelor, pulbere	Conform cerințelor	ISO, CE
170		170. Amicacin, 50 discuri	9004	Romania	Sanimed	2	pentru efectuarea analizelor de laborator	Conform cerințelor	ISO, CE
172		172. Azitromycin 50 discuri	9105	Romania	Sanimed	2	pentru efectuarea analizelor de laborator	Conform cerințelor	ISO, CE
174		174. Cefazolin 50 discuri	9015	Romania	Sanimed	2	pentru efectuarea analizelor de laborator	Conform cerințelor	ISO, CE
175		175. Ciprofloxacina 50 discuri	9056	Romania	Sanimed	2	pentru efectuarea analizelor de laborator	Conform cerințelor	ISO, CE
180		180. Tobramicina 50 discuri	9163	Romania	Sanimed	2	pentru efectuarea analizelor de laborator	Conform cerințelor	ISO, CE
182		182. Cefalotin 50 discuri	9013	Romania	Sanimed	2	pentru efectuarea analizelor de laborator	Conform cerințelor	ISO, CE
184		184. Impinem50 discuri	9079	Romania	Sanimed	2	pentru efectuarea analizelor de laborator	Conform cerințelor	ISO, CE
185		185. Claritromicina 50 discuri	9098	Romania	Sanimed	2	pentru efectuarea analizelor de laborator	Conform cerințelor	ISO, CE
186		186. Doxaciclina 50 discuri	9059	Romania	Sanimed	2	pentru efectuarea analizelor de laborator	Conform cerințelor	ISO, CE
189		189. Mueller Hinton Agar, 500g,	CM-MHA135	MB	Rapid Labs	0.5	pentru efectuarea analizelor de laborator	Conform cerințelor	ISO, CE
190		190. MRS AGAR, 500g,	CM-MRSA205	MB	Rapid Labs	1	pentru efectuarea analizelor de laborator	Conform cerințelor	ISO, CE

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea mărfii	Mode-lul artico-lului	Țara de origi-ne	Produ-cătorul	Canti-tatea	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant [se va completa rînd cu rînd alături de cerințele din coloana6]	Standard
286		286. IL - 1	BE58011	Germania	IBL	1	<p>Certificare: CE</p> <p>Format: set pentru cel puțin 96 determinări.</p> <p>Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL-1beta în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut.</p> <p>Sistemul de vizualizare: recomandat de producător.</p> <p>Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste</p> <p>Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător.</p> <p>Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală.</p>	Conform cerințelor	ISO, CE
		<b>Total</b>							

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Sergiu RATA În calitate de: Director General

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova