

Specificații tehnice

/

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1723884224785](#) din 17 aug 2024

Obiectul de achiziției: Servicii de montare a inelului de permeat (apă pură) pentru instalarea aparatelor de dializă 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Prestator	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	4	5	6	7
<p><u>Servicii de montare a inelului de permeat (apă pură) pentru instalarea aparatelor de dializă 2024</u></p>	<p>Rio-Medical SRL</p>	<p>Conform caietului de sarcini</p>	<p>Demontarea țevilor a inelului de permeat existent :</p> <p>Instalarea canalelor de protecție:</p> <p>1) Cable tray (130x70x2000 mm with cover –can only be ordered in 2 m sections)</p> <p>2) End caps = 40 pcs (Заглушка кабель канала)</p> <p>Instalarea conectorilor individuali de alimentare a aparatelor de dializă cu permeat</p> <p>- MediaR P/2D= 11 pcs (Медиа панель)</p> <p>Instalarea conectorilor de alimentare a sistemului de pregătire a concentratului si bii de spalare canistrelor cu permeat:</p> <p>1) Dialysis water connector 90 gr =25 pcs (мет.угол)</p> <p>2) Dialysis water connector 180 gr =3 pcs (мет.угол)</p> <p>3) Dialysis water connector, straight =</p>	

			<p>10 pcs (Металлический соединитель Труба-труба)</p> <p>4) Clip half-shell 3 m(for straight routing of PE-Xa tube) = 13pcs (49m) (Гильза прямая)</p> <p>5) 45gr. PE-Xa elbow connector for 25 x 3.5 mm tube including 2 clamping sleeves = 16 pcs (угол)</p> <p>6) 90gr. PE-Xa elbow connector for 25 x 3.5 mm tube including 2 clamping sleeves = 100 pcs(угол)</p> <p>7) Sleew 25 x 3,5 mm (PVDF) = 100 pcs (хомут фиксации труб)</p> <p>8) Individual connector, s/s (straight; PE-Xa 25 x 3.5 mm) = 2 pcs (Металлический тройник, с резьбовым отводом)</p> <p>9) Individual connector, s/s (180°; PE-Xa 25 x 3.5 mm) = 1 pcs (Металлический разворот 180, с резьбовым отводом)</p> <p>Instalarea conectorului de presiune a inelului de permeat:</p> <p>1) Ringunit, 2 ring mains = 1 pcs (Редуктор подачи пермиата на кольцо)</p> <p>2) Hook for MediaR = 11 pcs (Крюк для подвеса шланго возле аппаратов)</p> <p>3) Dialysis water nipple, close-type, DN 6, G¼", 1.4404 (without O-ring seals) = 4 pcs (Конектор для подключения к кольцу пермиата с резьбой ¼)</p> <p>4) Dialysis water connector, close-type, DN 6, 10 mm, 1.4404 (device side) =</p>	
--	--	--	---	--

			<p>12 pcs (Конектор подключения аппарата к кольцу на шланг)</p> <p>5) O-ring seal; 11 x 2 / 60 EPDM =5 pcs (Уплотнительное кольцо для конектора подключения к кольцу)</p> <p>6) O-ring seal; 4 x 4 EPDM (for dialysis concentrate connection only) = 5 pcs (Уплотнительное кольцо для конектора подключения к кольцу)</p> <p>Instalarea sistemelor de conectare a aparatelor de dializă la canalizare:</p> <p>1) RUBBER SEAL 56X40MM = 15 pcs (Резиновое кольцо переходник канализации)</p> <p>2) Drain nipple, through-type, DN 6, 9 mm, 1.4404 (device side) = 12 pcs (Конектор подключения аппарата к канализации на шланг)</p> <p>Instalarea unei conducte din țevă PEX cu izolație preliminară din cauciuc spumos pentru formarea inelului de permiat.:</p> <p>1) PE-Xa tube 25x3,5 mm -100 m ring main</p> <p>2) Insulating material/ 50% insulation 28 mm AFSH13/28A = 100 m</p> <p>3) Insulating tape: OPTIFLEX 15M;length: 50 x 3 mm = 5 pcs</p> <p>- Dezinfectarea si verificarea de scurgere a inelului nou de permeat.</p> <p>- Instalarea filtrului bactericid</p>	
TOTAL				

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Vasilița Stanislav În calitate de:Administrator

Ofertantul: Rio-Medical SRL Adresa: N. Testmișanu 19/3 ap. 101