



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21417892 din 13.06.2025
Obiectul de achizitie: Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (lista suplimentară nr. 11)

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 1					
Set oto-oftalmoscop de perete	Beta 200 Otoscop + Beta 200 Oftalmoscop	Germania Heine	Set de diagnosticare cu suport de prindere pe perete, compus din Otoscop+Oftalmoscop. Putere de ieșire 3.5V Alimentare de la rețea 220V, 50Hz Otoscop cu mâner: Illuminare LED/Xenon cu intensitatea reglabilă Lupă cu mărire 3x Oftalmoscop cu mâner: Optica asferică de precizie Examinare fără umbre a fundului ochiului, iluminare Halogen/ Xenon Cadran cu 18 lentile de corecție, Dioptrii de la +20 la -20 Fiecare set să conțină becuri de rezervă compatibile: 2 buc pentru oftalmoscop, 1 bec pentru otoscop.	Set de diagnosticare cu suport de prindere pe perete, compus din Otoscop+Oftalmoscop – DA, otoscop Beta 200 + oftalmoscop Beta 200 + opțiune suport perete EN-200 Putere de ieșire 3.5V – DA, pag.3 ‘Beta 200 Oftalmoscop XHI’ Alimentare de la rețea 220V, 50Hz – DA, imagine Otoscop cu mâner: Illuminare LED/Xenon cu intensitatea reglabilă – DA, pag.1 ‘Beta 200 Otoscop’ Lupă cu mărire 3x – DA, pag.1 ‘Beta 200 Otoscop’ Oftalmoscop cu mâner: Optica asferică de precizie AOS – DA, pag.1-2 ‘Beta 200 Oftalmoscop XHI’ Examinare fără umbre a fundului ochiului, iluminare Halogen/ Xenon – DA, pag.2 ‘Beta 200 Oftalmoscop XHI’ Cadran cu 18 lentile de corecție – DA, pag.1 ‘Beta 200	DM00004857 6 DM00004869 1

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Oftalmoscop XHI'' Dioptrii de la +20 la -20 – DA, pag.1 'Beta 200 Oftalmoscop XHI'' Fiecare set să conțină becuri de rezervă compatibile: 2 buc pentru oftalmoscop – DA, cod X-002.88.070 pag.3 'Beta 200 Oftalmoscop XHI'' 1 bec pentru otoscop. – DA, cod X-008.88.133 'Pagina Catalog''	
Lot 6					
Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	Starled5 NX + Starled3 NX with ETW Version	Italia ACEM SpA	Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametru Specificația Fixare pe tavanda Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți (cupole) 2 Temperatura culorii reglabilă diapazon min. 3500 - 5000K Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelit (cupola) nr.1 $\geq 160\,000$ lux, satelit (cupola) nr.2 $\geq 160\,000$ lux Reglarea intensității luminei min. 10 pași Indexul de culoare > 96 Cupole proiectate pentru asigurarea unui flux laminar de aer în sala de operație da Suprafața de acoperire antibacteriană pentru cupole da Dimensiunea câmpului, cm: - Focusabil da - Diametrul ajustabil diapazon min. 15 - 30 cm - Adâncimea ≥ 80 cm	Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametru Specificația Fixare pe tavan – DA, pag.4 'Brosura STARLED 5NX'' Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) – DA, pag.5 'Manual de utilizare STARLED 3NX'' Numărul de sateliți (cupole) 2 – DA, pag.5 'Brochure STARLED 5NX'' Temperatura culorii reglabilă diapazon min. 3500 -5000K – DA, pag.5 'Brochure STARLED 3NX'' pag.3/5 'Brochure STARLED 5NX'' Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelit (cupola) nr.1 $\geq 160\,000$ lux, – DA, 160000 lux, pag. 5 Brosura Starled5 NX satelit (cupola) nr.2 $\geq 160\,000$ lux – DA, 160000 lux, pag. 5 Brosura Starled3 NX Reglarea intensității luminei min. 10 pași – DA, pag.13/15 'Pagina Manual 2024'' Indexul de culoare > 96 – DA, 98 pag.5 'Brochure SARLED 3NX''	DM00050028 7 DM00050028 2

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		Rotația articulațiilor bratelor min. 330 grade Ajustare pe verticală ≥ 80 cm Alimentarea electrică: Tensiunea de alimentare 220V, 50Hz Puterea de consum pentru ambele cupole 50 - 180 W". Durata medie de viață a LED-urilor min. 50000 h Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate Mînere: - detașabile da - sterilizabile da - functionale cu reglarea intensității luminii da Panoul de control: - fiecare satelit dotat cu panoul de control da - integrat da - touch screen da Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video da Înălțimea podului 3-4 m Suportul de fixare pe tavan inclus în ofertă da Instalarea și punerea în exploatare inclusă în ofertă da	pag.5 'Brochure STARLED 5NX' Cupole proiectate pentru asigurarea unui flux laminar de aer în sala de operație – DA, Declarație Producător AirFlow Suprafața de acoperire antibacteriană pentru cupole – DA, Pagina User Manual Sterilizare Dimensiunea câmpului, cm: - Focusabil d– DA, pag.26 'Manual de utilizare STARLED 3NX' - Diametrul ajustabil diapazon min. 15 - 30 cm – DA, 24 – 33 cm, Data Sheet Starled 3NX / Data Sheet Starled 5NX - Adîncimea – DA, 117 cm, Data Sheet Starled 3NX / Data Sheet Starled 5NX Rotația articulațiilor bratelor min. 330 grade – DA, 360 grade, Declarație Producător Ajustare pe verticală - 114 cm, pag.48 'Manual de utilizare STARLED 3NX' Alimentarea electrică: Tensiunea de alimentare 220V, 50Hz – DA, pag. 5 Broșura Starled5 NX ; pag.5 'Brochure SARLED 3NX' Puterea de consum pentru ambele cupole 50 - 180 W" – DA 90 W, pag. 5 Broșura Starled5 NX + 87 W, Data Sheet Starled 3NX Durata medie de viață a LED-urilor min. 50000 h – DA, 60000 h pag. 5 Broșura Starled5 NX ; pag. 5 Broșura Starled3 NX Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate – DA, Declarație Producător Mînere: Pagina User Manual Sterilizare - detașabile – DA, pag.29 'Manual de utilizare STARLED 3NX'	
--	--	---	---	--



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				pag.4 ‘Brochure STARLED 5NX’ - sterilizabile – DA, Pagina User Manual Sterilizare pag.4 ‘Brochure STARLED 5NX’ - functionale cu reglarea intensitatii luminii – DA, pag.22 ‘Manual de utilizare STARLED 3NX’ Panoul de control: pag.3 ‘Brochure SARLED 3NX’ pag.4 ‘Brochure STARLED 5NX’ pag.19 ‘Manual de utilizare STARLED 3NX’ - fiecare satelit dotat cu panoul de control – DA, pag.22 ‘Manual de utilizare STARLED 3NX’ - integrat – DA, pag.22 ‘Manual de utilizare STARLED 3NX’ pag.4 ‘Brochure STARLED 5NX’ - touch screen – DA, pag.22 ‘Manual de utilizare STARLED 3NX’ Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video – DA, pag.22/24 ‘Manual de utilizare STARLED 3NX’ Înălțimea podului 3-4 m – DA, Declaratie Producator Suportul de fixare pe tavan inclus în ofertă – DA, Declaratie Producator Instalarea și punerea în exploatare inclusă în ofertă – DA, inclus in ofertă	
--	--	--	--	---	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații de preț

Numarul procedurii de achizitie: 21417892 din 13.06.2025
Obiectul de achizitie: Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (lista suplimentară nr. 11)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33100000-1	1	Set oto-oftalmoscop de perete	Buc.	1	64.780,00	77.736,00	64.780,00	77.736,00	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	Conform SIA RSAP
	6	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	Buc.	2	222.880,00	267.456,00	445.760,00	534.912,00		
TOTAL							510.540,00	612.648,00		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.