

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1780782882407 din 07.06.2026
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 24)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 9 - Fotoliu pentru chimioterapie						
<u>Lotul nr. 9 -</u> Fotoliu pentru chimioterapie	Fotoliu pentru chimioterapie Model DIA 4 AMDM DM000670011	Turcia	SCHRODER MEDIKAL TICARET A.S.	Descriere: Destinat amplasării pacientului pentru administrarea medicamentelor chimioterapice. Acțiune electromecanică, controlată prin telecomandă obligatoriu Suporturi: - Pentru cap, reglabil obligatoriu - Pentru mâini, reglabile și demontabile obligatoriu - Pentru picioare, reglabil obligatoriu; Poziționare scaun Secțiile mesei ≥ 3 secții Reglarea înălțimii, min. ≥ 56 - 74 cm Înclinarea: - secția din spate ≥ 0 - 70 grade - secția picioare ≥ 0 - 30 grade Poziție Trendelenburg ≥ 0 - 13 grade Dimensiuni: - lungimea totală, întins ≥ 200 cm - lățimea ≥ 60 cm Scaun mobil montat pe 4 roți, 2 cu frână	Fotoliu pentru chimioterapie Descriere: Destinat amplasării pacientului pentru administrarea medicamentelor chimioterapice. Acționare: Electromecanică, controlată obligatoriu prin telecomandă - DA, Data sheet pag 1, poza Suporturi: Pentru cap: reglabil - DA, Data sheet pag 2 Pentru mâini: reglabile și demontabile - DA, Data sheet pag 2 Pentru picioare: reglabil - DA, Data sheet pag 2 Poziționare scaun: 3 secții reglabile - DA, Data sheet pag 2 Reglarea înălțimii: Interval 55-74 cm - DA, Data sheet pag 2 Înclinarea spătarului: 0° - 80° DA, Data sheet pag 2 Înclinarea secțiunii pentru picioare: 0°- 40° DA, Data sheet pag 2	

				Suprafața acoperită cu piele, rezistent la detergenți chimici obligatoriu Capacitate maximă de încărcare admisibilă ≥ 150 kg Sursa de alimentare 230 ± 10% V, 50 Hz Accesorii: Suport pentru soluții de infuzie ≥ 2 cârlige Suport cu tavă, detașabil obligatoriu.	Poziție Trendelenburg: 0° - 13° DA, Data sheet pag 2 Dimensiuni: Lungime totală (întins) - 216 cm DA, Data sheet pag 2 Lățime - Lățime cu cotiere: 106 cm DA, Data sheet pag 2 Scaun mobil, montat pe 4 roți, toate cu frână DA, Data sheet pag 2 Suprafață: Acoperită cu piele rezistentă la detergenți chimici - DA, Data sheet pag 2 Capacitate maximă de încărcare - 260 kg DA, Data sheet pag 2 Sursa de alimentare: 230 ± 10% V, 50 Hz - DA. Accesorii: Suport pentru soluții de infuzie - 4 cârlige DA, Data sheet pag 2 Suport cu tavă, detașabil - DA, Data sheet pag 2
Lotul nr. 11 - Recirculator Bactericid tip UV-C 80 m3 pe oră					
Lotul nr. 11 - Recirculator Bactericid tip UV-C 80 m3 pe oră	Recirculator Bactericid tip UV-C 80 m3 pe oră Model RBI 100V AMDM DM000564964	R Moldova	CARAVAN EXPRESS S.R.L.	Acest tip de dispozitive sunt destinate pentru dezinfectarea aerului prin raze UV-C în sala proceduri, pansamente, saloane cu pacienți, în prezenta pacienților și personalului medical. Specificația tehnică: Sursă de iradiere – lampă ultravioletă tip UV-C; Lungimea unde UV-C 253,7 nm; Tipul iradierii – închis, Fără ozon; Productivitatea (nivelul de prelucrare pe oră) – minim 80-90 m3 pe oră; Termenul de exploatare a tubului bactericid - minim 9000 ore; Dispozitivul să fie dotat - cu modul de cronometrare a timpului de lucru; Carcasa - din metal inoxidabil; Mod de fixare - pe perete, orizontal;	Dispozitiv destinate pentru dezinfectarea aerului prin raze UV-C în sala proceduri, pansamente, saloane cu pacienți, în prezenta pacienților și personalului medical. Specificația tehnică: Sursă de iradiere - lampă ultravioletă tip UV-C - DA; Lungimea unde UV-C 253,7 nm - DA; Tipul iradierii - închis, Fără ozon -- DA; Productivitatea (nivelul de prelucrare pe oră) - 90 m3 pe oră - DA; Termenul de exploatare a tubului bactericid - minim 10800 ore; Dispozitivul dotat - cu modul de cronometrare a timpului de lucru - DA; Carcasa - din metal inoxidabil - DA; Mod de fixare - pe perete, orizontal - DA; Sursa de energie - electrică 220 -230V/50Hz - DA;

				Sursa de energie - electrică 220 - 230V/50Hz; Cablul de alimentare - cu 3 fire de minim 3m; Consum energie - a dispozitivului 45-50 Watt; Sa fie dotata obligatoriu - cu telecomanda cu timer; Fără balast electromagnetic și starter; Dispozitivul trebuie să fie asigurat - cu protecție la scurt circuit și supratensiune. Recirculatorul trebuie să fie dotat - cu indicator pentru vizualizarea funcționării. Nivelul acustic max – 40 dB; Să fie prezente – filtre de praf ușor detașabile la intrare în corp și ieșire; Pe dispozitiv trebuie să fie indicată - data producerii și numărul de serie; Instrucțiune în limba română - da; Se vor prezenta dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare (altele decât cele ale producătorului). Prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la deschiderea ofertelor în sistemul electronic în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată.	Cablul de alimentare - cu 3 fire, 3m - DA; Consum energie - a dispozitivului 50 Watt - DA; Dotat - cu telecomanda cu timer - DA; Fără balast electromagnetic și starter - DA; Dispozitivul este asigurat - cu protecție la scurt circuit și supratensiune - DA; Recirculatorul este dotat - cu orificiu placat cu sticla, pentru vizualizarea funcționării - DA; Nivelul acustic - 40 dB - DA; Sunt prezente - filtre de praf ușor detașabile la intrare în corp și ieșire - DA; Pe dispozitiv este indicată - data producerii și numărul de serie - DA; Instrucțiune în limba română - DA; Sunt prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare (altele decât cele ale producătorului) - DA.	
Lotul nr. 12 - Recirculator Bactericid tip UV-C 120 m3 pe oră						
Lotul nr. 12 - Recirculator Bactericid tip UV-C 120 m3 pe oră	Recirculator Bactericid tip UV-C 120 m3 pe oră Model RBI 100V AMDM DM000564964	R Moldova	CARAVAN EXPRESS S.R.L.	Acest tip de dispozitive sunt destinate pentru dezinfectarea aerului prin raze UV-C în sala proceduri, pansamente, saloane cu pacienți, în prezența pacienților și personalului medical. Specificația tehnică: Sursă de iradiere – lampă ultravioletă tip UV-C; Lungimea unde UV-C 253,7 nm;	Dispozitiv destinate pentru dezinfectarea aerului prin raze UV-C în sala proceduri, pansamente, saloane cu pacienți, în prezența pacienților și personalului medical - DA; Specificația tehnică: Sursă de iradiere - lampă ultravioletă tip UV-C - DA; Lungimea unde UV-C 253,7 nm - DA; Tipul iradierii - închis, Fără ozon - DA;	

				Tipul iradierii – închis, Fără ozon; Productivitatea (nivelul de prelucrare pe oră) – minim 120 m3 pe oră; Termenul de exploatare a tubului bactericid - minim 9000 ore; Dispozitivul să fie dotat - cu modul de cronometrare a timpului de lucru; Carcasa - din metal inoxidabil; Mod de fixare - pe perete, orizontal; Sursa de energie - electrică 220 - 230V/50Hz; Cablul de alimentare - cu 3 fire de minim 3m; Consum energie - a dispozitivului 45-50 Watt; Sa fie dotata obligatoriu - cu telecomanda cu timer; Fără balast electromagnetic si starter; Dispozitivul trebuie să fie asigurat - cu protecție la scurt circuit și supratensiune. Recirculatorul trebuie să fie dotat - cu indicator pentru vizualizarea funcționarii. Nivelul acustic max – 40 dB; Să fie prezente – filtre de praf ușor detașabile la intrare în corp și ieșire; Pe dispozitiv trebuie să fie indicată - data producerii și numărul de serie; Instrucțiune în limba română - da; Se vor prezenta dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare (altele decât cele ale producătorului). Prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la deschiderea ofertelor în sistemul electronic în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată.	Productivitatea (nivelul de prelucrare pe oră) - minim 120 m3 pe oră; - DA; Termenul de exploatare a tubului bactericid - minim 10800 ore - DA; Dispozitivul dotat - cu modul de cronometrare a timpului de lucru - DA; Carcasa - din metal inoxidabil - DA; Mod de fixare - pe perete, orizontal - DA; Sursa de energie - electrică 220 -230V/50Hz - DA; Cablul de alimentare - cu 3 fire 3m - DA; Consum energie - a dispozitivului 50 Watt - DA; Dotat cu telecomanda cu timer - DA; Fără balast electromagnetic și starter - DA; Dispozitivul este asigurat - cu protecție la scurt circuit și supratensiune - DA; Recirculatoruleste dotat - cu orificiu placat cu sticla, pentru vizualizarea funcționarii - DA; Nivelul acustic - 40 dB - DA; Sunt prezente – filtre de praf ușor detașabile la intrare în corp și ieșire - DA; Pe dispozitiv este indicată - data producerii și numărul de serie - DA; Instrucțiune în limba română - DA; Sunt prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare (altele decât cele ale producătorului) - DA.	
Lotul nr. 13 - Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator) volum						

<u>Lotul nr. 13 -</u> Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_volum	Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_volum Model RBI 300 AMDM DM000564969	R Moldova	CARAVAN EXPRESS S.R.L.	Descriere: Sistem pentru dezinfectia aerului din încăpere prin distrugerea: virușilor, bacteriilor, fungilor și altor compuși organici. Parametru Specificație: Sistemul va fi utilizat exclusiv în sălile de operație dotate cu sistem de ventilare. Mod de fixare - pe perete, orizontal; Volum efectiv de prelucrare 250 - 300 m3/oră Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme. Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului. Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) / plasmă rece sau tehnologii cu efect similar Sursa de emisie - minim 2 lămpi bactericide non-ozon Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9000 ore Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical - Fără restricții Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului - Fără emisie de ozon sau a produselor secundare. Carcasa dispozitivului din oțel inoxidabil Nivelul maximal de zgomot ≤ 56 dB Număr ventilatoare pentru recirculare aer minim 1 unitate Consum de energie ≤ 500 W/oră Telecomandă de control Sistemul să fie dotat cu modul de cronometrare a timpului de funcțiune Protecție de la scurt circuit sau supratensiune Cablul 3 fire lungime 3m (Schuko) Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz	Sistem pentru dezinfectia aerului din încăpere prin distrugerea: virușilor, bacteriilor, fungilor și altor compuși organici. Parametru Specificație: Sistemul destinat exclusiv pentru sălile de operație dotate cu sistem de ventilare. Mod de fixare - pe perete, orizontal - DA; Volum efectiv de prelucrare 300 m3/oră - DA; Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme. Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului - DA; Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) + plasmă rece - DA; Sursa de emisie - 2 lămpi bactericide non-ozon - DA; Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 10800 ore Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical - Fără restricții - DA; Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului - Fără emisie de ozon sau a produselor secundare - DA; Carcasa dispozitivului din oțel inoxidabil - DA; Nivelul maximal de zgomot 56 dB Număr ventilatoare pentru recirculare aer - 3 unități Consum de energie 140 W/oră Telecomandă de control - DA; Modul tip taimer - DA; Sistemul este dotat cu modul de cronometrare a timpului de funcțiune - DA; Protecție de la scurt circuit sau supratensiune - DA; Cablul 3 fire lungime 3m (Schuko) - DA; Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz Instrucțiune în limba română - DA;	
---	--	-----------------------	---	--	--	--

				Instrucțiune în limba română - da; Se vor prezenta dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare (altele decât cele ale producătorului). Prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la deschiderea ofertelor în sistemul electronic în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată.	Sunt prezente dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare (altele decât cele ale producătorului) - DA .	
Lotul nr. 14 - Lampă germicidă staționară						
Lotul nr. 14 - Lampă germicidă staționară	Lampă germicidă staționară Model DISPOZITIV PENTRU DEZINFECȚIA AERULUI CU UV-C 1 X 30 W AMDM DM000564956	R Moldova	CARAVAN EXPRESS S.R.L.	Lampă de cuarț pentru sterilizarea aelului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. Mod de fixare - pe perete, orizontal; Tub inclus - cu 1 tub min. 30W Aria de dezinfectare minim $\geq 30 \text{ m}^2$ Spectru de raze UV + vizibil Unghiul de iradiere minim 180 grade Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9000 ore	Lampă de cuarț pentru sterilizarea aelului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. Mod de fixare - pe perete, orizontal - DA ; Tub inclus - cu 1 tub 30W - DA ; Aria de dezinfectare 30 m^2 - DA ; Spectru de raze UV + vizibil - DA ; Unghiul de iradiere 180 grade - DA ; Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 10800 ore.	
Lotul nr. 23 - Recirculator Bactericid (pentru 40m2)						
Lotul nr. 23 - Recirculator Bactericid (pentru 40m2)	Recirculator Bactericid (pentru 40m2) Model RBI 100V AMDM DM000564964	R Moldova	CARAVAN EXPRESS S.R.L.	Destinat utilizării în spitale, pentru dezinfectarea aerului prin raze UVC pentru dezinfectarea aerului în sala proceduri, pansamente, saloane pacienți în prezența, pacienților și personalului. Volum efectiv de prelucrare $\geq 120 \text{ m}^3/\text{oră}$, Numărul lămpilor -1 Puterea tubului UVC-/38-42/W Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9 000 ore. Fără emisie de ozon sau a produselor secundare. Telecomanda - obligatoriu Modul de cronometrie a timpului de lucru: Modul Timer Nivelul maximal de zgomot $\leq 35 \text{ dB}$.	Destinat utilizării în spitale, pentru dezinfectarea aerului prin raze UVC + modul plasama la rece, pentru dezinfectarea aerului în sala proceduri, pansamente, saloane pacienți în prezența, pacienților și personalului. Volum efectiv de prelucrare $120 \text{ m}^3/\text{oră}$ - DA Numărul lămpilor -1 - DA Puterea tubului UVC - 43W - Conform raspunsului din clarificari - Răspuns (8 iun 2026, 15:54) Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV 10800 ore. Fără emisie de ozon sau a produselor secundare. Telecomanda - DA ;	

				Număr ventilatoare pentru recirculare aer: minim 1. Consum de energie ≤ 50 W/oră. Metoda de montare / fixare pe perete orizontal (cu set de fixare) . Cablu de alimentare: min 3m. Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz; Carcasa dispozitivului: Oțel inoxidabil Instalare, instruirea personalului Dispozitivul să dispună de protecție de la supratensiune sau scurt circuit. Dotat cu orificiu placate cu sticlă, plastic sau indicatoare pentru vizualizarea funcționării. Instrucțiune în limba română - da; Se vor prezenta dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare (altele decât cele ale producătorului). Prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la deschiderea ofertelor în sistemul electronic în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată.	Modul de cronometrie a timpului de lucru:da Modul Timer - DA; Nivelul maximal de zgomot 35 dB - DA; Număr ventilatoare pentru recirculare aer 1 - DA; Consum de energie 50 W/oră - DA; Metoda de montare / fixare pe perete orizontal (cu set de fixare) - DA; Cablu de alimentare 3m - DA; Tensiunea de alimentare 220-240VAC,50Hz; Carcasa dispozitivului: Oțel inoxidabil - DA; Instalare, instruirea personalului - DA; Dispozitivul dispune de protecție de la supratensiune și scurt circuit - DA; Dotat cu orificiu placate cu sticlă, pentru vizualizarea funcționării - DA; Instrucțiune în limba română - DA; Sunt prezente dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare (altele decât cele ale producătorului).	
Lotul nr. 24 - Recirculator Bactericid (pentru 60m2)						
Lotul nr. 24 - Recirculator Bactericid (pentru 60m2)	Recirculator Bactericid (pentru 60m2) Model RBI 200 AMDM DM000564967	R Moldova	CARAVAN EXPRESS S.R.L.	Descriere: Destinat utilizării în spitale, pentru dezinfectarea aerului prin raze UVC în sala de operație în prezența pacienților și personalului. Sursa de iradiere- lampa ultravioletă: Volum efectiv de prelucrare ≥ 170 m3/oră, Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului. Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) / plasmă rece sau tehnologii cu efect similar. Numărul lămpilor- 2,	Destinat utilizării în spitale, pentru dezinfectarea aerului prin raze UVC + modul plasama la rece, pentru dezinfectarea aerului în sala proceduri, pansamente, saloane pacienți în prezența, pacienților și personalului. Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului - DA; Volum efectiv de prelucrare 170m3/oră -DA; Numărul lămpilor 2 - DA; Puterea tubului UVC 43W Conform raspunsului din clarificari - Răspuns	

				Puterea tubului UVC-/38-42/W Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV: minim 9 000 ore. Fără emisie de ozon sau a produselor secundare. Telecomanda Obligatoriu Modul de cronometrie a timpului de lucru: Modul Timer; Nivelul maximal de zgomot ≤ 37 dB. Consum de energie ≤ 50 W/oră. Cablul de alimentare: min 3m. Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz; Carcasa dispozitivului: Oțel inoxidabil Instalare, instruirea personalului Dispozitivul să dispună de protecție de la supratensiune sau scurt circuit. Dotat cu orificiu placat cu sticlă, plastic sau indicatoare pentru vizualizarea funcționării. Metoda de montare / fixare pe perete orizontal (cu set de fixare). Instrucțiune în limba română - da; Se vor prezenta dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare (altele decât cele ale producătorului). Prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la deschiderea ofertelor în sistemul electronic în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată.	(8 iun 2026, 15:54) Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV 10800 ore. Fără emisie de ozon sau a produselor secundare - DA ; Telecomanda - DA ; Modul de cronometrie a timpului de lucru - DA ; Modul Timer - DA ; Nivelul maximal de zgomot 50 dB Conform raspunsului din clarificari Răspuns (24 iun 2026, 14:37) Consum de energie 100 W/oră Conform raspunsului din clarificari Răspuns (8 iun 2026, 16:09) Cablul de alimentare 3m - DA ; Tensiunea de alimentare 220-240VAC,50Hz; Carcasa dispozitivului: Oțel inoxidabil - DA ; Instalare, instruirea personalului - DA ; Dispozitivul dispune de protecție de la supratensiune si scurt circuit - DA ; Dotat cu orificiu placate cu sticlă, pentru vizualizarea funcționării - DA ; Metoda de montare / fixare pe perete orizontal (cu set de fixare) - DA ; Instrucțiune în limba română - DA ; Sunt prezente dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare (altele decât cele ale producătorului).	
TOTAL						

Semnăt: _____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: Aelo Grup SRL
Adresa: Mun. Chișinău, str. Ialoveni 107, bl. 6