

Specificații tehnice

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în							
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1780782882407 (21629267)					Data: „__” _____ 20__		Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 24)							Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
33100 000-1	6	Termometru cu mercur	Termometru fara mercur	GT004-100 Termometr u mecanic fara mercur, mar L	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Descriere: Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman Material: fără mercur Rezoluție: 0.1 grade Acuratețe: 0.1 grade Afișare 35.0°C - 42.0°C testare metrologică valabilă.	Descriere: Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman Material: fără mercur Rezoluție: 0.1 grade Acuratețe: 0.1 grade Afișare 35.0°C - 42.0°C testare metrologică valabilă.	DM000372621

Semnat: _____ **Numele, Prenumele:** Diana Tutunaru **În calitate de:** jurist

Ofertantul: Natusana SRL **Adresa:** or. Codru, str. M. Eminescu 31

