

## Specificații tehnice

Numărul licitației: 21564849 / ocds-b3wdp1-MD-1770882446815 din 12.02.2026

Obiectul achiziției: Servicii de diagnosticare, mentenanță și reparație a echipamentului medical, Endoscoape PENTAX

Nr. Ord	Denumire Bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Lot. 10 Servicii de mentenanță periodică	Video Endoscoape	Japonia	Pentax MEDICAL	<p>Prestatorul va efectua minim următoarele servicii la fiecare Endoscop:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificarea ermicității manuale pe uscat si ud;</li> <li>- Verificarea intensității luminii;</li> <li>- Verificarea intensității semnalului video;</li> <li>- Verificarea unghiului de angulație;</li> <li>- Verificarea canalului de apa/aer;</li> <li>- Verificarea integrității butoanelor de control pentru aspirare, aer si apa;</li> <li>- Verificarea integrității butoanelor programabile.</li> <li>- Verificarea integrității manjetei externe pe toată lungimea;</li> <li>- Proces verbal pentru fiecare endoscop verificat.</li> <li>- Recomandări pentru intervenții ulterioare;</li> <li>- Asigurarea suportului tehnic de specialitate pe întreaga perioadă contractuală;</li> </ul> <p>Serviciile vor fi prestate de inginer autorizat PENTAX</p>	<p>Prestatorul va efectua minim următoarele servicii la fiecare Endoscop:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>DA</b> Verificarea ermicității manuale pe uscat si ud;</li> <li>- <b>DA</b> Verificarea intensității luminii;</li> <li>- <b>DA</b> Verificarea intensității semnalului video;</li> <li>- <b>DA</b> Verificarea unghiului de angulație;</li> <li>- <b>DA</b> Verificarea canalului de apa/aer;</li> <li>- <b>DA</b> Verificarea integrității butoanelor de control pentru aspirare, aer si apa;</li> <li>- <b>DA</b> Verificarea integrității butoanelor programabile.</li> <li>- <b>DA</b> Verificarea integrității manjetei externe pe toată lungimea;</li> <li>- <b>DA</b> Proces verbal pentru fiecare endoscop verificat.</li> <li>- <b>DA</b> Recomandări pentru intervenții ulterioare;</li> <li>- <b>DA</b> Asigurarea suportului tehnic de specialitate pe întreaga perioadă contractuală;</li> </ul> <p><b>DA</b> Serviciile vor fi prestate de inginer autorizat PENTAX</p>	ISO,CE si Certificatul Inginerului
11	Lot. 11 Servici de Curățirea canalelor de aer/apă/ irigarea	Video Endoscoape	Japonia	Pentax MEDICAL	<p>Servici de reparație sau reglare a Conector Biopsie. Fără piese incluse.</p> <p>Serviciile sunt efectuate de inginer autorizat PENTAX.</p>	<p><b>DA</b> Servici de reparație sau reglare a Conector Biopsie. Fără piese incluse.</p> <p><b>DA</b> Serviciile sunt efectuate de inginer autorizat PENTAX.</p>	ISO,CE si Certificatul Inginerului

12	<b>Lot.12 Servici de reparație sau reglare a Conectorului de Biopsie</b>	<b>Video Endoscoape</b>	Japonia	Pentax MEDICAL	Servici de reparație sau reglare a Conector Biopsie. Fără piese incluse. Serviciile sunt efectuate de inginer autorizat PENTAX	<b>DA</b> Servici de reparație sau reglare a Conector Biopsie. Fără piese incluse. <b>DA</b> Serviciile sunt efectuate de inginer autorizat PENTAX	ISO,CE si Certificatul Inginerului
13	<b>Lot.13 Servicii de instalare a duzei de apă sau aer</b>	<b>Video Endoscoape</b>	Japonia	Pentax MEDICAL	Înlocuirea sau instalarea duzei de apă sau aer, cu verificarea finală. Fără piese incluse. Serviciile sunt efectuate de inginer autorizat PENTAX	<b>DA</b> Înlocuirea sau instalarea duzei de apă sau aer, cu verificarea finală. Fără piese incluse. <b>DA</b> Serviciile sunt efectuate de inginer autorizat PENTAX	ISO,CE si Certificatul Inginerului
14	<b>Lot. 14 Serviciu de schimb a arcurilor de dirijare</b>	<b>Video Endoscoape</b>	Japonia	Pentax MEDICAL	Înlocuirea unui arc de dirijare sus/jos sau stânga/dreapta. Fără piese incluse. Serviciile sunt efectuate de inginer autorizat PENTAX	<b>DA</b> Înlocuirea unui arc de dirijare sus/jos sau stânga/dreapta. Fără piese incluse. <b>DA</b> Serviciile sunt efectuate de inginer autorizat PENTAX.	ISO,CE si Certificatul Inginerului
15	<b>Lot. 15 Serviciu de schimb a Cauciucului Cap distal a video endoscoapelor Pentax</b>	<b>Video Endoscoape</b>	Japonia	Pentax MEDICAL	Înlocuirea cauciucului capului distal.Fără piese inclus. Serviciile sunt efectuate de inginer autorizat PENTAX	<b>DA</b> Înlocuirea cauciucului capului distal.Fără piese inclus. <b>DA</b> Serviciile sunt efectuate de inginer autorizat PENTAX	ISO,CE si Certificatul Inginerului
16	<b>Lot. 16 Serviciu de schimb a lentilei</b>	<b>Video Endoscoape</b>	Japonia	Pentax MEDICAL	Înlocuirea lentilei a capului distal a video endoscopului. Serviciile sunt efectuate de inginer autorizat PENTAX	<b>DA</b> Înlocuirea lentilei a capului distal a video endoscopului. <b>DA</b> Serviciile sunt efectuate de inginer autorizat PENTAX	ISO,CE si Certificatul Inginerului

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Inga Besirik

În calitate de: administrator

Ofertantul: "Intermed-Service" SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 64/2