

**Specificații tehnice (F4.1)**

**din 05.11.2019**

Numărul licitației: 21013888						Alternativa nr.	
Denumirea licitației: Traductor convex CH5-2 pentru ultrasonograful Acuson X300 PE, Siemens Conform necesitatilor IMSP Spitalul Clinic Republican, „Timofei Moșneaga”						Lot: conform listei solicitate	
Valuta, lei MDL							
Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri</b>						
	<b>Lotul 1</b>						
33140000-3	<b>Diagnostic Ultrasound Transducer</b>	SMCH52X3	Taiwan	Broadsound Corporation	Traductor convex CH5-2 compatibil cu ultrasonograful Acuson X300 PE, Siemens.	Tip Array: Convex Frecvență nominală: 2-5MHz Unghiul sectorului / câmpul vizual: 60 de grade Mod de aplicare: Aplicați ansamblul traductorului pe suprafața corpului Aplicație: abdominală, Ob / Gyn Cap de scanare: 115 mm (lungime) * 75 mm (lățime) * 25 mm (înălțime) Cablul: aproximativ 2 metri (lungime) * 8 mm (diametru) Conector: 200 mm (lungime) * 150 mm (lățime) * 40 mm (înălțime) Greutatea sondei: 1,1 kg compatibil cu ultrasonograful Acuson X300 PE, Siemens	CE
	<b>Total lot 1</b>						
	<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1**, tel.022 00 08 24, fax.022 00 08 23