



Зареєстровано за №

UA.TR.023.004-20

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»
(ДП «ПОЛТАВАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»)

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Виданий: **ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»**
вул. Озерна, 18, м. Заводське Лохвицького р-ну Полтавської обл.

Відповідно до: **Додаток 3, розділ «Процедури оцінки відповідності» Модуль F**
(відповідність типу за результатами перевірки засобів вимірювальної техніки) Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 р. № 94

Тип приладу/ засобу вимірювальної техніки: **Гігрометр психрометричний**

Позначення типу: **ВИТ**

Номер сертифіката перевірки типу: **№ UA-TR.01 32-17, Rev. 0,**
виданий 19.05.2017 р., дійсний до 19.05.2027 р.

Кількість сторінок: **2**

Номер для посилань: **004-20**

Ідентифікаційний номер призначеного органу: **UA.TR.023**

Дата видачі: **13.07.2020 р.**



Керівник органу з оцінки відповідності

Лариса ЩУР

Даний сертифікат відповідності може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката можливе лише за письмової згоди Призначеного органу ДП «Полтавастандартметрологія». Сертифікат без підпису та печатки недійсний.

Адреса: вул. Генерала Духова, 16, м. Полтава, 36014

Телефон: +38 (0532) 60-47-19, ел.пошта: metrolog@standart.pl.ua, web-сайт: www.poltavastandart.org

000429

Застосовані стандарти:

ГОСТ 8.279-78 Термометры стеклянные жидкостные рабочие. Методы и средства поверки

1 Результат:

За результатами проведених досліджень і випробувань встановлено, що гігрометри психрометричні ВІТ із зазначеним у пункті 2 цього сертифіката серійним номером партії відповідають затвердженому типу, описаному у сертифікаті перевірки типу та застосованим вимогам Технічного регламенту.

Для перевірки відповідності засобів вимірювальної техніки таким вимогам були проведені випробування, викладені в п. 1.2.1; 1.2.2; 1.3.8; ТУ У 14307481.001-92, зокрема:

- візуальний огляд;
- контроль похибки термометрів.

Номер протоколу випробувань: № 10.4-06

Дата протоколу випробувань: 10.07.2020 р.

2 Заводські/серійні номери: серійний номер партії 032020



10023
ISO/IEC 17065



U.A.TR.001

Зареєстровано за №
Ref. Certif. No.

UA.TR.001 32-17
Rev. 0

Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту справ споживачів»
(ДП «Укрметertestстандарт»)

State Enterprise "All-Ukrainian State Research and Production Center for Standardization, Metrology, Certification and Consumers' Right Protection" (SE "Ukrmeterteststandart")

СЕРТИФІКАТ ПЕРЕВІРКИ ТИПУ
Type-examination Certificate

Виданий:

Issued to:

Відповідно до:

In accordance with:

Публічне акціонерне товариство "СК/ЛОПРИЛАД"

37240, м. Заводське, Лохвицький район, Полтавська обл., вул. Озерна, 18

Додатку 3, розділ «Процедури оцінки відповідності. Модуль В (перевірка типу)» до технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94.

Annex III, section "Conformity assessment procedures. Module B (type examination)" of the "Technical regulations of legally controlled measuring instruments", approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine on Jan 13, 2016 Number 94.

**Тип приладу/засобу
вимірювальної техніки:**

*Type of instrument/measuring
instrument:*

Позначення типу:

Type designation:

Дійсний до:

Valid until:

Дата видачі:

Date of issue:

Кількість сторінок:

Number of pages:

Номер для посилань:

Reference №:

Номер призначеного органу:

Number of Designated body:

ВИТ

19.05.2027

19.05.2017

7

36/3/B/22/015-17

U.A.TR.001

Гігрометр психрометричний

Заступник керівника
органу з оцінки відповідності
*Deputy director of Conformity Assessment
Body*

Ю.В. Кузьменко
Iu. V. Kuzmenko

М.П.

(Official stamp)



Даний сертифікат перевірки типу може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката перевірки типу можливе лише з письмової згоди Призначеного органу, що його видав. Сертифікат без підпису та печатки не діє.

This Type-approval certificate may not be reproduced other than in full. Any publication extracts from the Type-approval certificate requires written permission of the issuing Designated body. Type-approval certificates without signature and stamp are not valid.

Адреса ДП «Укрметertestстандарт»: 4, вул. Метрологічна, Київ, 03143, Україна

Address SE "Ukrmeterteststandart": 4, Metrologichna st., Kyiv, 03143, Ukraine

Telephone/Phone: +38 (044) 526-52-29, fax/fax: +38 (044) 526-42-60, e-mail: ukrscsm@ukrscsm.kiev.ua, web-сайт/website: www.ukrscsm.kiev.ua



Este utilizat pentru a măsura umiditatea relativă a aerului și a temperaturii în depozite, în încăperi cu medicamente, în încăperi de materiale, în sere, etc.

Pe baza din plastic sunt fixate două termometre, scară de temperatură, masă psihometrică și alimentator de sticlă. Lichid termometric - toluen.

Denumirea	Tipul	Marimi, mm	Forma capilarului	Diapazonul măsurării t, °C	Lichid termometric
Higrometru	VIT-1	325*120*50	rotund	0 ...+ 25°C	toluen
Psihrometric	VIT- 2	325*120*50	rotund	+15 ...+ 40°C	toluen