

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: Nr. 21062054 , conform SIA RSAP / M-Tender
Denumirea procedurii de achiziție: Piese p/u utilaj medical – 2022 (2)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
47.Butelie de oxigen "5 litri, SYC Cylinders"	Reductor de presiune (Oxygen) (200/10bar)	Germania	GCE	47.1.Reductor de presiune (Oxygen) - DIN 477 No.9, G3/4": Presiune de intrare: 300-10 bar; Presiune de ieșire 4.5 ±0.5 bar; Flux de ieșire: 0-250 L/min; Ieșire cu ajustare de flux pentru mască 0-30 L/min; Ieșire standard DIN 13260-2 pentru conectare ventilator.	Reductor de presiune (Oxygen) - DIN 477 No.9, G3/4": Presiune de intrare: 300-10 bar; Presiune de ieșire 4.5 ±0.5 bar; Ieșire standard DIN 13260-2 pentru conectare ventilator.	

Semnat: Electronic
În calitate de: Manager Vanzari

Numele, Prenumele: Janu Maxim
Ofertantul: ICS Acseal Gaz SRL

Adresa: Padurii 13
06.09.2022