

LINDE GAZ ROMÂNIA S.R.L.
300136 Timișoara; Str. Avram Imbroane nr. 9
Tel: 0256 300727
Fax: 0256 201348

CERTIFICAT DE CALITATE

Produsul: Oxigen medicinal
Livrat in: butelie 40 l
Presiune imbuteliere: 150 bar
Continut gaz / butelie: 6,3 Nmc
Termen de garantie : 5 ani
01.06.2023

CARACTERISTICI CALITATIVE DE BAZA

Componenta	Cantitate
Oxigen	min. 99,5 %
Apa	max. 67 ppm
Hidrocarburi	max. 0,5 ppm
Dioxid de carbon	max. 300 ppm

Prezentul certificat intocmit in conformitate cu legea atesta calitatea produsului livrat, parametrii sai incadrandu-se in normativul de calitate.

Pentru a contribui si dvs. la mentinerea calitatii produsului , va rugam, returnati butelia cu o presiune remanenta de min. 0,5 bar.

Director de calitate,
Ing. Cristina Radu



Linde Gaz Romania

Timișoara

Str. Avram Imbroane 9
Tel.: +40 256 300 700
Fax: +40 256 225 608

București

Autostrada București – Pitești km.11
Tel.: +40 21 318 1920
Fax: +40 21 3181934

Cluj Napoca

Blvd. Muncii 18
Tel.: +40 264 415 707
Fax: +40 264 415 708

www.linde-gaz.ro