



EC-DECLARATION OF CONFORMITY ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



| | |
|------------------------|--|
| Manufacturer / výrobce | MMM Medcenter Einrichtungen GmbH Sammelweisstrasse 6, D-82152 Planegg/München, Germany |
|------------------------|--|

declare on our own responsibility that the product / prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že výrobek

| | |
|-----------------------------|--|
| incubator / inkubátor: | Laboratory incubator for cell cultivation in the controlled CO ₂ atmosphere Laboratorní Inkubátor pro kultivaci buněk v ochranné atmosféře CO ₂ |
| trade name / obchodní název | CO2CELL |
| models / modely | CO2CELL 50 Standard, CO2CELL 50D Standard CO2CELL 50 Komfort, CO2CELL 50S Komfort CO2CELL 190 Standard, CO2CELL 190D Standard CO2CELL 190 Komfort, CO2CELL 190S Komfort |

| | |
|--|--|
| meets the provisions of the European Directives / splňuje ustanovení evropských směrnic: LVD 2014/35/EU EMC 2014/30/EU RoHS 2011/65/EU (according to the Directive 2015/863) | |
| The quality management systém complies to / Systém řízení jakosti je v souladu s: EN ISO 9001 EN ISO 14001 | |
| This declaration is valid for all of the above products, that are marketed after the date of issue and is valid until changes in the facts contained therein. | Toto prohlášení je platné pro všechny výše uvedené výrobky, které jsou uvedené na trh po datu vydání a platí až do doby změn skutečností v něm obsažených. |

Standards applied / použité normy:

| | |
|--------------|---|
| EN 60601-1 | Medical electrical equipment Part 1: General requirements for basic safety and essential performance |
| EN 60601-1-2 | Medical electrical equipment Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Electromagnetic compatibility - Requirements and tests |
| EN 61000-3-2 | Electromagnetic compatibility (EMC) Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current 16 A per phase) |
| EN 61000-3-3 | Electromagnetic compatibility (EMC) Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ? 16 A per phase and not subject to conditional connection |

Place / místo: Brno
Date: 2020-10-13


Ing. Milan Krajcar
executive/ jednatel